AANDERAA a xylem brand

CALIBRATION CERTIFICATE

Giving these coefficients

Index	FoilCoefA	FoilCoefB
0	3.493730E-03	-2.466254E+01
1	1.468063E-04	-6.766069E-06
2	2.477661E-06	1.733609E-03
3	1.971535E+02	-1.795859E-01
4	-2.482858E-01	9.516006E+00
5	-4.270126E+01	-2.646229E+02
6	3.835706E+00	3.211267E+03
7	2.060652E-07	0.000000E+00
8	6.517237E-07	0.000000E+00
9	-4.920964E-05	0.000000E+00
10	9.397440E-07	0.000000E+00
11	-1.259346E-04	0.000000E+00
12	4.247565E-03	0.000000E+00
13	-1.841960E-08	0.000000E+00

Using the following monomial degrees

Index	FoilPolyDegT	FoilPolyDegO
0	5	0
1	4	1
2	4	0
3	3	2
4	3	1
5	3	0
6	2	3
7	2	2
8	2	1
9	2	0
10	1	4
11	1	3
12	1	2
13	1	1
14	1	0
15	0	5
16	0	4
17	0	3
18	0	2
19	0	1
20	0	0
21	0	0
22	0	0
23	0	0
24	0	0
25	0	0
26	0	0
27	0	0

Date: 26 Feb 2024

Sign:

Tor-Ove Kvalvaag

Tor-Ove Kvalvaag, Calibration Engineer

AANDERAA a xylem brand **CALIBRATION CERTIFICATE**

Form No 770. . Jun 2008

Certificate No: 4794_2335F_45348
Product: Fast response foil kit for Optode 4330/4831
Batch No: 2335F

Serial No: 2335
Calibration Date: 26 Feb 2024

Calibration points and phase readings

Index	Temperature (°C)	Phase Reading (°)	Oxygen reference (µM)	Index	Temperature (°C)	Phase Reading (°)	Oxygen reference (µM)
0	0.889	62.504	0.28	32	30.400	52.147	20.01
1	0.977	59.173	19.10	33	30.412	48.405	31.71
2	1.133	56.295	37.25	34	30.426	43.499	51.22
3	1.239	53.493	57.35	35	30.446	39.319	73.30
4	1.272	48.396	101.99	36	30.457	34.961	104.78
5	1.361	45.171	137.03	37	30.466	30.045	157.51
6	1.359	40.405	203.90	38	30.491	26.989	206.28
7	1.339	35.186	307.98	39	30.503	24.575	260.09
8	1.303	32.055	393.97	40			
9	1.236	29.385	491.53	41			
10	10.313	61.918	0.37	42			
11	10.685	58.082	14.88	43			
12	10.437	54.880	29.73	44			
13	10.328	51.918	45.69	45			
14	10.271	47.144	76.95	46			
15	10.264	42.723	114.44	47			
16	10.242	38.798	157.99	48			
17	10.231	33.730	236.54	49			
18	10.232	30.291	314.56	50			
19	10.245	27.668	393.53	51			
20	20.404	61.202	0.64	52			
21	20.695	57.145	11.72	53			
22	20.488	53.500	24.03	54			
23	20.455	50.012	38.02	55			
24	20.382	45.299	61.75	56			
25	20.368	41.295	87.68	57			
26	20.361	36.590	128.89	58			
27	20.340	31.908	188.50	59			
28	20.335	28.526	250.76	60			
29	20.331	26.021	314.74	61			
30	30.410	60.180	1.37	62			
31	30.386	56.299	9.49	63			