Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 4424
CALIBRATION DATE: 31-Jul-26

SBE 16plus TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 =	1.254612e-03
a1 =	2.582692e-04
a2 =	4.285441e-07
a3 =	1.312349e-07

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	647202.000	1.0000	0.0000
4.5000	575844.100	4.5000	-0.0000
15.0000	397707.300	14.9999	-0.0001
18.5000	349628.500	18.5001	0.0001
24.0000	284201.900	23.9999	-0.0001
29.0000	234275.900	29.0000	-0.0000
32.5000	204071.100	32.5000	0.0000

n = Instrument Output (counts)

MV = (n - 524288) / 1.6e+007

R = (MV * 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV * 2.0e+005)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[ln(R)] + a2[ln(R)]^2 + a3[ln(R)]^3\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

