Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 6826
CALIBRATION DATE: 31-Jul-26

SBE 16plus V2 CONDUCTIVITY CALIBRATION DATA
PSS 1978: C(35,15,0) = 4.2914 Siemens/meter

COEFFICIENTS:

```
g =  -9.879325e-01
h =   1.518002e-01
i =  -2.549767e-04
j =   4.240441e-05

CPcor = -9.5700e-008
CTcor =  3.2500e-006
```

BATH TEMP (° C)	BATH SAL (PSU)	BATH COND (S/m)	INSTRUMENT OUTPUT (Hz)	INSTRUMENT COND (S/m)	RESIDUAL (S/m)
22.0000	0.0000	0.00000	2554.25	0.0000	0.00000
1.0000	34.6002	2.95925	5102.58	2.9592	-0.00000
4.5000	34.5801	3.26463	5295.68	3.2646	-0.00000
15.0000	34.5371	4.24097	5869.87	4.2410	-0.00000
18.5000	34.5279	4.58422	6058.56	4.5842	0.00001
24.0000	34.5181	5.13915	6351.47	5.1391	-0.00000
29.0000	34.5121	5.65807	6613.34	5.6581	-0.00001
32.5000	34.5088	6.02840	6793.87	6.0284	0.00001

f = Instrument Output (Hz) / 1000.0

t = temperature (°C); p = pressure (decibars); δ = CTcor; ε = CPcor;

Conductivity (S/m) = $(g + h * f^2 + i * f^3 + j * f^4) / (1 + \delta * t + \varepsilon * p)$

Residual (Siemens/meter) = instrument conductivity - bath conductivity

