Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 6826
CALIBRATION DATE: 31-Jul-26

SBE 16plus V2 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 =	1.313713e-03
a1 =	2.539626e-04
a2 =	4.915644e-07
a3 =	1.191989e-07

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	618297.900	1.0000	0.0000
4.5000	547286.300	4.4999	-0.0001
15.0000	371939.300	15.0000	-0.0000
18.5000	325152.700	18.5001	0.0001
24.0000	261906.300	24.0000	0.0000
29.0000	214010.500	28.9998	-0.0002
32.5000	185199.700	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

MV = (n - 524288) / 1.6e+007

R = (MV * 2.900e+009 + 1.024e+008) / (2.048e+004 - MV * 2.0e+005)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[ln(R)] + a2[ln(R)]^2 + a3[ln(R)]^3\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

