Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2024
CALIBRATION DATE: 18-Aug-26

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

```
rtca0 =   9.999762e-01
rtca1 =   1.682969e-06
rtca2 =  -3.096130e-08
```

BATH TEMPERATURE (° C)	RTC FREQUENCY (Hz)	COMPUTED FREQUENCY (Hz)	RESIDUAL (PPM)
1.0000	0.9999780	0.9999778	-0.2
4.5000	0.9999830	0.9999831	0.1
15.0000	0.9999940	0.9999945	0.5
18.5000	0.9999970	0.9999967	-0.3
24.0000	0.9999990	0.9999987	-0.3
29.0000	0.9999990	0.9999989	-0.1
32.5000	0.9999980	0.9999982	0.2

t = temperature (°C)

RTC frequency = $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

