Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2024
CALIBRATION DATE: 09-Aug-26

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 =	-3.566159e-05
a1 =	2.830255e-04
a2 =	-3.018428e-06
a3 =	1.747500e-07

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	687916.4	1.0001	0.0001
4.5000	588938.1	4.4999	-0.0001
15.0000	376663.1	15.0000	0.0000
18.5000	326500.7	18.5001	0.0001
24.0000	262347.9	24.0000	-0.0000
29.0000	216316.7	28.9998	-0.0002
32.5000	189602.1	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

