Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2024
CALIBRATION DATE: 18-Aug-26

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 =	-5.988005e-05
a1 =	2.886614e-04
a2 =	-3.455982e-06
a3 =	1.860855e-07

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	687892.0	1.0001	0.0001
4.5000	588923.5	4.4998	-0.0002
15.0000	376655.6	15.0002	0.0002
18.5000	326498.0	18.5000	0.0000
24.0000	262346.8	23.9999	-0.0001
29.0000	216317.0	28.9999	-0.0001
32.5000	189604.8	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

