Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2329
CALIBRATION DATE: 09-Aug-26

SBE 37 RTC CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

```
rtca0 =   1.000003e+00
rtca1 =   1.542404e-06
rtca2 =  -2.561098e-08
```

| BATH TEMPERATURE (° C) | RTC FREQUENCY (Hz) | COMPUTED FREQUENCY (Hz) | RESIDUAL (PPM) |
|---|---|---|---|
| 1.0000 | 1.0000050 | 1.0000046 | -0.4 |
| 4.5000 | 1.0000090 | 1.0000095 | 0.5 |
| 15.0000 | 1.0000200 | 1.0000204 | 0.4 |
| 18.5000 | 1.0000230 | 1.0000228 | -0.2 |
| 24.0000 | 1.0000260 | 1.0000253 | -0.7 |
| 29.0000 | 1.0000260 | 1.0000262 | 0.2 |
| 32.5000 | 1.0000260 | 1.0000261 | 0.1 |

t = temperature (°C)

RTC frequency = $rtca0 + rtca1 * t + rtca2 * t^2$

Residual (PPM) = (Computed RTC frequency - Measured RTC frequency) * 1e6

