Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 2329
CALIBRATION DATE: 09-Aug-26

SBE 37 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

a0 =	-2.043483e-04
a1 =	3.140123e-04
a2 =	-4.373915e-06
a3 =	2.005157e-07

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
1.0000	554715.6	1.0001	0.0001
4.5000	476618.2	4.4998	-0.0002
15.0000	308173.6	15.0001	0.0001
18.5000	268113.8	18.5002	0.0002
24.0000	216687.3	23.9998	-0.0002
29.0000	179613.1	28.9999	-0.0001
32.5000	158017.0	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

