Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0504
CALIBRATION DATE: 01-Aug-26

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

```
a0 =  -2.881620e-06
a1 =   2.712519e-04
a2 =  -2.215772e-06
a3 =   1.523395e-07
```

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	867455.6	-1.5000	0.0000
1.0000	774349.2	1.0000	-0.0000
4.5000	662438.5	4.5000	-0.0000
8.0000	568552.3	8.0000	-0.0000
11.5000	489518.3	11.5000	0.0000
15.0000	422769.0	15.0001	0.0001
18.5000	366215.1	18.5001	0.0001
22.0000	318149.9	22.0000	-0.0000
25.5000	277173.9	25.4999	-0.0001
29.0000	242137.9	29.0000	-0.0000
32.5000	212096.0	32.5000	0.0000

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

