Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 0805
CALIBRATION DATE: 01-Aug-26

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

```
a0 =  -5.727033e-06
a1 =   2.743108e-04
a2 =  -2.273125e-06
a3 =   1.562177e-07
```

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	763569.3	-1.4999	0.0001
1.0000	682294.3	0.9999	-0.0001
4.5000	584490.9	4.4999	-0.0001
8.0000	502329.4	7.9999	-0.0001
11.5000	433073.9	11.5001	0.0001
15.0000	374508.9	15.0001	0.0001
18.5000	324827.7	18.5000	0.0000
22.0000	282550.2	22.0000	-0.0000
25.5000	246464.2	25.4999	-0.0001
29.0000	215572.9	28.9999	-0.0001
32.5000	189052.2	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

