Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1165
CALIBRATION DATE: 01-Aug-26

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

```
a0 =  -2.370731e-04
a1 =   3.401789e-04
a2 =  -8.044052e-06
a3 =   3.166195e-07
```

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	761853.1	-1.5000	-0.0000
1.0000	680164.0	1.0000	-0.0000
4.5000	581906.4	4.5000	0.0000
8.0000	499416.3	8.0000	0.0000
11.5000	429939.8	11.5001	0.0001
15.0000	371243.2	15.0000	-0.0000
18.5000	321501.5	18.4997	-0.0003
22.0000	279216.2	21.9999	-0.0001
25.5000	243168.2	25.5003	0.0003
29.0000	212355.1	29.0001	0.0001
32.5000	185939.5	32.4999	-0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

