Sea-Bird Scientific
13431 NE 20th Street
Bellevue, WA 98005
USA

+1 425-643-9866
seabird@seabird.com
www.seabird.com

SENSOR SERIAL NUMBER: 1640
CALIBRATION DATE: 20-Aug-26

SBE 39 TEMPERATURE CALIBRATION DATA
ITS-90 TEMPERATURE SCALE

COEFFICIENTS:

```
a0 =  -3.076343e-05
a1 =   2.774002e-04
a2 =  -2.390851e-06
a3 =   1.572514e-07
```

BATH TEMP (° C)	INSTRUMENT OUTPUT (counts)	INST TEMP (° C)	RESIDUAL (° C)
-1.5000	769254.9	-1.4999	0.0001
1.0000	687513.7	0.9999	-0.0001
4.5000	589133.3	4.4999	-0.0001
8.0000	506469.2	8.0000	-0.0000
11.5000	436776.3	11.5001	0.0001
15.0000	377829.7	15.0001	0.0001
18.5000	327811.6	18.5000	0.0000
22.0000	285238.0	21.9999	-0.0001
25.5000	248889.8	25.5000	-0.0000
29.0000	217767.4	28.9999	-0.0001
32.5000	191041.7	32.5001	0.0001

n = Instrument Output (counts)

Temperature ITS-90 (°C) = $1/\{a0 + a1[ln(n)] + a2[ln^2(n)] + a3[ln^3(n)]\} - 273.15$

Residual (°C) = instrument temperature - bath temperature

