



# DESA

Las descargas eléctricas pueden ayudar a que el corazón recupere su ritmo adecuado.




## 1. Preparación

Primero, hay que colocar los cables con **parches** al paciente. Es importante desabrochar o quitar la ropa, así como las joyas o elementos metálicos, ya que estos conducen electricidad.

## 2. Colocación de los parches

Los parches se colocan uno debajo de la clavícula en el lado superior derecho del pecho, y el otro debajo del pecho izquierdo, hacia el costado, cerca del corazón. Si los parches no se colocan correctamente, el DESA lo indicará. Mantén una distancia de 2,5 centímetros de cualquier piercing al colocar los parches.



## 3. Análisis del ritmo cardíaco

Una vez colocados los parches, nadie debe acercarse a la víctima. Presiona el botón de análisis del DESA para evaluar el ritmo cardíaco. El DESA indicará si se necesita una **descarga** o si se debe continuar con la RCP hasta la llegada de emergencias. Si se necesita una descarga, presiona el botón, asegurándote de que nadie toque a la víctima para evitar la conducción de la descarga.

## 4. Reacción y continuación

El cuerpo del paciente se moverá brevemente durante la descarga. Después de una sola descarga, vuelve a la RCP por dos minutos. Si el paciente comienza a respirar o recuperar el conocimiento, detén la RCP. Si no, el DESA volverá a comprobar el ritmo cardíaco.