CIAPESA GROUP S.A.C.
DESARROLLO E INGENIERIA EN PESAJE

CERTIFICADO DE CALIBRACION Nº CGM-6064

1. **Solicitante** : **PABLO ORBEZO LUIS CARLOS**
2. **Dirección** : JR. SAN MARTIN NRO. 369 - HUANUCO – HUANUCO – HUANUCO

3. **INSTRUMENTO** : BALANZA ELECTRONICA DE PISO
   - **Funcionamiento** : NO AUTOMATICO
   - **Capacidad Máxima** : 150 Kg
   - **División de escala (d)** : 0.02 Kg
   - **División de verific. (e)** : 0.02 Kg
   - **Clase de Exactitud** : III
   - **Marca** : EXELTOR
   - **Modelo** : BR150E
   - **Tipo** : ELECTRONICO
   - **Procedencia** : CHINA
   - **Número de Serie** : NO TIENE
   - **Código de Identificac.** : NO TIENE
   - **Ubicación** : ALMACEN
   - **Lugar de Calibración** : LABORATORIO METROLOGICO CIAPESA GROUP S.A.C.
   - **Fecha de Calibración** : 2026-03-20
   - **Fecha de Emisión** : 2026-03-21

4. **CONDICIONES AMBIENTALES**

	Inicio	Final
Temperatura	27.1 °C	28.8 °C
Humedad Relativa	61%	78%

5. **TRAZABILIDAD**

TRAZABILIDAD	Patrón utilizado	Certificado de Calibración
Patrones de referencia de INACAL	pesas (exactitud M1)	1AM-0075-2026, 1AM-0076-2026, 1AM-0077-2026, 1AM-0078-2026, SGM-A-0049-2026

Este certificado de calibración es trazable a patrones nacionales o internacionales, y esta expresado en unidades de acuerdo con el Sistema Internacional de Unidades (SI)

Los resultados del presente certificado son válidos solo para el objeto calibrado y se refiere al momento y condiciones en que se realizaron las mediciones y no deben utilizarse como certificado de conformidad con normas de producto.

CIAPESA GROUP S.A.C. no se responsabiliza de ningún perjuicio que pueda derivarse del uso inadecuado del objeto calibrado, ni de una incorrecta interpretación de los resultados de la calibración realizada.

Se recomienda al usuario recalibrar el instrumento a intervalos apropiados, de acuerdo al uso, conservación y el mantenimiento del mismo y de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

La adulteración o uso indebido del presente certificado constituye un delito y se regula por las disposiciones penales y civiles de la materia.

El certificado de calibración no es válido sin la firma del responsable técnico de CIAPESA GROUP S.A.C.

6. **PROCEDIMIENTO DE CALIBRACION**

   La calibración se realizó por comparación entre las indicaciones de la balanza contra cargas aplicadas de valor conocido mediante pesas patrones según el Procedimiento PC-001, 1ra Edición 2019 "Procedimiento para la Calibración de Balanzas de Funcionamiento no Automático Clase III y IIII" de INACAL.

7. **OBSERVACIONES**
   - Para identificar se colocó etiqueta autoadhesiva verde con la indicación "CALIBRADO"

8. **PROXIMA CALIBRACION**

   MARZO 2027

ALEJANDRO GUTIERREZ AGUADO
LABORATORIO
DNI: 06289967
CIAPESA GROUP

LABORATORIO DE METROLOGIA CIAPESA V°B°

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN PERMISO DE CIAPESA GROUP S.A.C.

CIAPESA GROUP S.A.C.
DESARROLLO E INGENIERIA EN PESAJE

CERTIFICADO Nº CGM-6064

9. RESULTADOS DE MEDICION

TABLA DE INSPECCION VISUAL - B/R/M					
AJUSTE DE CERO	B	CUBIERTA	B	PATAS	
DISPLAY, SEGMENTO	B	CABLES		PARAGOLPES, TOPES	
TECLADO, BOTONERA	B	ENCHUFES		CONECTORES	

ENSAYO DE EXCENTRICIDA



	Peso Aplicado (kg)	Peso Leido (kg)	Error (kg)	E.M.P. (kg)
1	50	50.00	0.00	+/- 0.02
2		50.00	0.00	+/- 0.02
3		50.00	0.00	+/- 0.02
4		50.00	0.00	+/- 0.02
5		50.00	0.00	+/- 0.02

ENSAYO DE REPETIBILIDAD

	Peso Aplicado (kg)	Peso Leído (kg)	Error (kg)	E.M.P. (kg)		Peso Aplicado (kg)	Peso Leído (kg)	Error (kg)	E.M.P. (kg)
P1	75	75.00	0.00	+/- 0.04	**P3**	150	150.00	0.00	+/- 0.06
P2	75	75.00	0.00	+/- 0.04	**P4**	150	150.00	0.00	+/- 0.06

ENSAYO DE LINEALIDAD

CARGA (L) kg	CRECIENTES				CARGA (L) kg	DECRECIENTES			
	I (kg)	E (kg)	Ec (kg)	E.M.P. (kg)		I (kg)	E (kg)	Ec (kg)	E.M.P. (kg)
5	5.00	0.00	0.00	+/- 0.02	150	150.00	0.00	0.00	+/- 0.06
10	10.00	0.00	0.00	+/- 0.02	120	120.00	0.00	0.00	+/- 0.06
20	20.00	0.00	0.00	+/- 0.02	100	100.00	0.00	0.00	+/- 0.04
40	40.00	0.00	0.00	+/- 0.02	75	75.00	0.00	0.00	+/- 0.04
50	50.00	0.00	0.00	+/- 0.02	60	60.00	0.00	0.00	+/- 0.04
60	60.00	0.00	0.00	+/- 0.04	50	50.00	0.00	0.00	+/- 0.02
75	75.00	0.00	0.00	+/- 0.04	40	40.00	0.00	0.00	+/- 0.02
100	100.00	0.00	0.00	+/- 0.04	20	20.00	0.00	0.00	+/- 0.02
120	120.00	0.00	0.00	+/- 0.06	10	10.00	0.00	0.00	+/- 0.02
150	150.00	0.00	0.00	+/- 0.06	5	5.00	0.00	0.00	+/- 0.02

E.M.P.: Error máximo permitido para balanzas de Funcionamiento no Automático con clase de exactitud III.

E: Error encontrado

I: Lectura de la balanza

Ec: Error corregido

LABORATORIO DE METROLOGIA CIAPESA V°B°

PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL O PARCIAL DE ESTE DOCUMENTO SIN PERMISO DE CIAPESA GROUP S.A.C.