Salle haute-pression

Calibration octobre 2024

Il y aura deux positions x_{Lp2} :

- à 10.00mm pour utiliser l'OPO entre 590 et 650 nm : bonne configuration qui focalise au mieux la source SHG et la source OPO, tout en ayant $\Delta z = 0$.
- à 12.00mm pour utilise l'OPO entre 660 et 720 nm : moins bonne focalisation SHG, mais permet $\Delta z = 0$.

Les cartes à prendre sont :

- le 01 Oct : carte de 500 à 590 nm, avec $x_{Lp2} = 10.00$ mm.
- Le 04 Oct : carte de 610 à 650 nm, avec $x_{Lp2} = 10.00$ mm.
- Le 07 Oct : carte de 520 à 600 nm, avec $x_{Lp2} = 10.00$ mm.
- Le 07 Oct : carte de 660 à 720 nm, avec $x_{Lp2} = 12.00$ mm.

Caliration OPO

Lambda (nm)	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650
x Ls2 (mm)	4,2	4,6	4,8	5	5,3	5,6	5,7	5,8	6	5,9	5,5	5,5	4,75	4	3	2
x Lp2 (mm)	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

Lambda (nm)	660	670	680	690	700	710	720
x Ls2 (mm)	6	5	5	4	4	3,5	2
x Lp2 (mm)	12	12	12	12	12	12	12

Calibration 05 Novembre 2024

Entre octobre et novembre 2024, la cavité du Maitai s'est désalignée. On l'a replacée et fixée, et l'OPO a remarché sans avoir besoin d'être réaligné. Cependant, on est pas garanti qu'il a les même propriétés (divergence, taille faisceau) qu'avant. Il faudra donc refaire une calibration si possible.

Pour bien se repérer, je continue de placer la lentille de sonde dans les positions de référence calibrées. Si beosin, j'ajuste la lentille de pompe pour avoir $\Delta z = 0$.