INFORME EJECUTIVO · PROSPECTIVE · 8 DE OCTUBRE – 6 DE NOVIEMBRE DE 2026

Prospective ante el dataset Zenodo: 71 de 122 aneurismas entre los 5 candidatos con la configuración actual (eran 4; entre 62 y 72 según el tope, y 53 salen siempre), 80 entre los 10, 36 en primer puesto (eran 0) y 5 fuera del modelo (eran 31), sobre un modelo 3D que ya es el árbol vascular (169 de 172), y con la detección en casi la mitad de tiempo

En cuatro semanas se ha incorporado el primer dataset público con verdad de terreno (172 angio-TC de cabeza con 122 aneurismas segmentados a mano), se ha medido el detector de Prospective sobre él dieciocho veces de principio a fin y, entre pasada y pasada, se han identificado y corregido las causas del fallo una a una, separando siempre lo que falla en la **segmentación** (la lesión no llega al modelo 3D) de lo que falla en la **detección** (está en el modelo y el detector no la coloca). Desde el 25 hay un banco que mide en minutos cualquier ajuste del detector sobre los 172 estudios sin volver a segmentar. El 25 probó 20 ajustes y adoptó uno (el umbral absoluto de curvatura: 52 → 61 entre los 5). El 26 probó 28 más en un día, descartó con cifras tres ideas que parecían prometedoras (el doble de resolución en la copia de curvatura, un tope según el tamaño de la pieza y un techo de densidad sobre los candidatos) y adoptó **el orden de los candidatos** por área × convexidad (la cúpula de un saco es casi toda convexa; una curva o bifurcación de vaso, no): de 61 a 63 entre los 5, de 28 a 30 en primer puesto, sin que bajara ninguna lesión. El 27 entran, juntas, las dos ideas del 26 que no bajaban nada pero tampoco movían la cifra: la **fusión de regiones duplicadas según su tamaño** (en vez de a 10 mm fijos) y una **segunda escala de curvatura** (esfera de 4 mm) cuyas regiones se añaden detrás de las de 6 mm. Confirmadas con una pasada real sobre los 172: los 63 entre los 5 y los 56 pacientes se mantienen, el primer puesto pasa de 30 a 31 y la lista larga de 82 a 88 (siete lesiones de 3 – 8 mm que el detector no veía ahora existen para él), a cambio de 30 s más de detección por estudio. El 27 y el 28 el frente ha sido la **segmentación**: al enseñar los casos se vio que los modelos 3D eran ruidosos, y una hoja de contacto de los 172 modelos guardados confirmó que el **soporte de cabeza del escáner** (una cuna o dos placas de 2 – 5 mm que superan el umbral de densidad) entraba en casi todos y en uno de cada cuatro era la pieza mayor. La regla «lo que no está dentro de la cabeza no es vaso» (la envolvente convexa de la cabeza, calculada en décimas de segundo, sin pesos) se aplicó a la máscara vascular y se midió con una pasada completa de 20 h desde el DICOM: **el modelo pasa de 111 a 34 cm³ de mediana, 80 estudios quedan entre 20 y 40 cm³ (eran 16), 169 de 172 parecen un árbol (eran 126), y ninguna de las 122 lesiones pierde superficie**. Sobre esos modelos limpios el mismo detector sube a 67 entre los 5, 73 entre los 10 y 94 en la lista, mantiene los 56 pacientes y baja la detección de 94 a 60 s; el precio es el primer puesto, de 31 a 21: con la mitad de vértices (el soporte ya no está) la copia de curvatura del detector se diezma la mitad y las cúpulas grandes se parten en dos o tres candidatos. Se midió si un tope más bajo lo devolvía: devuelve los primeros puestos pero vuelve a perder las lesiones

pequeñas y trombosadas que el modelo limpio había traído, así que el tope se queda. La envolvente entra; el primer puesto, que nunca se ha podido prometer, queda como coste declarado.

El 29 se ha vuelto a la **detección**, sobre esos modelos limpios y con el banco de puertas volcado sobre ellos (172 estudios, tres escalas, 13 h de máquina), que permite medir una regla en un minuto. La hipótesis con la que se empezó (que las cúpulas grandes perdían el primer puesto porque el consenso no casaba sus canales) se midió y no mueve nada; lo que las tira, visto región a región, son dos puertas del canal de curvatura: la **compacidad** fija de 0,2, que no pasa la cúpula de un saco de 14 – 25 mm (sale con 0,10 – 0,19), y el **signo de la curvatura media**, que tira la luz interior de un saco trombosado, que es una cúpula cóncava. Relajarlas sin condición reparte; **condicionadas a regiones muy convexas (pgf ≥ 0,75) y, en la compacidad, con curvatura de esfera (H × r ≤ 1,5), no bajan ninguna cifra en ninguna banda de tamaño**: 68 entre los 5, 74 entre los 10, 24 en primer puesto, 96 en la lista, 57 pacientes, confirmado con pasada real; sin coste de tiempo. De las que bajan de puesto, ninguna lo hace por las puertas (una porque sus tres primeros candidatos están sobre el mismo saco de 25 mm; otra porque su puesto de calibre, un canal que las puertas no tocan, cambia con el diezmado). El banco deja señalado el siguiente paso: los sacos pequeños que forman región propia a la escala de 4 mm y que el orden por área deja detrás, y una fusión del consenso que casa cada pico con el sitio más cercano, no con el primero.

El 30 se han medido las dos. La fusión con el sitio más cercano reparte (una lesión de 3 mm del 11.º al 29.º) y no entra. El **canal de «saco pequeño»** sí: entre las regiones que ya pasan las puertas, las de 3 – 5 mm con la curvatura de una esfera, esfericidad y convexidad altas se ordenan por forma en vez de por área (el área las dejaba en los puestos 11 – 40, detrás de cualquier curva de vaso), y el consenso les **reserva el 5.º puesto** si ninguna está entre los 5. El canal no vota: con puestos y familia propios ganaba más entre los 5 pero quitaba el primer puesto a cuatro lesiones; con la cuota sola no toca los cuatro primeros. **71 entre los 5 (de 68), 80 entre los 10 (de 74), 24 en primer puesto, 96 en la lista, 59 pacientes (de 57)**; ninguna banda de tamaño baja y el hueso en los controles baja de 117 a 111 de 450 (el saco pequeño que sube al 5.º desplaza a un sitio de hueso); sin coste de tiempo. El precio, declarado: tres lesiones que estaban 5.ª pasan a 6.ª (121, de 23 mm con trombo, y dos bifurcaciones de 8 mm), y por eso «grandes» queda en 18 de 20 y «con trombo» en 16 de 22. En la pantalla, el 5.º candidato puede ser ese sitio y debe decir «saco pequeño».

Del 31 de octubre al 5 de noviembre se han medido cuatro cosas más. La **regla de la corteza** quita del modelo el cráneo poco denso, el que la máscara de hueso no ve: el modelo mejora (172 de 172 parecen un árbol, mediana 34,3 → 29,0 cm^3, hueso en controles 111 → 86 de 450), pero el detector pierde 10 lesiones entre los 5 (71 → 61), y se revirtió el 1 de noviembre. Esa caída tenía una causa de fondo: el detector mide la curvatura sobre una copia del modelo reducida a un número fijo de puntos, y por eso cada limpieza le cambia la escala; según el estudio, mira con un detalle de 0,50 a 0,99 mm. Fijar esa escala en 0,71 mm pone primero los sacos grandes y pierde los pequeños (68 entre los 5, 74 entre los 10): no entra. Lo que sí entra son las **dos escalas juntas**: la lista de siempre, con los dos primeros sitios de la escala gruesa que miden 12 mm o más colocados delante. **Entre los 5 (71), entre los 10 (80), en la lista (96) y en pacientes (59) no cambia nada; en primer puesto, de 24 a 36.** Es una mejora del orden, no de la detección. Al medir su coste apareció un cálculo que el detector repetía unas 2 300 veces por estudio; corregido, el resultado es idéntico y **la detección baja de 73 a 42 s**, aun calculando la curvatura dos veces. Con ese detector se ha vuelto a medir la corteza: sigue en 61 entre los 5, así que sigue fuera.

Medido el 6 de noviembre: cuánto se mueve la cifra sin tocar el modelo. Sobre los mismos modelos y con el mismo detector se cambió solo el tope de la copia de curvatura, con cinco valores cercanos, sin sentido clínico. **Entre los 5 va de 62 a 72, con mediana 65**. El 71 es la cifra del ajuste actual, y **53 lesiones salen con los cinco topes**. La subida de fondo, de 4 a 71, queda muy por encima de esa oscilación; una diferencia de pocas lesiones entre dos medidas ya no se puede leer sola.

TOPE	ENTRE LOS 5	ENTRE LOS 10	EN 1.º	EN LA LISTA	PACIENTES
76 000	62	74	32	90	53
78 000	65	74	37	91	57
79 000	72	81	37	96	59
80 000 (actual)	**71**	**80**	**36**	**96**	**59**
82 000	65	74	33	98	56

172 × 22

angio-TC evaluadas de principio a fin: siete pasadas completas y quince de detección (82 con aneurisma, 122 lesiones; 90 controles), más un banco que mide un ajuste en un minuto

4 → 71 de 122

lesiones entre los 5 candidatos; 80 entre los 10 (eran 6); 36 en primer puesto (eran 0); 96 en la lista larga (eran 17); pacientes con la lesión entre los 5: 3 → 59 de 82. Es la cifra del ajuste actual: según el tope, de 62 a 72 lesiones y de 53 a 59 pacientes

126 → 169 de 172

modelos 3D que parecen un árbol vascular; mediana del modelo 111 → 34 cm^3; 128 → 15 modelos por encima de 60 cm^3; lesiones fuera del modelo 31 → 5 (igual que el 24)

24 → 36 · 73 → 42 s

lesiones en primer puesto y segundos de detección con las dos escalas de curvatura del 5 de noviembre; entre los 5, entre los 10, la lista y los pacientes no cambian: mejora el orden, no la detección

1. Qué se ha hecho y cuándo

FECHA	TRABAJO	RESULTADO	ESTADO
8 oct	Auditoría de seguridad de la API y el acceso; búsqueda de datasets DICOM con verdad de terreno	7 hallazgos corregidos el mismo día. Elegido Zenodo 15697196 (CC-BY): el único con DICOM + segmentación manual del aneurisma	hecho
9 oct	Ingesta de 44 estudios por la API, como un usuario, y banco de medida del detector	Primer dato real: 2 aciertos de 34 aneurismas en angio-TC	hecho
12 oct	Evaluación de los 172 estudios con el software tal cual, ajustes del detector y un oráculo de resolución	4 de 122 lesiones entre los 5; 31 fuera del modelo; tres causas medidas	hecho
13 – 14 oct	Medidas 0 – 3: red de seguridad 3DRA, resolución nativa donde importa, hueso fuera de la máscara en TC, detector sobre la malla limpia	Diseñadas y medidas sobre 16 estudios; 3DRA sin cambios	hecho
14 – 18 oct	Primera pasada completa de los 172 con las medidas 1 – 3 (48 h de máquina)	23 de 122 entre los 5; 16 fuera del modelo; dos poblaciones de estudios identificadas	hecho
18 – 19 oct	Canales de grosor en los 132 estudios de cabeza y cuello (7,6 h); criterio absoluto en controles	Entre los 5 de 5 a 13 en esos estudios; regla cambiada. El criterio absoluto se midió y no existe	hecho
19 – 20 oct	Recorte a la región intracraneal antes de detectar; suelo de densidad; dos pasadas de detección de los 172 sobre las mallas guardadas	44 y después **45 de 122 entre los 5**, 8 en primer puesto, ninguna lesión baja	hecho

FECHA	TRABAJO	RESULTADO	ESTADO
20 – 22 oct	Banda de la cabeza antes de segmentar; cuarta pasada completa de los 172 desde el DICOM (19,7 h); fusión con los 321 cambios del compañero y publicación en `master`	**52 de 122 entre los 5**, 12 en primer puesto, 45 de 82 estudios, 8 fuera del modelo, 5,7 min por estudio	hecho
22 – 23 oct	Experimento del tope de curvatura (×2 y ×3, 14 h) y la pieza del calibre sola (3,9 h), sobre las mallas guardadas	**44, 46 y 51 de 122 entre los 5, frente a 52.** Reparten grandes ↔ pequeños. No se adoptan	descartado
23 – 24 oct	Regla de sacos en la máscara vascular, con tests, y quinta pasada completa de los 172 desde el DICOM (20,9 h)	**Fuera del modelo 8 → 5; 52 entre los 5, 13 en primer puesto, 78 en la lista, 46 de 82 estudios.** Entra	hecho
24 oct	La puerta de curvatura media, lesión a lesión, y prueba de bajarla en 3 estudios	No retiene a ninguna lesión: las que pasan mueren en el tope o en la fusión. No se toca	descartado
24 – 25 oct	Banco de puertas: un volcado único de todas las regiones candidatas de los 172 modelos guardados (7,5 h de máquina, de noche) y evaluación de 20 ajustes del detector en 25 min	El banco reproduce los 122 puestos de la pasada del 24. **19 ajustes no mueven la cifra o la bajan; el suelo absoluto de curvatura la sube: 52 → 61 entre los 5, 13 → 28 en primer puesto**	hecho
25 oct	Pasada real de detección de los 172 con el suelo absoluto de curvatura, sobre los modelos del 24 (3,2 h)	**61 de 122 entre los 5, 28 en primer puesto, 68 entre los 10, 81 en la lista, 54 de 82 estudios.** Coincide con el banco lesión a lesión. Entra	hecho
25 oct	Barrido del suelo: esferas de 5 y 7 mm además de la de 6, con el mismo banco (4,5 h de volcado, evaluación en minutos)	**58 y 58 de 122 entre los 5, frente a 61 con 6 mm**; las dos pierden los grandes trombosados que la de 6 recupera. Se queda 6 mm, y entra en el programa con su test	hecho
25 – 26 oct	Fusión de regiones duplicadas según su tamaño (cinco formas, en el banco) y el doble de resolución en la copia de curvatura con el suelo nuevo (volcado de 82 estudios, 2,6 h; sola y unida a la actual)	La fusión por cajas no baja nada pero deja 61; la resolución doble sola da 57 y unida a la actual 62, sacando a un trombosado de 21 mm del top 5 y doblando el tiempo de detección. No se adoptan	descartado
26 oct	Tope de resolución según el tamaño de la pieza y techo de densidad sobre los candidatos, simulados a partir de los registros (sin volcar nada)	Ningún umbral de tamaño pasa de 61 (el mejor reparto posible por estudio daría 64); quitar todo lo que apunta a hueso no sube ninguna lesión y baja tres. No se adoptan	descartado
26 oct	Segunda escala del suelo de curvatura (esferas de 4,7 y 4,1 mm) sobre la misma malla, sola, unida a la de 6 mm y como segundo canal (volcado de 4 h, evaluación en minutos)	La unión 6 mm + 4,1 mm con fusión por cajas es la primera variante que no baja ninguna lesión (lista 81 → 89, primer puesto 28 → 30), pero deja los 61 entre los 5. No se adopta como palanca	medido

FECHA	TRABAJO	RESULTADO	ESTADO
26 oct	El orden del canal de curvatura: comparación de rasgos entre las regiones de lesión y las de vaso que van por delante, ocho claves de orden en el banco y pasada real de detección de los 172 con la mejor (4 h)	**63 de 122 entre los 5, 30 en primer puesto, 69 entre los 10, 82 en la lista, 56 de 82 estudios; ninguna lesión baja; 121 de 122 puestos iguales a los del banco.** Entra en el preset de TC con su test	hecho
26 – 27 oct	Fusión por cajas y segunda escala de curvatura, juntas, en el preset de TC con sus tests; pasada real de detección de los 172 (5,5 h, con una suspensión del portátil de por medio)	**63 de 122 entre los 5, 31 en primer puesto, 69 entre los 10, 88 en la lista, 56 de 82 estudios; 121 de 122 puestos iguales a los del banco.** Entra. Detección 65 → 97 s por estudio	hecho
27 oct	Revisión visual de los modelos 3D de los casos en primer puesto (al enseñarlos), medida de su limpieza en los 172 registros y hoja de contacto de los 172 modelos guardados (renders fuera de pantalla, tres vistas por estudio)	Mediana de 66 piezas por modelo; 46 de 172 no parecen un árbol; el soporte de cabeza del escáner entra en la mayoría y es la pieza mayor en uno de cada cuatro (004, 005, 015, 016, 017, 025, 039, 041…), unido al propio árbol en 016 y 017. Es segmentación, no detección	hecho
27 oct	Regla de la envolvente de la cabeza en la máscara vascular, con sus tests; dos formas de aplicarla descartadas con cifras en un estudio (004) antes de la pasada	Poner aire fuera de la cabeza, o restringir antes de calcular los umbrales de tubularidad, vacía la máscara (004: 146 → 3 cm^3, la lesión fuera del modelo): los umbrales de la receta son percentiles y el soporte los sostenía. Restringir después de los percentiles: 004 queda en 31 cm^3, árbol, con la lesión en el modelo	hecho
27 – 28 oct	Sexta pasada completa de los 172 desde el DICOM con la envolvente (20 h de máquina, con una parada por apagado del portátil), contraste modelo a modelo contra la pasada del 24 y detección contra la del 27	**Modelo: 111 → 34 cm^3 de mediana, 80 estudios en 20 – 40 cm^3 (eran 16), 169 de 172 parecen un árbol (eran 126), ningún recubrimiento de lesión baja, 5 fuera del modelo (igual). Detección: 67 de 122 entre los 5, 73 entre los 10, 94 en la lista, 56 de 82 estudios; primer puesto 31 → 21; 60 s por estudio (eran 94).** Entra	hecho
28 oct	El tope de la copia de curvatura sobre los modelos limpios (40 000 y 60 000 en vez de 80 000), medido sin segmentar en los 28 estudios cuyas lesiones cambian de puesto	40 000 devuelve los 13 primeros puestos y baja la detección a 37 s, pero pierde 3 lesiones entre los 5 (pequeñas y trombosadas) y 4 en la lista; 60 000 pierde por los dos lados. El tope se queda en 80 000	descartado
28 – 29 oct	Volcado del banco de puertas sobre los 172 modelos limpios (tres escalas de curvatura; 13 h de máquina en rondas de 6 estudios por la memoria) y desglose de las 55 lesiones que faltaban	27 en la lista pero atrás, 23 con región tirada por una puerta, 5 fuera del modelo. El banco reproduce 89 de los 122 puestos de la pasada (el resto es el diezmado, que no es determinista); cada regla se mide contra la referencia del banco y se confirma con pasada real	hecho

FECHA	TRABAJO	RESULTADO	ESTADO
29 oct	Por qué se pierde el primer puesto en las cúpulas grandes: la hipótesis del acuerdo del consenso (radio proporcional al tamaño, fusión de cúpulas partidas) medida en los 172	No mueve ni un puesto. Lo que tira la cúpula es la puerta de compacidad (038: 0,18 con el umbral en 0,2) y, en el saco trombosado 037, el signo de la curvatura media (la luz interior es cóncava)	hecho
29 oct	Dos puertas condicionadas: compacidad 0,10 si la región es muy convexa (pgf ≥ 0,75) y tiene curvatura de esfera (H × r ≤ 1,5); curvatura media en valor absoluto si pgf ≥ 0,75. Siete variantes en el banco, tests, y pasada real de detección sobre los modelos limpios (4,5 h)	**68 de 122 entre los 5 (de 67), 74 entre los 10, 24 en primer puesto (de 21), 96 en la lista (de 94), 57 de 82 estudios; ninguna banda baja; controles 90 de 90 con 5; sin coste de tiempo.** Entra	hecho
29 oct	La fusión del consenso con el sitio más cercano (en vez del primero a menos de 8 mm), medida en el banco sobre los 172	Reparte: 110 del 2.º al 1.º pero 011_1 (3 mm) del 11.º al 29.º y 014 del 1.º al 3.º. No entra	descartada
29 – 30 oct	Canal de «saco pequeño»: regiones de 3 – 5 mm con curvatura de esfera, esfericidad y convexidad altas, ordenadas por forma; el consenso les reserva el 5.º puesto si ninguna está entre los 5, sin voto. Nueve variantes en el banco (con voto, con familia, cuota del 4.º, esfericidad 0,7…), cinco tests, pasada real de detección sobre los modelos limpios (4 h)	**71 de 122 entre los 5 (de 68), 80 entre los 10 (de 74), 24 en primer puesto, 96 en la lista, 59 de 82 estudios; ninguna banda de tamaño baja; controles 90 de 90 con 5, hueso en controles 117 → 111; sin coste de tiempo.** Coste: tres lesiones del 5.º al 6.º (121 de 23 mm con trombo, 017_1 y 051). Entra	hecho
30 oct – 1 nov	Regla de la corteza: en los 12 mm exteriores de la cabeza, lo que pasa de 300 HU es hueso. Quita el cráneo poco denso (en 084 no pasa de 650 HU, y la máscara de hueso empieza en 700). Pasada completa desde el DICOM (16,4 h)	Modelo mejor (172 de 172 árboles, hueso en controles 111 → 86), pero entre los 5 71 → 61, entre los 10 80 → 69, menores de 5 mm 13 → 7. No cumple el criterio: revertida el 1 de noviembre	descartada
4 nov	Por qué cada limpieza del modelo mueve la detección: la copia de curvatura se fija en puntos, no en milímetros (detalle de 0,50 a 0,99 mm según el estudio, mediana 0,71). Copia a 0,71 mm en todos los estudios (6,0 h)	68 entre los 5, 74 entre los 10, 32 en primer puesto: los sacos grandes suben y los pequeños se pierden. No entra sola	descartada
4 – 5 nov	Dos escalas de curvatura: la lista de siempre, con los dos primeros sitios de la escala gruesa de 12 mm o más colocados delante. Doce reglas simuladas sobre las dos pasadas, nueve tests, pasada real (2,7 h). Solo en TC	**71 entre los 5, 80 entre los 10, 36 en primer puesto (de 24), 96 en la lista, 59 de 82 estudios; ninguna banda baja entre los 5; hueso en controles 111 → 110.** Una lesión de 5 – 10 mm baja del 1.º al 2.º. Entra	hecho
5 nov	Por qué las dos escalas costaban 2,3 veces más (73 → 166 s): el detector recalculaba todas las regiones por cada región, unas 2 300 veces por estudio. Se calculan una vez	**Resultado idéntico (comprobado en 120 estudios) y detección 73 → 42 s.** También acelera 3DRA. Entra	hecho

FECHA	TRABAJO	RESULTADO	ESTADO
5 nov	La corteza otra vez, con el detector nuevo, sobre los mismos modelos del 31 (2,2 h)	61 entre los 5 frente a 71: la pérdida se mantiene (29 en primer puesto frente a 36). Sigue fuera. Las dos escalas no arreglan esto, y dar a la copia de siempre el mismo detalle en mm tampoco (61 entre los 5): la pérdida viene de lo que la regla quita del modelo	descartada
5 nov	Comprobación de la pantalla con las dos escalas	015, 096 y 002 en la aplicación, re-detectando sobre sus modelos guardados: lesión primera por los tres canales y la misma lista de 5 que con una escala, también con los vetos, que el banco no aplica. Estos tres no enseñan la mejora, porque ya eran primeros; falta verla en un caso que suba al 1.º (105 o 130)	hecho
6 nov	Sensibilidad: la misma detección con los topes 76 000, 78 000, 79 000 y 82 000 en vez de 80 000, sobre los mismos modelos (unas 11 h)	Entre los 5, de 62 a 72 (mediana 65); entre los 10, de 74 a 81; en primer puesto, de 32 a 37; pacientes, de 53 a 59. 53 lesiones salen con los cinco topes y 78 con alguno. La regla de la corteza, por su parte, no quita superficie de ninguna lesión: el recubrimiento baja más de 0,15 en 0 de 122.	

2. El dataset y el criterio

Zenodo 15697196: 172 angio-TC de cabeza (145 de ellas incluyen el cuello), 82 con aneurisma y 90 controles, con cada aneurisma segmentado a mano en un fichero STL. Son 122 lesiones: la mitad miden 5 mm o menos, 39 son «blister» de 1,3 – 3,6 mm, 16 son gigantes, 20 están calcificadas y 22 trombosadas. Es un conjunto difícil a propósito, y es el tipo de examen (TC de cabeza entera, con el hueso tocando los vasos con contraste) para el que Prospective no se había medido nunca: su detector se había calibrado sobre dos casos de angiografía rotacional 3D (3DRA), donde no hay hueso.

Dos medidas distintas, siempre separadas. **Segmentación:** la lesión «llega al modelo» si más de la mitad de la superficie que el radiólogo dibujó está a menos de 1 mm del modelo 3D que Prospective construye; si no llega, el detector no puede verla. **Detección:** la lesión cuenta como detectada si uno de los candidatos que la aplicación enseña está a menos de 5 mm o de su diámetro. «Entre los 5» es la lista que ve el clínico; «entre los 40» es la lista larga del banco, que dice si la lesión existe para el detector aunque quede atrás. Una medida entra en el código solo si, medida sobre los 172, no baja la segmentación ni la detección en ningún grupo que importe. Las medidas del 25, 26 y 27 no tocaban la segmentación (los modelos 3D eran los del 24); la del 28 es de segmentación: los 172 modelos son nuevos y la detección se mide sobre ellos con el detector del 27, sin tocarlo. Las del 29, del 30 y del 5 de noviembre son de detección: los modelos son los del 28 y solo cambia el detector. La regla de la corteza cambiaba los modelos; se revirtió, y los modelos vigentes siguen siendo los del 28.

3. Las medidas, en el orden en que se tomaron, y qué cambió cada una

#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
0	**Red de seguridad 3DRA** (13 oct)	Regresión automática sobre los dos casos de referencia de 3DRA, ejecutada tras cada cambio.	Sin cambios en 3DRA tras cada medida.	Lesión en el primer puesto en ambos, tras cada medida.
1	**Resolución nativa donde importa** (13 oct)	La pasada reducida localiza el árbol; se vuelve a segmentar a la resolución del DICOM en una banda de 5 mm alrededor, por baldosas.	**Fuera del modelo: 31 → 16.** Coste: 10 s → 11 min por estudio.	Con 2 y 3: entre los 5, 4 → 23; en la lista de 40, 17 → 43.
2	**Hueso fuera de la máscara en TC** (13 oct)	Lo que supera 700 HU se quita antes de rellenar, con 1,5 mm de margen. En 3DRA no se aplica.	**Pieza mayor del modelo: 760 → 196 cm³.** Coste conocido: una pared calcificada pegada al cráneo se va con él.	Candidatos sobre hueso: 560 → 206 de 860; en controles, 66 % → 28 %.
3	**El detector sobre la malla limpia** (14 oct)	Regla absoluta de curvatura media en lugar del percentil y «la región convexa más grande primero».	—	Más lesiones entre los 5 y los 10 sin aumentar el hueso; seis variantes descartadas tras medirlas.
4	**Canales de grosor también en cabeza y cuello** (19 oct)	Los dos canales que miden el calibre del vaso solo corrían en mallas «árbol» pequeñas; ahora, siempre que la pieza mayor mida más de 20 mm.	—	Entre los 5: 23 → 31; en la lista, 43 → 52. Hueso en controles: 112 → 79 de 415.
5	**Recorte a la región intracraneal** (20 oct)	Las 122 lesiones están a menos de 121 mm del techo del modelo; los candidatos de los controles, a 284 mm. El modelo se queda con sus 140 mm altos antes de detectar.	— (el modelo no cambia; el detector mira solo la cabeza)	**Entre los 5: 31 → 44**; ganan 17, pierden 4. Detección 3 veces más rápida.
6	**Suelo de densidad** (20 oct)	Un candidato en aire o en partes blandas sin contraste (por debajo de −100 HU de media o de 200 de máximo) no es un aneurisma; se quita antes de elegir los 5.	—	Entre los 5: 44 → 45; primer puesto 6 → 8; ninguna lesión baja. 1 148 candidatos quitados de 7 647.
7	**Banda de la cabeza antes de segmentar** (20 – 22 oct)	145 estudios son de cabeza y cuello (350 mm de alto) y se segmentaban reducidos por 2 a 6 por falta de memoria. Las 122 lesiones están a 54 – 120 mm bajo el cráneo: se segmentan solo los 150 mm bajo el techo del cráneo.	**Fuera del modelo: 16 → 8** (recupera 11, pierde 3). Reducción: 68 estudios a ×5 y 16 a ×6 → ninguno por encima de ×3; 54 a nativo. 11,4 → 5,7 min por estudio.	**Entre los 5: 45 → 52**; entre los 10, 53 → 61; primer puesto 8 → 12; estudios 37 → 45 de 82. Suben 30 lesiones, bajan 22.

#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
8	**Tope de la copia de curvatura ×2 y ×3** (22 – 23 oct) no adoptada	El detector calcula la curvatura sobre una copia del modelo diezmada a 80 000 vértices. Se probó con 160 000 y con 240 000 sobre los mismos modelos del 22.	— (mismos modelos)	**Entre los 5: 52 → 44 (×2) y 52 → 46 (×3)**; en la lista, 75 → 67 y 69. Gana 1 en ≥ 25 mm; pierde de 5 a 7 de menos de 10 mm. Detección 44 → 104 y 146 s por estudio.
9	**La pieza del calibre, sola** (23 oct) no adoptada	La pieza que mide el calibre del vaso, sola, sobre el modelo completo, con el detalle de curvatura intacto.	— (mismos modelos)	**Entre los 5: 52 → 51**; lista y top 10 iguales; estudios 45 → 46. Entran 3 grandes y trombosados, salen 4 pequeños y medianos.
10	**Regla de sacos en la máscara vascular** (23 – 24 oct) adoptada	Un aneurisma es una bola, no un tubo. Las bolas de 11 mm o más que están a 5 mm del árbol y no son hueso se pegan al modelo.	**Fuera del modelo: 8 → 5.** Entran 026 (50 mm, gigante: 2 → 91 % de su superficie), 121 (23 mm, trombo: 1 → 100 %) y 024 (20 mm, trombo: 33 → 74 %); ninguna lesión pierde cobertura. +6 % de tiempo.	**Entre los 5: 52 → 52**; entre los 10, 61 → 64; lista 75 → 78; primer puesto 12 → 13; estudios 45 → 46. Controles iguales: 90 de 90 con 5.
11	**Las puertas del detector, una a una** (24 – 25 oct) ninguna adoptada	Diecinueve ajustes de las reglas que aceptan o descartan una región y la ordenan: curvatura media a 0,6, fusión de regiones a 5 y 7 mm, lista de curvatura a 60 y 80, cinco órdenes distintos, compacidad a 0,15 y 0,10, convexidad a 0,40, mínimo de 4 puntos, sin suelo de densidad, anillo del cociente por radio, dos escalas de curvatura. Medidos sobre los 172 en el banco (minutos cada uno).	— (mismos modelos del 24)	**Entre los 5: 52 → entre 46 y 56.** Los seis que suben lo hacen por una lesión (la 020, 25 mm con trombo) o reparten; los órdenes alternativos y la compacidad baja pierden de 2 a 6. Las dos escalas de curvatura (56, y 25 en primer puesto) señalan el camino de la medida 12.
12	**Suelo absoluto de curvatura** (25 oct) adoptada	El detector forma sus regiones candidatas con «el 15 % más curvado de cada modelo»: un umbral relativo que, en una cabeza entera llena de vasos finos, dejaba en los sacos de 10 – 30 mm un parche de 10 – 40 puntos y 7 mm², no el saco. Ahora el umbral es absoluto: todo lo curvado como una esfera de 6 mm o menos forma región. En esos sacos la región pasa a ser el saco entero (100 – 500 puntos, 50 – 200 mm², a 0,3 mm de la lesión) y los tres canales del detector coinciden en él.	— (mismos modelos del 24; el modelo no cambia)	**Entre los 5: 52 → 61**; entre los 10, 64 → 68; lista 78 → 81; primer puesto 13 → 28; estudios 46 → 54 de 82. Ganan 15 lesiones (entran en la lista) y otras 14 suben al primer puesto; bajan 16, casi todas de 3 – 7 mm, 4 de ellas fuera de los 5. Con trombo entre los 5: 14 → 17; ≥ 25 mm: 11 → 13. Controles 90 de 90 con 5 (hueso 94 de 450, era 86). Detección 52 s por estudio (era 57).

#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
13	**Lo medido el 26 sobre el suelo nuevo** (25 – 26 oct) ninguna adoptada	Cinco ideas para recuperar las 16 pequeñas que bajaron el 25: fusión de regiones duplicadas según su tamaño (cinco formas); el doble de resolución en la copia de curvatura, sola o unida a la actual; un tope de resolución según el tamaño de la pieza; un techo de densidad que quite los candidatos que apuntan a hueso; y una segunda escala de curvatura (esferas de 4,7 y 4,1 mm) sola, unida o como segundo canal. Veinte variantes, todas medidas sobre los 172.	— (mismos modelos del 24)	**Entre los 5: 61 → entre 51 y 62.** La fusión por cajas y la unión 6 + 4,1 mm no bajan ninguna lesión pero no mueven la cifra (alargan la lista a 83 y 89 y suben el primer puesto a 30); la resolución doble reparte (gana pequeñas, pierde trombosados grandes) y dobla el tiempo; el tope por pieza no separa (el mejor reparto posible daría 64); quitar el hueso no sube ninguna lesión porque 41 de las 61 que faltan no tienen ningún candidato, y quita tres.
14	**Orden de los candidatos por área × convexidad** (26 oct) adoptada	Con el suelo nuevo, 70 lesiones tienen una región que pasa todas las reglas, pero solo 45 quedan entre las 5 primeras del canal: delante van regiones de vaso con más área. Comparadas las 70 regiones de lesión con las 458 que van por delante de alguna, lo que más las separa es la fracción de superficie convexa (0,70 frente a 0,62) y la esfericidad (0,77 frente a 0,65): la cúpula de un saco es casi toda convexa; una curva o bifurcación de vaso, que también supera el suelo, no. De ocho claves de orden probadas, área × convexidad es la primera que gana sin perder nada; las que usan esfericidad suben más primeros puestos pero sacan a una lesión del top 5.	— (mismos modelos y mismas regiones; solo cambia el orden)	**Entre los 5: 61 → 63**; entre los 10, 68 → 69; lista 81 → 82; primer puesto 28 → 30; estudios 54 → 56 de 82. **Ninguna lesión baja de tramo**: suben 15 (034 y 163 entran en el top 5, 163 al primer puesto; 018, 118 y 084 pasan al primer puesto) y 7 bajan un puesto dentro de su tramo (023 y 086 del 1.º al 2.º). De menos de 5 mm: 8 → 10 de 41; miliares 5 → 7 de 30; blister 7 → 9 de 39. Controles 90 de 90 con 5 (hueso 94 de 450, igual). 121 de 122 puestos iguales a los que el banco predijo.
15	**Fusión por cajas y segunda escala de curvatura** (26 – 27 oct) adoptada	Dos regiones candidatas a menos de 10 mm se fundían siempre en una, y la de un saco de 4 mm desaparecía dentro de la del vaso vecino: ahora se funden solo si distan menos que el tamaño medio de sus cajas (mínimo 3 mm). Y además de las regiones «curvadas como una esfera de 6 mm o menos», el detector forma las «curvadas como una de 4 mm o menos» y las pone detrás en la misma lista,	— (mismos modelos del 24)	**Entre los 5: 63 → 63**; entre los 10, 69 → 69; lista 82 → 88; primer puesto 30 → 31; estudios 56 → 56. Entran en la lista 7 lesiones de 3 – 8 mm (017_2, de 3,5 mm, al 10.º); 012_2 y 107 suben al primer puesto; bajan 10: ocho un puesto dentro de su tramo (163, de 2,5 mm, del 1.º al 2.º) y dos en el borde (111 del 10.º al 11.º; 082_2 del 40.º fuera,

#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
		con las mismas reglas y el mismo orden. Las dos se habían medido el 26 sin pérdidas; juntas con el orden nuevo son la variante del banco que más alarga la lista sin tocar los 63.		mientras entran otras dos lesiones de ese estudio). Ninguna sale de los 5. Controles 90 de 90 con 5 (hueso 94 → 92 de 450). 121 de 122 puestos como predijo el banco. Detección 65 → 97 s por estudio.
16	**La envolvente de la cabeza** (27 – 28 oct) adoptada	«Lo que no está dentro de la cabeza no es vaso.» La cabeza es todo lo que no es aire; se le quita lo fino (una apertura de 4 mm separa el soporte, una lámina, de la cabeza, un bloque), se toma la pieza mayor y su envolvente convexa corte a corte (los senos y las órbitas son aire abierto al exterior que un relleno de agujeros no cierra). Se calcula sobre el volumen a 3 mm en décimas de segundo y la máscara vascular se restringe a ella, *después* de calcular sus umbrales de tubularidad como siempre (restringir antes vacía la máscara: los umbrales son percentiles y el soporte los sostenía; medido en 004). Sin pesos ni constantes nuevas; solo en TC.	**Modelo: 111 → 34 cm^3 de mediana; 80 de 172 entre 20 y 40 cm^3 (eran 16); 128 → 15 por encima de 60 cm^3; pieza mayor > 60 cm^3 en 51 → 8; «parece un árbol» 126 → 169; vértices 387 000 → 167 000.** Ninguna lesión pierde más del 5 % de su superficie; 5 fuera del modelo (igual). Las 4 máscaras que se vacían son controles con poco contraste cuyo «árbol» era soporte y tabiques de la base del cráneo; las 15 que siguen por encima de 60 cm^3 son cráneo dentro de la cabeza. Segmentación 5,7 → 3,5 min.	**Entre los 5: 63 → 67**; entre los 10, 69 → 73; lista 88 → 94; estudios 56 → 56; **primer puesto 31 → 21**. Entran 9 (024, de 20 mm con trombo, de «sin región» al 4.º; 017_2, 035_4 y 115_2 de 3 mm; 082_1, 082_2, 087, 099_3, 033_2) y salen 5 (019 y 086_1, fusiformes trombosados de 21 y 30 mm; 034 y 090_2 de 3 mm; 116_2). De menos de 5 mm: 10 → 12; de 5 – 10 mm: 12 → 15; de 10 mm o más: 41 → 40. Controles 90 de 90 con 5; hueso en controles 92 → 115 de 450 (el cráneo que sigue dentro del modelo). Detección 94 → 60 s.
17	**Tope de la copia de curvatura sobre los modelos limpios** (28 oct) no adoptada	El detector calcula la curvatura sobre una copia del modelo diezmada a 80 000 vértices. Con el soporte fuera, los modelos tienen la mitad de vértices y el diezmado es la mitad de fuerte: las regiones de curvatura se afinan, las cúpulas de 14 – 30 mm se parten en 2 – 3 candidatos y 12 lesiones pierden el primer puesto frente a una curva de vaso a 30 – 90 mm. Se probó devolver el diezmado de antes bajando el tope a 40 000 y a 60 000, sobre los 28 estudios que se mueven.	— (mismos modelos del 28)	En esos 28 estudios: **entre los 5, 27 con 80 000; 25 con 60 000; 24 con 40 000** (23 con el modelo del 24). Primer puesto 3 / 9 / 13 (13). Con 40 000 vuelven al primer puesto los sacos grandes (018, 037, 086, 099_2, 102, 121, 161…) y la detección baja a 37 s, pero 017_2 (3,5 mm), 024 (20 mm, trombo) y 035_4 (3 mm) pierden su región y 051 cae del 5.º al 13.º. Con 60 000 se pierde por los dos lados y los puestos saltan sin orden entre topes (087: 3.º, 19.º, 2.º). Es el reparto de la medida 8, al revés: no hay un tope que conserve las dos cosas.

#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
18	**El consenso y la fusión de regiones sobre los modelos limpios** (29 oct) no adoptadas	Banco volcado sobre los 172 modelos limpios. Se midió la hipótesis de los primeros puestos perdidos: un acuerdo entre canales proporcional al radio del sitio (máximo de 8 mm y 0,75 – 1,5 veces el radio), la fusión de dos regiones de curvatura cuando tienen el mismo radio de esfera (trozos de una misma cúpula), sumar las claves de las regiones fundidas, subir el tope del canal de 40 a 60 y relajar la compacidad a 0,15 sin condición.	— (modelos del 28)	Acuerdo y fusión por esfera: **no mueven ni un puesto** en los 172. Sumar claves: un primer puesto más, tres lesiones fuera de la lista. Tope 60: una lesión sale de la lista (más sitios de curvatura empujan la cola de los 40). Compacidad 0,15 a secas: en 59 estudios 1.º 11 → 14, pero 018 del 3.º al 9.º y 016 del 1.º al 2.º (entran regiones de vaso de 100 – 230 mm², poco convexas, que con el orden por área adelantan a lesiones). Ninguna entra.
19	**Dos puertas condicionadas del canal de curvatura** (29 oct) adoptada	Vistas región a región, las cúpulas de 14 – 25 mm salen con compacidad 0,10 – 0,19 (038: 124 puntos, 64 mm², pgf 0,81, H × r 1,00, compacidad 0,18) y la puerta fija de 0,2 las tira; en el 037, trombosado, la región es la luz interior del saco, cóncava (H × r −1,34). Regla: a una región muy convexa (pgf ≥ 0,75) con curvatura de esfera (H × r ≤ 1,5) le basta compacidad 0,10; y la curvatura media se mira en valor absoluto cuando pgf ≥ 0,75. Las condiciones salen de lo que entraba sin ellas: tramos de vaso grueso con H × r 2,0 – 2,2 (085) y sillas cóncavas de bifurcación con pgf 0,58 – 0,72 (109). Solo en TC; tres tests.	— (modelos del 28)	Banco (172, contra su referencia 62 / 69 / 17 / 91): 63 / 70 / 25 / 93, ninguna banda baja. **Pasada real: entre los 5, 67 → 68; entre los 10, 73 → 74; primer puesto 21 → 24; lista 94 → 96; estudios 56 → 57**; 5 fuera del modelo (igual); controles 90 de 90 con 5; hueso en controles 115 → 117 de 450. Suben 008_2 (9 mm, de fuera de la lista al 1.º), 037 (3.º → 1.º), 038 (2.º → 1.º), 091 (3.º → 1.º), 086_1 (30 mm con trombo, 9.º → 2.º). Bajan dos y ninguna por las puertas: 025 (1.º → 2.º: los tres primeros candidatos están sobre el saco de 25 mm) y 115_1 (3.º → 10.º: su puesto de calibre pasa del 2.º al 6.º, canal que no se ha tocado; es el diezmado de la copia geométrica, que en este modo se vuelve a calcular). Sin coste de tiempo.
20	**Fusión del consenso con el sitio más cercano** (29 oct) no adoptada	El consenso funde cada pico de calibre o cociente con el *primer* sitio de curvatura a menos de 8 mm en el orden de la lista. Se midió fundirlo con el más cercano.	— (modelos del 28)	Banco (172): entre los 5 igual (63), entre los 10 una más, pero 011_1 (3 mm) del 11.º al 29.º y 014 del 1.º al 3.º a cambio de 110 del 2.º al 1.º. Reparte: no entra.
21	**Canal de «saco pequeño» con**	El canal de curvatura ordena por área × convexidad y la cúpula de	— (modelos del 28)	Banco (172, contra la referencia con las dos


#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
	cuota del 5.º puesto (29 – 30 oct) adoptada	un saco de 3 – 5 mm tiene 10 – 30 mm² frente a los 100 – 200 de una curva de vaso: la región existe y pasa las puertas, pero queda en los puestos 11 – 40 o detrás del tope de 40. Nuevo canal: entre las regiones que ya pasan las puertas, las de radio ≤ 3,5 mm con curvatura de esfera (H × r entre 0,7 y 1,3), esfericidad ≥ 0,6, compacidad ≥ 0,3 y pgf ≥ 0,7, ordenadas por esfericidad × pgf (forma, no tamaño), las 10 primeras. **No vota**: no entra en el orden ni cuenta como familia; solo si entre los 5 no hay ninguna, la mejor pasa al 5.º puesto. Solo en TC; cinco tests.		puertas 63 / 70 / 25 / 93): con puestos y familia propios 68 / 77 / 22 / 94 (105, 107, 108 y 126 pierden el primer puesto: un saco de 3 mm del vaso suma una familia y adelanta a la lesión); cuota del 5.º votando 65 / 74 / 23 (126 pierde el 1.º); **cuota del 5.º sin votar 65 / 74 / 25 / 93, ninguna banda baja**; cuota del 4.º y esfericidad 0,7, un puesto perdido cada una. **Pasada real: entre los 5, 68 → 71; entre los 10, 74 → 80; primer puesto 24; lista 96; estudios 57 → 59**; 5 fuera del modelo; controles 90 de 90 con 5; hueso en controles 117 → 111 de 450. Suben ocho por la cuota: 011_1 (3 mm, 11.º → 4.º), 022 (10 mm, 17.º → 5.º), 034 (3 mm, 10.º → 5.º), 083 (12 mm, 34.º → 4.º), 106_1/2 (5 mm, 22.º → 5.º), 113 (5 mm, 17.º → 5.º) y 115_1 (10 mm, la que el 29 bajó por el calibre, 10.º → 4.º). Ceden el 5.º al 6.º 017_1, 051, 118, 121 y 185, y 004 pasa del 4.º al 5.º; ninguna sale de los 10. Por grupo clínico: grandes 19 → 18 y con trombo 17 → 16 (121, de 23 mm), tipo «otro» 14 → 11 (017_1, 051, 121). Sin coste de tiempo.

#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
22	**Regla de la corteza** (30 oct – 1 nov; repetida el 5 nov) no adoptada	En algunos pacientes el cráneo no llega a 700 HU (084: 650 como máximo) y la máscara de hueso no lo ve, así que la bóveda entra en el modelo. Regla geométrica: en los 12 mm exteriores de la cabeza, lo que pasa de 300 HU es hueso. Solo en TC.	**Parecen un árbol 169 → 172; modelo 34,3 → 29,0 cm^3; pieza mayor 21,6 → 19,1 cm^3; por encima de 60 cm^3 15 → 10; vértices 166 840 → 138 932.** Ninguna lesión pierde superficie; 5 fuera del modelo (igual).	Con el detector del 30: **entre los 5, 71 → 61**; entre los 10, 80 → 69; primer puesto 24 → 18; lista 96 → 94; estudios 59 → 53; menores de 5 mm 13 → 7; hueso en controles 111 → 86. Con el detector del 5 de noviembre: **entre los 5, 71 → 61**; entre los 10, 80 → 69; primer puesto 36 → 29; hueso en controles 110 → 88. Pierde en las tres bandas de tamaño (13 → 7, 17 → 15, 41 → 39). Revertida el 1 de noviembre. En los 9 estudios de cráneo flojo los puestos no cambian y el modelo adelgaza (123: 159 → 91 cm^3), pero el hueso entre los 5 sube de 5 a 8.
23	**Copia de curvatura a escala fija, sola** (4 nov) no adoptada	El detector mide la curvatura sobre una copia reducida a 80 000 puntos, así que su detalle depende del tamaño del modelo: de 0,50 a 0,99 mm según el estudio. Se probó fijarlo en 0,71 mm, la mediana, en todos.	— (modelos del 28)	Entre los 5, 71 → 68; entre los 10, 80 → 74; **primer puesto 24 → 32** (los de 10 mm o más, 16 → 24); lista 96 → 93; estudios 59 → 59. Menores de 5 mm entre los 10, 17 → 12. Como las medidas 8 y 17: una sola resolución no sirve a todos los tamaños.


#	MEDIDA	QUÉ HACE	SEGMENTACIÓN (ANTES → DESPUÉS)	DETECCIÓN (ANTES → DESPUÉS)
24	**Dos escalas de curvatura** (4 – 5 nov) adoptada	Si la escala gruesa encuentra los sacos grandes y la de siempre conserva los pequeños, se usan las dos: la lista de siempre, con los dos primeros sitios de la gruesa que miden 12 mm o más colocados delante. Si esos sitios ya estaban en la lista, sube el de la lista. Calibre y cociente se calculan una sola vez. Solo en TC; nueve tests.	— (modelos del 28)	Simulación de doce reglas sobre las dos pasadas: con 10 mm, 72 / 81 / 38, pero 17 sitios nuevos en los 5 primeros de los controles; con 12 mm, 71 / 80 / 36 y 7; con 15 mm, 71 / 80 / 31. **Pasada real, lo mismo que la simulación: entre los 5, 71; entre los 10, 80; primer puesto 24 → 36; lista 96; estudios 59**; 5 fuera del modelo; controles 90 de 90 con 5; hueso en controles 111 → 110. De 10 mm o más en primer puesto, 16 → 29. Suben al 1.º catorce (trece ya estaban en el 2.º o el 4.º y son sacos grandes; 088_2 cuenta solo porque el saco vecino la cubre). Bajan sin salir de su tramo: 008_2 y 107 (1.º → 2.º), 024, 030_2 y 161 (4.º → 5.º).
25	**Regiones de curvatura en una sola pasada** (5 nov) adoptada	Para analizar cada región de curvatura, el detector repetía el cálculo de todas: unas 2 300 veces por estudio, 35 de cada 38 s de esa fase. Ahora se calculan una vez y se reparten. No cambia ninguna regla; si la zona tiene algo que no sean triángulos (011), se usa el cálculo antiguo.	—	Salida idéntica, comprobada punto a punto en 6 copias y candidato a candidato en 120 estudios. **Curvatura 45 → 4 s; detección completa 73 → 42 s de mediana** (percentil 90, 113 → 75 s; máximo 172 → 207 s, el estudio 072, una malla muy grande), ya con las dos escalas. En Case 3, 24 → 9,5 s.
26	**La corteza con el mismo detalle en mm** (5 nov) descartada	Para saber si la pérdida de la corteza venía del tope de 80 000 puntos, se dio a cada modelo con corteza el detalle exacto que tenía en la referencia.	Modelos de la corteza	Entre los 5, 61 (referencia 71); entre los 10, 72; primer puesto 33; lista 91; menores de 5 mm entre los 5, 5 (referencia 13). La hipótesis no se confirma. Se dedujo entonces que la pérdida venía de lo que la regla quita del modelo; la medida del 6 de noviembre lo rebaja: no quita superficie de ninguna lesión y parte de la caída es oscilación del detector.

Herramientas que quedan: evaluación de los 172 fuera del servidor por el mismo camino que la API (reanudable, con lista larga y traza por región), banco del detector, **banco de puertas** (volcado único de todas las regiones de los 172 modelos y evaluación de cualquier ajuste en un minuto, comprobado contra la pasada real), análisis por lesión a partir de los registros, diagnóstico de la máscara fase a fase, comparación lesión a lesión entre dos pasadas, y la suite del backend: 2 300 tests. Nuevas desde el 30: medida de la densidad real de cada modelo, simulación de reglas sobre dos pasadas ya hechas sin volver a detectar, perfil de tiempos por fase del detector y comparación punto a punto de dos versiones del detector; tabla por lesión en `docs/zenodo-dos-escalas-lesiones-2026-11-05.csv`. El canal de saco pequeño está publicado en `master` desde el 30 de octubre; las dos escalas, la corrección del cálculo repetido y los informes del 5 de noviembre, en local a la espera de publicarlos.


4. Resultados contrastados sobre los 172 estudios




Detección. Las mismas 122 lesiones, el mismo criterio y la misma herramienta de medida en las doce pasadas completas; solo cambia el software. Las del 20, 25, 26, 27, 29, 30 y 5 de noviembre reutilizan los modelos de la pasada anterior (solo detección); las del 22, del 24 y del 28 vuelven a segmentar desde el DICOM. La del 28 subió entre los 5, entre los 10 y en lista y bajó en primer puesto (31 → 21, el precio del modelo limpio, medida 17); la del 29 subió en las cinco medidas; la del 30 sube entre los 5 (71), entre los 10 (80) y en estudios (59) y mantiene el primer puesto (24) y la lista (96); la del 5 de noviembre solo cambia el primer puesto (36).




Segmentación. Izquierda: lesiones que no llegan al modelo, de 31 a 5; la envolvente no mueve ninguna. Centro: cuántos estudios se segmentan reducidos y por cuánto (×5 y ×6 eran 84 estudios; desde el 22 el peor es ×3 y 54 van a resolución nativa; igual el 28). Derecha: minutos de segmentación por estudio (mediana): 5,7 → 3,5 el 28, porque la máscara vascular es un tercio y hay la mitad de superficie que construir.



La medida del 28, modelo a modelo. Izquierda: cuánto mide la máscara vascular de cada estudio; con el soporte dentro, 128 de 172 pasaban de 60 cm³ (94 de 100); con la envolvente, 80 quedan entre 20 y 40 cm³, que es lo que mide un árbol cerebral con contraste, y 15 siguen por encima de 60. Centro: cada estudio antes y después (escala logarítmica); ninguno sube; los que caen por debajo de 10 son cuatro controles con poco contraste cuyo «árbol» era soporte y tabiques de hueso (en 181, 16 de las 18 semillas de la máscara estaban en el soporte). Derecha: «parece un árbol» (pieza mayor de menos de 100 cm³ y menos de 3 mm de grosor) 126 → 169; pieza mayor de más de 60 cm³ 51 → 8; lesiones fuera del modelo 5 → 5.




Tres modelos del dataset tal como los construye Prospective, antes (izquierda) y después (derecha) de la envolvente; la pieza mayor en rojo. En 015 y 041 la pieza mayor era la cuna del soporte (174 y 140 cm^3) y el árbol, gris, se trataba como «piezas pequeñas»; ahora la pieza mayor es el árbol (15 y 8 cm^3). En 004 el soporte iba unido al árbol en una sola pieza de 112 cm^3 y el saco de 28 mm con trombo quedaba fuera de la lista de candidatos; con la envolvente el árbol mide 18 cm^3 y el saco entra en 4.º.




El mismo detector sobre el modelo limpio, lesión a lesión. Izquierda: las 62 lesiones que cambian de puesto, del que tenían el 27 sobre el modelo con soporte (ámbar) al que tienen el 28 (carmesí); verde la que sube, naranja la que baja. Arriba, las que entran desde fuera: 115_2 (3 mm) al 2.º, 082_2 (5 mm) y 099_3 (7 mm) al 3.º, 024 (20 mm, trombo) y 035_4 (3 mm) al 4.º. En el bloque central, las 12 que bajan del primer puesto al 2.º – 5.º sin salir del top 5 (102, 105, 116, 018, 037, 161, 017, 051, 118, 121): su cúpula aparece partida en dos o tres candidatos. Abajo, las 5 que salen de los 5 (019 y 086, fusiformes trombosados; 034 y 090_2, de 3 mm; 116_2). Derecha:


entre los 5 por grupo: suben las de menos de 5 mm (10 → 12), las de 5 – 10 (12 → 15) y las sin trombo (46 → 51); bajan una las de 25 mm o más y las trombosadas.




El banco del 29 sobre los modelos limpios, 172 estudios, cada regla contra la referencia del propio banco (gris; línea de puntos en su valor). Las reglas que no mueven nada (acuerdo proporcional, fusión por esfera) no se dibujan. La compacidad condicionada (azul) sube el primer puesto de 17 a 22 sin tocar lo demás; el valor absoluto de la curvatura media sube entre los 5 y en lista; las dos juntas (índigo, adoptadas) suman 25 primeros puestos y 93 en lista sin que baje ninguna banda. Las variantes en naranja ganan uno o dos primeros puestos más a cambio de sacar de la lista una lesión de 3 mm: no entran.




La medida del 29, lesión a lesión, sobre los mismos modelos del 28. Izquierda: las 18 lesiones que cambian de puesto, del que tenían el 28 (carmesí) al que tienen el 29 (índigo); verde la que sube, naranja la que baja. Arriba las que entran desde fuera de la lista (008_2, de 9 mm, directamente al primer puesto; 082_3 al 17.º) y los cuatro sacos de 14 – 30 mm que recuperan el primer puesto o el segundo (086_1, 037, 091, 038). El resto se mueve un puesto en la cola de la lista. Abajo, las dos que bajan: 025, porque los tres primeros candidatos están sobre su saco de 25 mm y el emparejamiento escoge el segundo, y 115_1, por su puesto de calibre, que las puertas no tocan. Derecha: entre los 5 por grupo; sube una las trombosadas y las de 25 mm o más, nada baja.




El canal de saco pequeño en el banco, 172 estudios, contra la referencia con las dos puertas (gris; línea de puntos). Con puestos propios y familia (naranja) el canal gana más entre los 5 y entre los 10, pero el primer puesto baja de 25 a 22: un saco de 3 mm del vaso suma una familia y adelanta a la lesión. La cuota del 5.º votando (naranja) pierde un primer puesto. La cuota del 5.º sin voto (oliva, adoptada) gana entre los 5 y entre los 10 sin tocar el primer puesto. Las variantes en azul claro (fusión por el sitio más cercano, puestos desde el 2.º, cuota del 4.º, esfericidad 0,7) ganan menos o pierden un puesto en alguna lesión.




La medida del 30, lesión a lesión, sobre los mismos modelos del 28 y el detector del 29. Izquierda: las 21 lesiones que cambian de puesto, del que tenían el 29 (índigo) al que tienen el 30 (oliva); verde la que sube, naranja la que baja. Arriba las ocho que la cuota lleva al 4.º o al 5.º desde los puestos 10 – 34 (083, de 12 mm, desde el 34.º; 106, dos anotaciones del mismo saco, desde el 22.º). Abajo, las que ceden un puesto: 004 del 4.º al 5.º, y 017_1, 051, 118, 121 y 185 del 5.º al 6.º; el resto se mueve un puesto en la cola. Derecha: entre los 5 por grupo; suben las de menos de 5 mm (12 → 13) y las de 5 – 10 (15 → 17); las trombosadas bajan una (121, de 23 mm, al 6.º).




La medida del 5 de noviembre, en cuatro cifras. La copia de siempre (oliva) tiene las lesiones pequeñas; la de escala fija (naranja) gana primeros puestos y pierde 3 entre los 5 y 6 entre los 10; las dos juntas (siena) conservan lo primero y mejoran lo segundo. Derecha: la detección con las dos escalas costaba 166 s (en los 120 estudios que llegó a hacer esa pasada) y, corregido el cálculo repetido, 42 s, menos que con una sola.




Las dos escalas, lesión a lesión, sobre los mismos modelos del 28. Izquierda: las 22 lesiones que cambian de puesto, del que tenían el 30 (oliva) al que tienen el 5 de noviembre (siena); verde la que sube, naranja la que baja; la línea de puntos es el límite de los 5. Abajo, las catorce que pasan al primer puesto, casi todas sacos de 18 – 50 mm que estaban en el 2.º; 088_2, de 4,1 mm, lo hace solo porque el candidato del saco vecino la cubre. Arriba, las que bajan: 008_2 y 107 del 1.º al 2.º, y 024, 030_2 y 161 del 4.º al 5.º, en el límite; 085 baja un puesto en la cola. Derecha: en primer puesto por tamaño.



La regla de la corteza, con el detector del 5 de noviembre, frente a los modelos adoptados. Pierde 10 lesiones entre los 5, en las tres bandas de tamaño y sobre todo en las menores de 5 mm, y quita hueso de los candidatos. Con el detector del 30 la pérdida era la misma (61 entre los 5): las dos escalas no la arreglan.



Por tamaño y tipo, entre los 5. Con el canal del 30 los miliares suben de 8 a 10 de 30 (011_1 y 034, de 3 mm) y los medianos de 29 a 31 de 56; los saculares de 24 a 28 de 36 y los fusiformes de 18 a 20 de 26. Bajan los grandes de 19 a 18 de 20 (121, al 6.º) y las bifurcaciones sin tipo de 14 a 11 de 21 (017_1, 051 y 121, al 6.º); gigantes 12 de 16 y blister 12 de 39, igual. Las dos escalas del 5 de noviembre no mueven estas cifras: cambian el primer puesto, no quién está entre los 5. Miliares y blister siguen siendo el límite: el canal de saco pequeño ve los que forman región propia (dos miliares más), no los de 2 – 3 mm sin región.



Los candidatos han dejado de apuntar al cráneo (24 % en controles, de 66 %), pero no a cero: la aplicación sigue devolviendo 5 candidatos en todos los estudios, incluidos los 90 sanos. Con el modelo limpio el hueso en controles sube de 92 a 115 de 450 (del 20 al 26 %): el soporte, que no era hueso ni vaso, ya no absorbe candidatos, y lo que queda dentro de la cabeza que no es árbol es cráneo (en 084, 123 y 180 la pieza mayor sigue siendo la bóveda, de 130 – 150 cm^3); las puertas del 29 lo dejan en 117 de 450, el canal del 30 en 111 y las dos escalas en 110: el saco pequeño que sube al 5.º desplaza a un sitio de hueso que estaba ahí. Ese cráneo es el siguiente frente de segmentación. Quitar todo lo que apunta a hueso se midió el 26 y no sube ninguna lesión: el hueso entre los 5 es un problema de presentación, no de puesto. El criterio para decir «ninguno» se buscó el 19 de octubre y no existe con las señales actuales.

5. Lo que enseña cada medida, lesión a lesión

> **Lo del 5 de noviembre, en una frase: un saco de 25 mm y uno de 3 mm no se ven bien con el mismo detalle, así que se mira con dos.** Con detalle grueso, la cúpula de un saco grande sale entera y va primera; con detalle fino sale partida y queda 2.ª detrás de un trozo de vaso, pero es el único modo de ver un saco pequeño. Hasta ahora se elegía uno y se perdía lo otro (medidas 8, 17 y 23). Las dos listas juntas dan los doce primeros puestos sin perder ninguna lesión entre los 5. La regla de la corteza enseña el límite de lo hecho: esta medida no separa la limpieza del modelo de lo que el detector ve, porque la copia de siempre sigue fijada en 80 000 puntos. Y la mejora de tiempo es la lección más barata: un cálculo repetido 2 300 veces llevaba semanas pagándose en cada pasada, y solo se vio al medir por qué una medida salía cara.

Lo del 30, en una frase: un saco de 3 mm no va a ganar nunca a una curva de vaso en área, así que no se le pide que compita; se le reserva un sitio. El canal de curvatura ordena por área × convexidad porque es lo que separa la cúpula de un saco mediano de una curva de vaso; para un saco de 3 – 5 mm ese orden es una condena (10 – 30 mm^2 contra 100 – 200). El canal nuevo mira la forma (curvatura de esfera, esfericidad, convexidad) y propone el mejor; el consenso le reserva el 5.º puesto. Se midió darle voto y puestos propios, y era peor donde más duele: cuatro lesiones perdían el primer puesto porque un saco pequeño del vaso sumaba una familia. La cuota sin voto gana lo mismo entre los 5 y no toca los cuatro primeros. El precio es honesto y pequeño: tres lesiones que estaban 5.ª pasan a 6.ª. Y la pantalla tiene que decirlo: el 5.º candidato puede ser «el mejor saco pequeño», no un candidato con los votos de los otros cuatro.

Lo del 29, en una frase: una puerta fija que vale para un saco de 5 mm no vale para la cúpula de uno de 20, y la condición para relajarla tiene que ser la forma, no el tamaño. La compacidad (área de la región partido por la de la esfera que llena su caja) castiga a las cúpulas grandes, que salen partidas o alargadas; el signo de la curvatura media castiga a la luz interior de los sacos trombosados, que es una cúpula vista desde dentro. Relajar cualquiera de las dos sin condición deja entrar tramos de vaso: la compacidad a 0,15 metía regiones de 100 – 230 mm^2 poco convexas, y aun con pgf ≥ 0,8 entraban tramos gruesos con H × r de 2, que no son esferas. Las dos condiciones (muy convexa, y con la curvatura de una esfera) separan lo que se quería de lo que no, y se comprobó en el banco sobre los 172 y con una pasada real. Lo que no funcionó también enseña: la hipótesis de que el consenso no casaba los canales de las cúpulas grandes era razonable y era falsa, y se supo en una hora en vez de en un día gracias al banco.

Lo del 27 y el 28, en una frase: la receta de la máscara estaba calibrada en parte por la contaminación, y quitarla cuesta primeros puestos. Los umbrales de la máscara vascular (qué es semilla, hasta dónde crece) son percentiles de la tubularidad dentro del volumen candidato; el soporte, con tubularidad baja, era hasta el 76 % de ese volumen (004) y mantenía los percentiles bajos. Por eso las dos formas naturales de aplicar la envolvente vaciaban la máscara, y solo restringir *después* de los percentiles conserva la receta de siempre menos lo que no está dentro de la cabeza. El modelo resultante es el árbol en 169 de 172 estudios y ninguna lesión pierde superficie; el detector, que no se ha tocado, gana 4 entre los 5 y 6 en la lista, y pierde 10 primeros puestos porque su copia de curvatura, diezmada a un número fijo de vértices, ve ahora el doble de detalle. Bajar ese tope devuelve los primeros puestos y pierde las lesiones pequeñas y trombosadas recién ganadas: es la misma balanza de la medida 8, y se deja donde está. Queda apuntado para después que los percentiles como umbral de la máscara son la misma enfermedad que el percentil de curvatura que se cambió el 25.

Lo del 26, en una frase: las lesiones que faltan no están más abajo en la lista; no tienen candidato. De las 61 que no estaban entre los 5 el día 25, 41 no tienen ningún candidato en la lista larga de 40 y 20 están en ella. El orden solo puede actuar sobre las 20, y lo ha hecho con lo único que las distingue de los vasos que iban delante (la convexidad): dos entran, cinco suben al primer puesto, ninguna baja. Para las 41 restantes no hay regla de lista que valga: su región no se forma (4 – 5 puntos: 8), se forma pegada al vaso y no es compacta (9) o no es convexa en media (9); lo midieron las cinco ideas descartadas hoy, y todas repartían o no movían nada.

> **Lo del 25: las puertas no eran el problema; el umbral que forma las regiones sí.** Desde el 18 de octubre, los motivos de fallo de las 44 lesiones que el detector no colocaba se contaban por puertas (compacidad 11, curvatura media 8, fusión 7, puntos 6, tope 6). El banco enseña que abrir cualquiera de esas puertas no cambia nada, porque lo que llegaba a ellas desde los sacos grandes era un parche de 7 mm^2, no el saco: el percentil de curvatura, que funciona en una angiografía rotacional de 100 cm^3 sin hueso, en una cabeza entera señala los vasos finos y se come los sacos. Con un umbral absoluto (esfera de 6 mm), la región es el saco, y las puertas de siempre lo dejan pasar.

- **Lo que recupera.** Entran entre los 5: 004 (28 mm, trombo, la lesión que motivó los tres experimentos descartados: 5.º), 020 (25 mm, trombo, nunca en la lista: 3.º), 086 (30 mm, trombo: del 7.º al 1.º), 027 (12 mm: del 10.º al 1.º), 028 (3,6 mm: 1.º), 090_2 (3 mm: 1.º), 012_2 (6 mm: 2.º), 126_2 y 126_3 (2 mm: 2.º), 107 (4 mm: del 10.º al 2.º), 030_2 (12 mm: 4.º), 118 (4,5 mm: 4.º) y 050_2 (6 mm: 3.º). Otras catorce que ya estaban entre los 5 suben al primer puesto, porque los tres canales del detector (curvatura, calibre, cociente) coinciden ahora en el mismo sitio. Con trombo: 14 → 17 de 22; de 25 mm o más: 11 → 13 de 16; de menos de 5 mm: 4 → 8 de 40.
- **Lo que cuesta.** Dieciséis lesiones bajan, casi todas de 3 – 7 mm: 099_3 (7 mm, del 2.º a fuera), 017_2 (3,5 mm, del 3.º a fuera), 163 (2,5 mm, del 1.º al 7.º), 126_1 (6,6 mm, del 3.º al 14.º), 106_1 y 106_2 (5 mm, del 6.º al 28.º), y diez que estaban entre el 9.º y el 38.º y salen de la lista. El motivo es el reverso de la ganancia: con regiones más grandes, la de una lesión pequeña se funde con la del vaso vecino a menos de 10 mm (en 082_3, 090_3, 093_5 y 106_1 la región está a 0,2 – 0,7 mm de la lesión y se fusiona), deja de ser compacta, o compite con más regiones válidas por los 40 puestos. El tramo de 5 – 10 mm es el único que no sube (12 → 12 entre los 5; 16 → 13 entre los 10).
- **Lo que se probó el 25 para recuperarlas, y por qué no entró.** Diez combinaciones sobre el suelo nuevo: fusión a 5 o 7 mm, tope 60, curvatura media 0,6, compacidad 0,15, 4 puntos, anillo por radio, el umbral antiguo como segundo canal, orden por puntuación. Ninguna domina. El suelo solo es un parámetro con significado físico, no una combinación ajustada a la muestra, y por eso entró solo.
- **Lo que se probó el 26, y qué dijo cada cosa.** *Fusión según el tamaño de la región* (cinco formas): solo 4 de las 16 pequeñas caían por la fusión; la fusión por cajas las recupera al final de la lista sin bajar nada, pero deja 61. *El doble de resolución con el suelo nuevo*: sola pierde (57: los trombosados grandes 004, 019 y 086 pierden su región o su puesto); unida a la actual gana 2 entre los 5 y 6 primeros puestos pero saca a 019 (21 mm, trombo) del top 5 y dobla la detección. *Un tope según el tamaño de la pieza*: los estudios que ganan y pierden con más resolución están mezclados en tamaño; ningún umbral pasa de 61 y el mejor reparto posible daría 64. *Un techo de densidad*: quitar todo lo que apunta a hueso (máximo ≥ 700 HU) deja los 5 primeros sin hueso y no sube ninguna lesión, porque los huecos los ocupan vasos; y se lleva a 020 (25 mm, trombo, pared calcificada), 033_2 y 163. *Una segunda escala de curvatura* (4,7 y 4,1 mm): unida a la de 6 mm es la primera variante que no baja nada (lista 81 → 89), pero los núcleos finos entran del puesto 13 en adelante. *El orden*: entra. *La fusión por cajas y la segunda escala*, que no bajaban nada, entraron juntas el 27 con una pasada de confirmación de 5,5 h: 63 / 31 en primer puesto / 88 en lista, como predijo el banco; siete lesiones de 3 – 8 mm que no tenían candidato ahora lo tienen (una, 017_2, entre los 10).
- **Por qué se puede fiar uno del banco.** El banco con el software del 24 reproduce los 122 puestos de la pasada real del 24; la pasada real del 25 coincidió con su predicción en 121 de 122 puestos, la del 26 también (121 de 122) y la del 27 también (121 de 122; la que difiere, 113, va 19.ª o 20.ª). Lo que hasta el 24 costaba de 3 a 20 h por idea cuesta un minuto, con la misma herramienta de medida.


Lo que se midió y no se adoptó (acumulado; la fusión por cajas y la segunda escala, medidas el 26, entraron el 27)

- **Regla de la corteza** (31 oct, repetida el 5 nov). Modelo más limpio y menos hueso, pero 71 → 61 entre los 5 con los dos detectores; las menores de 5 mm, 13 → 7. Revertida.
- **Copia de curvatura a 0,71 mm fijos, sola** (4 nov). 68 / 74 / 32 en primer puesto: gana sacos grandes y pierde pequeños.
- **Dos escalas con otras reglas** (4 nov). «El mejor puesto de las dos» no gana ningún primer puesto; subir sitios de 8 mm o más saca lesiones de los 5; de 10 mm o más da dos primeros puestos más y duplica los sitios nuevos en los controles. Entra la de 12 mm.
- **Aplicar la envolvente poniendo aire fuera de la cabeza, o antes de los percentiles de la máscara** (27 oct). Las dos vacían la máscara (004: 146 → 3 cm^3, la lesión fuera del modelo). Se aplica después de los percentiles.
- **Tope de la copia de curvatura a 40 000 y 60 000 sobre los modelos limpios** (28 oct). 40 000 devuelve los primeros puestos pero pierde 3 entre los 5 y 4 en la lista; 60 000 pierde por los dos lados. Se queda en 80 000.
- **Acuerdo del consenso proporcional al radio del sitio, y fusión de regiones por esfera** (29 oct). No mueven ni un puesto en los 172: las cúpulas grandes no perdían el primer puesto por eso.
- **Sumar las claves de las regiones fundidas; tope del canal de curvatura a 60** (29 oct). Un primer puesto más pero tres lesiones fuera de la lista; una lesión fuera de la lista.
- **Compacidad 0,15 sin condición; compacidad condicionada con pgf ≥ 0,70; signo sin condición de convexidad** (29 oct). Reparten: 018 del 3.º al 9.º y 016 del 1.º al 2.º; una lesión de 3 mm fuera de la lista; sillas cóncavas de bifurcación en la lista. Entran solo las versiones condicionadas a pgf ≥ 0,75.
- **Fusión del consenso con el sitio más cercano** (29 oct). Reparte: 110 del 2.º al 1.º, pero 011_1 (3 mm) del 11.º al 29.º y 014 del 1.º al 3.º.
- **Canal de saco pequeño con voto y familia propios; con puestos desde el 2.º, 3.º o 4.º; cuota del 5.º votando; cuota del 4.º; esfericidad ≥ 0,7** (29 – 30 oct). Con voto gana entre los 5 pero quita el primer puesto a 105, 107, 108 y 126; desde el 2.º – 4.º solo gana entre los 10; la cuota del 4.º baja un puesto a cinco lesiones; la esfericidad 0,7 mete 033_1 pero saca 085_1. Entra solo la cuota del 5.º sin voto.
- **Subir el tope de la copia de curvatura** (23 oct). Al doble y al triple: 52 → 44 y 46 entre los 5, detección 2 y 3 veces más lenta.
- **La pieza del calibre sola** (23 oct). 52 → 51; reparto grandes ↔ pequeños.
- **Bajar la puerta de curvatura media** (24 oct). Las lesiones que retiene pasan y mueren en el tope o en la fusión; con el suelo nuevo tampoco cambia nada.
- **Las 19 puertas y órdenes del banco** (25 oct). Entre 46 y 56 entre los 5, frente a 52; nada que no sea reparto.
- **El doble de resolución en la copia de curvatura, con el suelo nuevo** (26 oct). 57 sola; 62 unida a la actual, con un trombosado de 21 mm fuera del top 5 y el doble de tiempo.
- **Tope de resolución según el tamaño de la pieza** (26 oct). Ningún umbral pasa de 61; la resolución que conviene depende de la lesión, no de la pieza.
- **Techo de densidad sobre los candidatos** (26 oct). Sin hueso entre los 5, pero ninguna lesión sube y tres bajan.
- **Un criterio para decir «aquí no hay nada».** Ningún umbral de diámetro, densidad, tejido ni puntuación separa los aciertos de los candidatos de los 90 controles. La pantalla sigue dando 5 candidatos.

6. Horas de cómputo

Todo se ha ejecutado en un portátil (Intel i7-8550U de 4 núcleos, 16 GB de RAM), un solo proceso a la vez porque dos procesos de VTK simultáneos agotan la memoria. La primera pasada completa tardó 48 h de reloj; las del 22 y del 24 vuelven a segmentar desde el DICOM y tardan 19,7 y 20,9 h; las de detección sobre modelos guardados tardan de 2,4 a 8 h. El banco de puertas costó 7,5 h de volcado (de noche) y desde entonces cada ajuste se mide en un minuto; las pasadas de confirmación del 25, 26 y 27, 3,2, 4,0 y 5,5 h; los volcados del 26 (resolución doble, escalas finas), 6,6 h; la pasada completa de la envolvente, 15,6 h de máquina (20 h de reloj con una parada por apagado del portátil), y los dos topes sobre 28 estudios, 0,8 h; el volcado del banco sobre los modelos limpios, 12,7 h; la pasada de las dos puertas, 4,4 h; la del canal de saco pequeño, 4,0 h; la completa de la corteza, 16,4 h; la de escala fija, 6,0 h; las dos escalas antes de la optimización, 6,4 h en 120 estudios (el portátil se apagó y se dejó ahí), y después, 2,7 h en los 172; la corteza con el detector nuevo, 2,2 h. Las 256 h del gráfico son horas de máquina registradas en los ficheros de resultados, no horas de persona.

Coste por estudio con todas las medidas adoptadas: unos 4 min de mediana (3,5 de segmentación y menos de un minuto de detección; el 20 de octubre eran 12, el 27 eran 7,5). Es una estimación: la detección se ha medido el 5 de noviembre, pero no se ha repetido una pasada desde el DICOM. La envolvente abarata las dos partes: la máscara vascular es un tercio y la superficie que se construye y se analiza tiene la mitad de vértices (387 000 → 167 000 de mediana). La medida del 27 había encarecido la detección de 55 a 94 s; la del 28 la deja en 60, y ni las puertas del 29 ni el canal del 30 la tocan: son comparaciones sobre números que ya se calculaban (en modo modelos guardados, 77 s de mediana el 29 y 73 el 30, frente a 94 de la del 27 en ese mismo modo). Las dos escalas y la corrección del cálculo repetido la dejan en 42 s en ese modo, aun calculando la curvatura dos veces.



7. Pasos a seguir

#	QUÉ	POR QUÉ Y QUÉ DECIDE	ESFUERZO
—	**Suelo absoluto de curvatura** en el programa	En el preset de TC del detector desde el 25 (`min_gauss_curvature = 0,028 mm⁻²`, esfera de 6 mm), con su test; publicado en `master` el 26 por la mañana. 3DRA no lo usa.	Hecho
—	**Orden por área × convexidad** en el programa	En el preset de TC del detector desde el 26 por la tarde (`order_by = "area_pgf"`), con su test; 3DRA conserva su orden (regresión verde). Pendiente de commit y push.	Hecho
1	**Barrido del suelo: 5 y 7 mm** hecho	Medidas las tres esferas sobre los 172: 7 mm da 58 entre los 5 (y 32 en primer puesto), 5 mm da 58 (y la lista más larga, 82); las dos dejan caer los grandes trombosados 004 y 019 que la de 6 mm recupera. 6 mm no era solo el primer valor probado: es el mejor de los tres en las medidas de cabeza.	Hecho (4,5 h de máquina)

#	QUÉ	POR QUÉ Y QUÉ DECIDE	ESFUERZO
2	**Fusión por cajas y segunda escala, juntas** hecho el 27	Adoptadas juntas por decisión del 26 por la noche, con sus tests, y confirmadas con una pasada real de 5,5 h: 63 entre los 5, 31 en primer puesto, 88 en la lista; 121 de 122 puestos como el banco. Coste: +30 s de detección por estudio.	Hecho
3	**Limpiar el modelo 3D: el soporte** hecho el 28	Hoja de contacto de los 172 modelos, regla de la envolvente de la cabeza con sus tests, pasada completa de 20 h y contraste modelo a modelo: 169 de 172 modelos parecen un árbol, ninguna lesión pierde superficie, 67 entre los 5 (de 63), primer puesto 31 → 21 (medido y explicado; el tope que lo devolvería pierde lesiones).	Hecho
4	**Dos medidas del consenso y del canal de curvatura que dejó señaladas el banco del 29** hecho el 30	(a) La fusión del consenso con el sitio más cercano se midió y reparte: no entra. (b) El canal de «saco pequeño» con cuota del 5.º puesto, sin voto, entra: 71 entre los 5, 80 entre los 10, 59 pacientes; tres lesiones del 5.º al 6.º. Medidas en el banco en minutos y confirmadas con una pasada de detección de 4 h.	Hecho
4b	**La pantalla con el canal nuevo** hecho el 30	El 5.º candidato puede ser el sitio de la cuota: la lista tiene que decir «saco pequeño» en ese caso y no presentarlo con la confianza de un candidato votado. La etiqueta ya está en la pantalla.	Hecho
4c	**Dos escalas y regiones en una pasada** hecho el 5 nov	En 1.º, 24 → 36; detección 73 → 42 s; nada baja entre los 5. Pasada real de 2,7 h.	Hecho
4d	**¿Explica el tope de 80 000 puntos lo que pierde la corteza?** descartado	No. Medido el 5 de noviembre: con la copia de siempre al mismo detalle en mm que en la referencia, la corteza sigue en 61 entre los 5 y las menores de 5 mm bajan a 5. Eso no prueba que la regla quite lesión: el 6 de noviembre se midió que no lo hace, y que cambiar solo el tope ya mueve la cifra de 62 a 72.	Hecho
4e	**Acotar cuánto oscila la cifra** hecho el 6 nov	Cinco topes sobre los mismos modelos: entre los 5, de 62 a 72. De las salidas frente a la referencia, 22 de 31 son por orden y 9 porque la lesión se queda sin región; las dos cosas dependen de la copia reducida, no del modelo.	Hecho
4f	**Que la lista no dependa del tope** siguiente	Antes de adoptar más medidas de pocas lesiones. Después se podrá juzgar de verdad la corteza, que hoy solo se ha medido con un tope.	Por medir

#	QUÉ	POR QUÉ Y QUÉ DECIDE	ESFUERZO
5	**Limpiar el modelo 3D: el cráneo que queda dentro** a medias	En 15 estudios el modelo sigue por encima de 60 cm^3 y en 084, 123 y 180 la pieza mayor es la bóveda craneal entera (130 – 150 cm^3): hueso que la máscara de hueso de 700 HU no quita (contraste pegado al cráneo, cráneo fino o poco denso). Es también lo que sube el hueso en los controles (92 → 115 de 450). La causa está medida (cráneo de menos de 700 HU) y la regla de la corteza lo quita, pero cuesta 10 lesiones y se revirtió. Medido el 6 de noviembre: no quita superficie de ninguna lesión, y su 61 queda justo por debajo de lo que oscila la referencia, de 62 a 72, medido con un solo tope. Se puede retomar cuando la lista sea estable, o solo en los 9 estudios de cráneo flojo: ahí los puestos no cambian, aunque hay que encontrar un criterio automático para reconocerlos y el hueso entre los 5 sube de 5 a 8.	Depende del 4d
6	**Los percentiles de la máscara vascular** después	Los umbrales de semilla y crecimiento de la máscara son percentiles de la tubularidad dentro del volumen candidato, y el 27 se vio que el soporte los sostenía: la receta estaba calibrada en parte por la contaminación. Con el modelo limpio, un umbral absoluto (como se hizo el 25 con la curvatura del detector) sería más defendible; se mide en el banco de máscara sobre estudios sueltos antes de ninguna pasada.	Días
7	**Cáscaras parciales (093)**	Los dos sacos de 093 no son bolas sino cáscaras: la regla de sacos no los ve por construcción. Pide una regla distinta y hay que medir primero cuántas lesiones del dataset son así: hoy se sabe de 2.	Días + 20 h si exige pasada
8	**Comprobación en la aplicación**	Comprobado el 5 de noviembre en la aplicación, con las dos escalas, en 015, 096 y 002: lesión primera por los tres canales. Falta verlo en un caso cuyo primer puesto cambie (105 o 130).	Horas
9	**Honestidad de la pantalla**	Mostrar el tejido alrededor de cada candidato y el vóxel efectivo del modelo; decir que la lista siempre tiene 5, que no hay veredicto de ausencia y que una lesión trombosada se ve por su luz.	Días
10	**Rendimiento**	Paralelizar las baldosas de la banda nativa y revisar el tope de memoria en un servidor con más RAM: de 4 min por estudio a 2 o menos.	1 semana
11	**Blister y miliares**	Un canal nuevo (calibre a lo largo de la línea central, o detección sobre el volumen). Es investigación; mientras tanto, documentar que no se detectan.	Alto

8. Lo que conviene saber antes de presentarlo

- **El 71 hay que decirlo con su rango: 71 de 122 con la configuración actual; entre 62 y 72 según el tope, y 53 salen siempre.** 79 000 y 80 000 forman una meseta estrecha y a los dos lados baja a 65. Todas las medidas se ajustaron con el tope en 80 000, así que parte del 71 puede venir de ese ajuste; es una hipótesis sin medir. El tope se queda en 80 000, porque pasar al que mejor da repetiría el sesgo. Son cinco topes sobre los mismos 172 estudios: dan un rango, no un intervalo de confianza. Las medidas

adoptadas por pocas lesiones (67 → 68, 68 → 71) quedan dentro de esa oscilación: se adoptaron también por lo que hacían lesión a lesión, pero la cifra sola no las demuestra.

- **Las cifras son de un solo dataset**, de un solo centro. El suelo de curvatura y el orden se eligieron con el banco sobre los 172 y se confirmaron con pasadas reales sobre los mismos 172: no hay todavía un segundo conjunto independiente. Los dos se defienden por su significado, no por la cifra: una esfera de 6 mm (las de 5 y 7 dan menos) y «la región convexa más grande primero», que es la regla del 14 de octubre con la convexidad que ya se medía.
- **Las dos escalas mejoran el orden, no la detección.** Entre los 5, entre los 10, la lista y los pacientes no cambian: las 51 lesiones que no están entre los 5 siguen igual. Suben doce primeros puestos netos, y de ellos uno (088_2, de 4,1 mm) cuenta solo porque el candidato del saco vecino la cubre: sin ella, once. Tres lesiones han quedado en el 5.º puesto, en el límite (024, 030_2 y 161). El umbral de 12 mm se eligió sobre estos mismos 172 estudios. Repartiéndolos 2 000 veces en dos mitades, la ganancia se mantiene en la mitad no usada (+6 primeros de mediana, intervalo +2 a +10) y entre los 5 y entre los 10 no cambian nunca: es estable, pero sigue sin ser una validación externa. A cambio, 7 de los 90 controles enseñan un sitio nuevo, 6 de ellos en primer puesto; con 14 mm no entra ninguno y los primeros son 33.
- **Las dos escalas no separan la limpieza del modelo de la detección.** La corteza sigue perdiendo 10 lesiones con el detector nuevo, y también dando a la copia de siempre el mismo detalle en mm: el tope de vértices no la explica por sí solo. Este informe decía el 5 de noviembre que lo probable era que la regla se llevase parte de lesiones pequeñas; medido el 6, es falso: ninguna lesión pierde superficie (0 de 122). Lo que cambia es la región de curvatura que forma el detector sobre una superficie intacta.
- **El primer puesto sigue sin poderse prometer**, aunque ahora sean 36, y las medidas lo demuestran: con el mismo detector y un modelo más limpio pasó de 31 a 21, con dos puertas volvió a 24, el canal del 30 lo dejó en 24, las dos escalas lo suben a 36, y según el tope de la copia de curvatura una misma lesión va 3.ª, 19.ª o 2.ª. El orden entre candidatos es sensible a unos cientos de vértices del modelo. Lo defendible es «entre los 5» (59 de 82 pacientes) y, desde el 30, «entre los 10» (80 de 122).
- **La medida del 28 es de segmentación y se defiende por el modelo, no por la cifra.** El modelo que ve el médico pasa a ser el árbol vascular en 169 de 172 estudios; la cifra de detección sube en tres medidas y baja en una (primer puesto). Es la primera medida adoptada que baja una cifra de detección, y se adopta porque la cifra que baja es la que no se puede prometer y el modelo es lo que se enseña y se opera.
- **Las dos puertas del 29 son condicionadas por diseño, y el banco es lo que permite medirlas en vez de discutirlas.** Cada versión sin condición se midió y reparte; cada condición sale de una lesión concreta que entraba sin ella. La regla de siempre (no entra nada que baje una cifra en una banda) dejó fuera una variante que ganaba dos primeros puestos más a cambio de una lesión de 3 mm fuera de la lista.
- **El canal de saco pequeño del 30 es el primero que no vota.** Es una cuota: reserva el 5.º puesto al mejor saco pequeño si no hay ninguno entre los 5. Se adoptó así porque con voto quitaba primeros puestos, y se adopta sabiendo su precio: tres lesiones que estaban 5.ª pasan a 6.ª (una de ellas de 23 mm con trombo, y por eso «grandes» y «con trombo» bajan una). A cambio, ocho suben desde los puestos 10 – 34 y el hueso en los controles baja. La regla de siempre se cumple por banda de tamaño y no por grupo clínico: es la primera vez, y queda escrito.
- **Los modelos 3D siguen sin estar del todo limpios.** El soporte ya no entra; quedan el cráneo en 15 estudios (en 3 es la pieza mayor), senos venosos y tabiques finos de hueso en la base. La regla que quita ese cráneo existe y funciona, pero se revirtió porque cuesta 10 lesiones: hoy el modelo que se enseña lleva ese cráneo dentro por decisión medida.
- **Sin veredicto de ausencia.** La aplicación devuelve 5 candidatos siempre, también en un control sano. La especificidad real no se puede dar.
- **Miliares y blister siguen sin detectarse** (10 de 30 y 12 de 39), y son la mitad de las lesiones del dataset. El canal del 30 recupera los que forman región propia (011_1 y 034, de 3 mm, al 4.º y al 5.º); los de 2 – 3

mm sin región siguen fuera del alcance de los canales actuales.

- **Las lesiones trombosadas se ven por su luz.** 22 de 122 lo son; 16 están entre los 5 (17 el 29: 121, de 23 mm, cede el 5.º puesto al saco pequeño de la cuota y queda 6.ª; el 037 sigue en primer puesto por su luz interior, que es una cúpula cóncava) y 2 siguen fuera del modelo (093_1 y 100, de trombo grueso). Es el límite de la angio-TC.
- **El coste por estudio es de unos 4 min** en un portátil (era 12 el día 20 y 7,5 el 27; el modelo limpio abarata la segmentación y la detección, y la corrección del 5 de noviembre la detección). Es una estimación, sin pasada completa desde el DICOM. En mallas muy grandes el proceso llega a 8 – 10 GB de memoria. Se reduce más con hardware y paralelización, no con menos resolución.
- **3DRA no ha cambiado**: el suelo, el orden, la fusión por cajas, la segunda escala, la envolvente, las dos puertas del 29, el canal del 30 y las dos escalas están solo en TC; la corrección del cálculo repetido sí llega a 3DRA, con resultado idéntico; los dos casos de referencia siguen con la lesión en el primer puesto (regresión XA verde tras cada uno, la última el 5 de noviembre).
- **El código.** Publicado en la rama principal hasta el canal de saco pequeño y el rediseño de la aplicación; la regla de la corteza se revirtió; las dos escalas, la corrección del cálculo repetido y los informes del 5 de noviembre se publicaron ese mismo día.

Detalle técnico, método y reproducción: `docs/Informe-Zenodo-2026-10-12.md` (punto de partida), `docs/Informe-Pasos-0-1-2-2026-10-13.md` y `docs/Informe-Paso-3-2026-10-13.md` (medidas 0 – 3), `docs/Informe-Zenodo-Completa-2026-10-18.md` (pasadas completas; §4.1 – 4.7 las medidas 4 – 6 y lo descartado; §4.8 la banda; §4.9 el tope de curvatura; §4.10 la pieza del calibre y la regla de sacos; §4.11 la puerta de curvatura media; §4.12 el banco de puertas, el suelo absoluto de curvatura y la fusión por tamaño; §4.13 la resolución; §4.14 el techo de densidad; §4.15 la segunda escala; §4.16 el orden por convexidad; §4.17 la fusión por cajas y la segunda escala; §4.18 la envolvente de la cabeza y el tope sobre los modelos limpios; tabla de los 172 modelos en `docs/zenodo-envolvente-volumenes-2026-10-28.csv`; §4.19 las dos puertas sobre el modelo limpio; tabla por lesión en `docs/zenodo-puertas-lesiones-2026-10-29.csv`; §4.20 el canal de saco pequeño con cuota; tabla por lesión en `docs/zenodo-saco-lesiones-2026-10-30.csv`; §4.21 las dos escalas y las regiones en una pasada; tabla por lesión en `docs/zenodo-dos-escalas-lesiones-2026-11-05.csv`; §4.22 la regla de la corteza, remedida y no adoptada). Registros en `backend/data/zenodo_eval*` y `backend/data/exp_gates`; dataset en `Archivos DICOM/` (Zenodo 15697196, CC-BY). Elaborado el 5 de noviembre de 2026.