BẢN ẢNH - SYNTHETIC FIXTURE

RX-03: thiết bị đo có sai số tối đa 0,2 độ C.

Kiểm chuẩn thiết bị mỗi 6 tháng.

Không dùng thiết bị khi tem kiểm chuẩn đã hết hạn.

Nhiệt độ bảo quản từ 15 đến 25 độ C.

Owner review pending | CC BY 4.0