# Московский Физико-Технический Институт

(ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Кафедра Общей физики Лабораторная работа №4.1.2

# Моделирование оптических приборов и определение их увеличения

Студент Ришат ИСХАКОВ 513 группа

Преподаватель Александр Александрович Казимиров



**Цель работы:** изучить модели зрительных труб (астрономической трубы Кеплера и земной трубы Галилея) и микроскопа, определить их увеличения.

**В работе используются:** оптическая скамья, набор линз, экран, осветитель со шкалой, зрительная труба, линейка.

## 1. Теоретическая часть

Оптические приборы, которые моделируются в данной работе: астрономическая труба Кеплера, земная труба Галилея и микроскоп.

Опишем каждую в общих чертах.

#### 1.1. Микроскоп

Микроскоп состоит из двух собирающих систем линз — объектива и окуляра, расположенных на расстоянии  $l_{12}$  друг от друга в трубе, называемой тубусом. Предмет помещается на малом расстоянии перед передним фокусом объектива.




Рис. 1: Ход лучей в микроскопе

Объектив  $\Pi_1$  даёт действительное перевёрнутое увеличенное изображение A предмета P, которое рассматривается через окуляр  $\Pi_2$ , действующий как лупа. Мнимое изображение B, даваемое окуляром, располагается на некотором расстоянии d от окуляра. Наводя микроскоп, как и любой другой оптический прибор, на резкость, наблюдатель автоматически устанавливает такое расстояние d, которое удобно для аккомодации глаза.

В микроскопе фокусные расстояния  $f_1$  и  $f_2$ , а также оптический интервал  $\Delta$  — положительны. Фокусное расстояние  $f_M$  всей системы, а с ним и увеличение  $N_M$  — отрицательны, так что изображение, получаемое в микроскопе, — перевёрнутое (обратное).

#### 1.2. Зрительные трубы

Зрительные трубы, основными элементами которых, как и в случае микроскопа, являются объектив и окуляр, предназначены для наблюдения удалённых предметов. Уменьшенное обратное изображение A удалённого предмета, даваемое объективом, находится практически в его фокальной плоскости. Мнимое изображение B, даваемое окуляром, располагается на расстоянии d от окуляра. В теории зрительных труб для определённости считается, что глаз аккомодирован на бесконечность. При этом мнимое изображение B должно располагаться в бесконечности, и, следовательно, промежуточное изображение A должно находиться в фокальной плоскости окуляра, а задний фокус объектива должен быть совмещён с передним фокусом окуляра.

Отношение фокусных расстояний может иметь разный знак. Объективом зрительной трубы всегда является собирающая система, для которой переднее фокусное расстояние  $f_1>0$ . Окуляром трубы Кеплера является собирающая система, переднее фокусное расстояние которой  $f_2>0$ , так что труба Кеплера даёт перевёрнутое изображение предмета. Окуляром трубы Галилея , напротив, является рассеивающая система, переднее фокусное расстояние которой  $f_2<0$ , так что труба Галилея даёт прямое изображение. Поэтому бытовые зрительные трубы, бинокли и т. д. делаются по схеме Галилея.




Рис. 2: Ход лучей в зрительной трубе Кеплера




Рис. 3: Ход лучей в зрительной трубе Галилея




Рис. 4: Ход лучей в телескопе

# 2. Работа и обработка результатов

1. Отцентрируем элементы оптической системы и определим приближенные значения фокусных расстояний линз:

$$f_1 = 7.5 \text{ cm}, \qquad f_2 = 13 \text{ cm}, \qquad f_3 = 31 \text{ cm}, \qquad f_4 = 31 \text{ cm}, \qquad f_5 = -7.5 \text{ cm}$$

2. Определим точные значения фокусных расстояний линз:

$$f_1 = 7.7 \text{ cm}, \qquad f_2 = 10.4 \text{ cm}, \qquad f_3 = 17.3 \text{ cm}, \qquad f_4 = 26.2 \text{ cm}$$

Для рассеивающей линзы по формуле  $f=l-a_0,$  измерив l:

$$l = 22.2 \text{ cm}, \quad a_0 = 30 \text{ cm} \quad \Rightarrow \quad f_5 = -7.8 \text{ cm}$$

3. Изучение телескопа Кеплера.

Определим размер изображения  $h_1$  одного миллиметра шкалы осветителя в делениях окулярной шкалы зрительной трубы без телескопа.  $h_1 = k \tan \alpha_1 \approx k \alpha_1$ , где k — некоторый коэффициент, характеризующий увеличение зрительной трубы,  $\alpha_1$  — угловой размер изображения миллиметрового деления шкалы осветителя, наблюдаемого через коллиматор.

$$h_1 = \frac{9}{12}$$
 дел

Рассчитаем увеличение исследуемой модели телескопа по формуле:

$$N_T = -\frac{f_4}{f_2} = 2.48 \pm 0.12$$

Определим размер изображения  $h_2$  одного миллиметра шкалы осветителя в делениях окулярной шкалы зрительной трубы при наблюдении через телескоп.  $h_2 = k \tan \alpha_2 \approx k\alpha_2$ , где  $\alpha_2$  – угловой размер изображения миллиметрового деления шкалы осветителя, наблюдаемого через коллиматор.

$$h_2 = \frac{23}{12}$$
 дел

Рассчитаем увеличение исследуемой модели телескопа по формуле:

$$N_T = -\frac{\alpha_1}{\alpha_2} = -\frac{h_1}{h_2} = 2.55 \pm 10$$

Измерим диаметр оправы объектива и диаметр изображения этой оправы в окуляре:

$$D_1 = 1 \text{ cm}, \qquad D_2 = 0.4 \text{ cm}$$

Рассчитаем увеличение исследуемой модели телескопа по формуле:

$$N_T = -\frac{D_1}{D_2} = 2.5 \pm 0.07$$

4. Изучили модель трубы Галилея.

Аналогично:

$$h_1=rac{9}{12}$$
 дел $h_2=rac{27}{12}$  дел $N_T=-rac{f_5}{f_4}=3.37\pm0.16$  $N_T=-rac{lpha_1}{lpha_2}=-rac{h_1}{h_2}=3\pm0.12$ 

5. Создадим модель микроскопа с увеличением  $N_{M}=5$ .

Рассчитали необходимый оптический интервал  $\Delta$  и длину тубуса  $l_{12}$  по формулам:

$$N_M = N_1 \cdot N_2 = -\frac{\Delta}{f_1} \cdot \frac{L}{f_2}$$
  $\Delta = l_{12} - f_1 - f_2 = 14.3 \text{ cm}$   $l_{12} = 34.7 \text{ cm}$ 

Считаем L=25 см.

$$h_2 = \frac{34.5}{12}$$

Измерили величину изображения  $h_2$  миллиметрового деления предметной шкалы в делениях окулярной шкалы зрительной трубы и рассчитали увеличение по формуле

$$N_M = -\frac{h_2}{h_1} \frac{L}{f} = 5.41 \pm 0.14$$

### 3. Вывод

Полученные значения увеличений систем достаточно неплохо согласуются между собой.