

Nüchtern-Basisprotokoll

Die Kontrollbedingung des 650 nm Laserbeugungs-Beobachtungsprotokolls | DMT Code Forschungsregister

ZWECK

Ein Register von Beobachtungen ist nur gegen eine Kontrolle interpretierbar. Dieses Protokoll erzeugt diese Kontrolle: dieselbe Apparatur, dieselbe Ausrichtung, dasselbe Feldblatt, aufgezeichnet von nüchternen Beobachtern. Basisaufzeichnungen legen fest, wie das projizierte Beugungsmuster und sein Laser-Speckle für ein unverändertes visuelles System tatsächlich aussehen. Jeder spätere Vergleich im Register hängt davon ab, dass diese Aufzeichnungen in großer Zahl existieren. Jeder mit der Apparatur kann noch heute Abend eine Basisaufzeichnung beitragen.

BASISBEDINGUNG, DEFINITION

Damit eine Sitzung als Basisaufzeichnung gilt, bestätigt jeder Beobachter für die 24 Stunden vor der Sitzung alles Folgende: keine psychoaktiven Substanzen jeglicher Art, einschließlich Alkohol und Cannabis; kein neues verschreibungspflichtiges Medikament in der letzten Woche begonnen; normaler Schlaf in der Nacht zuvor (Selbsteinschätzung); keine aktuelle Migräne, Aura oder akute Sehstörung. Koffein und Nikotin sind erlaubt, müssen aber erfasst werden. Sitzungen, die die Definition nicht erfüllen, sind trotzdem wertvoll: auf dem Standard-Feldblatt erfassen und nicht als Basis kennzeichnen.

STANDARDAPPARATUR, IDENTISCH MIT DEM FELDBLATT

1. 650 nm roter Laserpointer (Klasse IIIa / 3R, unter 5 mW) auf verstellbarem Stativ. Freihändige Montage.
2. Beugungsgitter im Strahlengang, nahe der Öffnung, das den Strahl in das Beobachtungsfeld auffächert.
3. Projektionsfläche: flache, helle, matte Wand oder Leinwand, 3 bis 5 Meter vom Laser entfernt.
4. Raum abgedunkelt. Das Muster soll das hellste Objekt im Sichtfeld sein.

BASISVERFAHREN

1. Apparatur nach dem Standardverfahren des Feldblatts ausrichten. Musterbreite 0,5 bis 1,5 Meter.
2. Jeder Beobachter füllt vor dem Abdunkeln die Nüchternheitserklärung auf Seite 2 aus.
3. Das projizierte Muster über einen gemessenen Zeitraum von mindestens 10 Minuten durchgehend beobachten, sitzend in 1 bis 3 Metern Abstand. Während der Beobachtung nicht miteinander sprechen.
4. Alles Beobachtete auf den Seiten 2 und 3 erfassen, nur beschreibend. Das Speckle-Feld ehrlich charakterisieren: Körnigkeit, Flimmern, scheinbare Bewegung am Rand der Fixation, Nachbildverhalten.
5. Wird nüchtern ein strukturiertes, wiederholendes oder glyphenartiges Element beobachtet, ist das eine bedeutsame Aufzeichnung. Auf Seite 3 exakt wie gesehen skizzieren und die Zeit notieren. Weder wediskutieren noch ausschmücken.
6. Die fertige Aufzeichnung unter dmtdcode.com/registry einreichen und den Sitzungstyp als Basis markieren.

WARUM NÜCHTERNE AUFZEICHNUNGEN AM MEISTEN ZÄHLEN

Laser-Speckle ist ein reales optisches Phänomen mit realer Wahrnehmungstextur. Ungeübte Berichte halten sein Flimmern oft für Struktur. Ein großer Bestand nüchterner Aufzeichnungen definiert die Grenze zwischen dem, was die Optik an die Wand bringt, und dem, was ein veränderter Bericht darüber hinaus behauptet. Eine Basis beizutragen ist die wirksamste einzelne Handlung für das Register. Nur Erwachsene 18+. Vor dem Aufbau die Sicherheitskarte auf Seite 4 lesen.

Basis-Sitzungsaufzeichnung

Vor und während der Beobachtungsphase ausfüllen. Ein Blatt pro Beobachter und Sitzung.

NÜCHTERNHEITSERKLÄRUNG, ERFORDERLICH FÜR DEN BASISSTATUS

- | | | |
|---|---|--|
| ☐ Keine psychoaktiven Substanzen, 24 h | ☐ Kein Alkohol, 24 h | ☐ Kein Cannabis, 24 h |
| ☐ Keine neue Medikation, 7 Tage | ☐ Normaler Schlaf letzte Nacht | ☐ Keine Migräne oder Sehstörung |

Koffein in den letzten 6 h (Menge, Zeit) _____ Nikotin in den letzten 6 h (Menge, Zeit) _____

Unterschrift oder Initialen des Beobachters _____ Datum _____

SITZUNG

Datum _____ Beginn / Ende _____

Ortstyp (Zuhause, Studio, draußen, anderer) _____ Beobachter-ID oder Initialen (optional) _____

Anwesende Beobachter (Anzahl) _____ Sitzungsnummer in Ihrer Reihe _____

Gemessene Beobachtungsdauer (Minuten) _____ Sitzungstyp: BASIS _____

KONFIGURATION DER APPARATUR

Lasermodell / Quelle _____ Wellenlänge (nm) _____

Gitter im Strahlengang (Typ / Linien pro mm, falls bekannt) _____ Abstand Laser zu Fläche (m) _____

Breite des projizierten Musters auf der Fläche (m) _____ Abstand Beobachter zu Fläche (m) _____

Projektionsfläche (Wandfarbe, Leinwand, andere) _____ Umgebungslicht (völlig dunkel, gedämpft, anderes) _____

Sehhilfe getragen (keine, Brille, Kontaktlinsen) _____ Halterung stabil und freihändig (J/N) _____

CHARAKTER DES SPECKLE-FELDS, ALLES BEOBACHTETE ANKREUZEN

- | | | |
|--|---|---|
| ☐ Feine körnige Textur | ☐ Flimmern oder brodelnde Bewegung | ☐ Bewegung an eigene Augenbewegung gekoppelt |
| ☐ Stabil bei gehaltener Fixation | ☐ Nachbilder beim Blinzeln | ☐ Farbsäume jenseits von Rot |
| ☐ Strukturierte oder wiederholte Elemente | ☐ Glyphenartige Elemente | ☐ Keine Struktur jenseits des Speckle |

BEOBACHTUNGSNOTIZEN, NUR BESCHREIBUNG

Basis-Skizzenaufzeichnung

Alles Strukturierte sofort skizzieren. Erscheint nichts Strukturiertes, die Speckle-Textur selbst skizzieren.

Element 1

Während der Beobachtung [] Aus dem Gedächtnis []

Element 2

Während der Beobachtung [] Aus dem Gedächtnis []

Element 3

Während der Beobachtung [] Aus dem Gedächtnis []

Element 4

Während der Beobachtung [] Aus dem Gedächtnis []

Element 5

Während der Beobachtung [] Aus dem Gedächtnis []

Element 6

Während der Beobachtung [] Aus dem Gedächtnis []

GESAMTFELD-SKIZZE, DAS PROJIZIERTE MUSTER ALS GANZES

Vertrauen, dass die Skizzen das Beobachtete wiedergeben (gering / mittel / hoch) und warum _____

Laser-Sicherheitskarte

Bei der Apparatur aufbewahren. Vor jeder Sitzung durchlesen.

DAS INSTRUMENT

Dieses Protokoll verwendet einen sichtbaren Laser der Klasse IIIa / 3R mit weniger als 5 mW Leistung bei 650 nm, konform mit den US-FDA-CDRH-Anforderungen für Verbraucher-Laserprodukte. In dieser Klasse schützt der Lidschlussreflex normalerweise vor kurzer versehentlicher Exposition, aber absichtliches oder anhaltendes direktes Hineinblicken kann dauerhafte Augenschäden verursachen.

ABSOLUTE REGELN

- Niemals in die Laseröffnung blicken, ob eingeschaltet oder nicht.
- Den Strahl niemals auf Augen, Gesichter, Menschen oder Tiere richten.
- Den Strahl oder seine Reflexionen niemals durch Lupen, Ferngläser, Kameras mit optischem Sucher oder irgendein Linsensystem betrachten. Optiken bündeln den Strahl und heben den natürlichen Schutz des Auges auf.
- Den Strahl niemals auf Fahrzeuge oder Luftfahrzeuge richten.
- Den Laser niemals eingeschaltet und unbeaufsichtigt lassen.
- Reflektierende Objekte (Spiegel, Glas, poliertes Metall, dunkle Bildschirme) vor dem Einschalten aus dem Strahlengang entfernen.
- Der Laser wird von Erwachsenen ab 18 Jahren bedient. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

SITZUNGSHYGIENE

Beobachter betrachten das projizierte Muster auf der Fläche, niemals die Öffnung und niemals spiegelnde Reflexionen. Den Laser zwischen Beobachtungsphasen ausschalten. Vor jedem Einschalten die stabile Montage prüfen, damit der Strahl nicht durch den Raum schwenkt, wenn das Stativ angestoßen wird. Berichtet ein Beobachter über Nachbilder, die länger als einige Minuten anhalten, die Sitzung beenden; anhaltende Sehveränderungen nach möglicher direkter Exposition rechtfertigen eine umgehende augenärztliche Untersuchung.

PFLEGE

Den Laser mit entnommenen Batterien lagern. Das Gitter sauber und trocken halten; nur an den Kanten anfassen. Stativ und Halterung vor jeder Sitzung auf Lockerheit prüfen. Jede Komponente ersetzen, die den Strahl nicht mehr ruhig hält.