3M ESPE

Clinpro™ Glycine Prophy Powder

(en) **Prophy Powder for Gentle Sub and Supragingival Cleaning**

(ru) **Порошок стоматологический Clinpro Glycine Prophy Powder для пескоструйного аппарата**

(bg) **Прах Prophy Powder за нежно под- и надвенечно почистване**

(hr) **Profilaktički prah za nježno subgingivno i supragingivno čišćenje**

(hu) **Profilaktikus por a kímélő ínyszél alatti (subgingivális) és ínyszél feletti (supragingivális) tisztításhoz**

(pl) **Delikatnie czyszczący naddziąsłowo i poddziąsłowo proszek Prophy Powder**

(ro) **Prophy Powder pentru curățarea delicată sub și supragingivală**

(sk) **Profylaktický prášok pre šetrné subgingiválne a supragingiválne čistenie**

(sl) **Preventivni prah za nežno subgingivalno in supragingivalno čiščenje**

(cs) **Profylaktický prášek pro šetrné subgingivální a supragingivální čištění**

(tr) **Subgingival ve Supragingival Nazik Temizleyici Profilaksi Tozu**

(et) **Profüülaktiline pulber sub- ja supragingivaalsete pindade puhastamiseks**

(lv) **Profilakses pulveris saaudzējošai zemsmaguļu un virssmaguļu tīrīšanai**

(it) **Profilattiniai milteliai švelniam valymui po dantenomis ir virš jų**

(uk) **Профілактичний порошок для ніжного видалення над'ясенних та під'ясенних відкладень**

Instructions for Use
Инструкция по применению
Указания за употреба
Upute za uporabo
Használati utasítások
Instrukcja użycia
Instrucțiuni de utilizare
Návod na použitie
Navodilo za uporabo
Návod k použití
Kullanma Talimatları
Kasutusjuhend
Lietošanas Instrukcija
Vartojimo instrukcija
Інструкції з використання

3M Deutschland GmbH
Dental Products
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss – Germany

3M, ESPE and Clinpro are trademarks of 3M or 3M Deutschland GmbH.
© 2019, 3M. All rights reserved.

44000769073/05

(en) ENGLISH

Product Description
Clinpro™ Glycine Prophy Powder is a prophylactic powder for gentle and professional sub- and supragingival cleaning of teeth, including the removal of plaque-biofilm and stains, using commercially available air polishing devices. When applied subgingivally, it may be used as an adjunct to support periodontitis and perimplantitis therapy.

This symbol on the bottle label means: Shake bottle before use.

☞ These Instructions for Use should not be discarded for the duration of product use.
The product may only be used when the product labeling is clearly readable.

Indications
- Professional cleaning of teeth: Removal of subgingival and supragingival plaque-biofilm and stains
- Can also be used in the presence of fixed orthodontic devices (brackets), restorative and prosthetic materials, and implants
- For maintenance in periodontitis therapy after completion of initial treatment – when using standard devices – for gingival pockets up to 5 mm in depth
- For maintenance in perimplantitis therapy after completion of initial treatment – when using standard devices – for gingival pockets up to 5 mm in depth

Precautionary Measures
- Calculus and tartar cannot be removed with Clinpro Glycine Prophy Powder.
- Caution should be exercised when using Clinpro Glycine Prophy Powder for treatment of patients suffering from chronic bronchitis or asthma because the fine spray of air and powder can cause respiratory problems.
- When using an air polishing device, both operator and patient must wear protective eyewear during use. Powder accidentally sprayed into the eyes can cause severe eye injury. The fine powder dust can cause irritation if it gets under contact lenses. Patients wearing eyeglasses should wear protective eyewear over their eyeglasses to avoid getting them soiled during treatment.
- You may wear a mask as protection from dust particles (e.g., when filling the device).
- Do not aim the nozzle directly at the gum tissue during treatment. Proper positioning of the nozzle is described under "Treating the Patient". As with all prophy powders, there is a risk of provoking a subcutaneous emphysema when compressed air is used intraorally.
- Please pay attention to possible restrictions when treating high-risk patients (general weakened immunity, endocarditis) because bacteremia may occur when treating deep periodontal pockets.
- Always use a suction device during treatment.
- Never use the air polishing device without water as this makes it more difficult to suction the air-powder mixture, causing injuries in the area to be treated.

3M MSDSs can be obtained at www.mmm.com or from your local subsidiary.

Use
Clinpro Glycine Prophy Powder is intended for use in commercially available air polishing devices. Please follow the Operating Instructions to operate the specific device.

Fill with powder
- Completely remove any residue of other cleaning powders by blowing air through the device; never use bicarbonate or carbonate powder for subgingival cleaning!
  - Do **not** use water or damp air to clean the device because damp powder can cause blockage of the nozzle.
- Shake the bottle before filling powder into the powder chamber of the device.
- Snap the spout of the bottle upward.
- Add prophylactic powder into the powder chamber of the device until it reaches the maximum level (see marking on the device). Fill slowly in order to avoid dust.

Settings on air polishing device
The cleaning efficiency of the prophylactic powder is dependent on a number of factors, including the air polishing device being used and the settings for air pressure and water flow.
- Follow the Operating Instructions of the device and test the settings to determine what is optimal for your use before beginning treatment. Contact the manufacturer of the air polishing device or dental chair if you have any questions about the settings.
- Aim the spray nozzle, e.g., into a damp washbasin and spray for approximately 10 seconds until the powder-water mixture becomes homogeneous.

Prepare the patient
- Spread petroleum jelly on the corners of the patient's mouth to avoid drying and cracking.
- Place a saliva ejector in the corner of the patient's mouth so that the area under the tongue is suctioned clean.
- To suction the water-powder mixture deflected by the teeth, use the large suction cannula.

Treating the patient
- **Supragingival treatment or exposed root surfaces:** Hold the nozzle near the tooth surface at a maximum distance of 4 mm and an angle of 30° to 90° to the tooth surface; spray each side of the tooth for a maximum of 5 sec., constantly moving the nozzle in a circular motion.
- **Subgingival treatment:** Hold the nozzle near the gingival margin at a maximum distance of 4 mm and an angle of 30° to 60° to the tooth surface. Spray directly on the tooth along the gingival margin in a smooth, steady motion to have the powder clean subgingivally. The smaller the angle, the deeper the powder stream will penetrate the sulcus and the less deflected the water-powder spray will be.
- Avoid aiming the spray continuously at one spot. Spray along the surface to ensure an even cleaning effect.
- Keep the suction cannula near the tooth being sprayed during treatment.

Prepare the Device for the Next Treatment
- Empty the powder chamber of the device at the end of the day and remove the powder residue completely with dry air. Subsequently re-close the powder chamber and start the device for approx. 5 sec to remove all powder residue from the device and its lines.
- If you use a variety of powders, empty the powder chamber of the device and blow dry air through it to remove any powder residue before every powder change. Do not allow the prophylactic powder to come into contact with moisture; moist powder can cause blockage of the nozzle.
- Clean the device according to its Operating Instructions.

Storage and Stability
Always store Clinpro Glycine Prophy Powder in a closed, dry, clean container. Store the product at 15–25°C/59–77°F.
Do not use after the expiration date.

Customer Information
No person is authorized to provide any information that deviates from the information provided in this instruction sheet.

Warranty
3M Deutschland GmbH warrants this product will be free from defects in material and manufacture. 3M Deutschland GmbH MAKES NO OTHER WARRANTIES INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. User is responsible for determining the suitability of the product for user's application. If this product is defective within the warranty period, your exclusive remedy and 3M Deutschland GmbH's sole obligation shall be repair or replacement of the 3M Deutschland GmbH product.

Limitation of Liability
Except where prohibited by law, 3M Deutschland GmbH will not be liable for any loss or damage arising from this product, whether direct, indirect, special, incidental or consequential, regardless of the theory asserted, including warranty, contract, negligence, or strict liability.

Information valid as of February 2019

(ru) РУССКИЙ

Описание продукта
Порошок стоматологический Clinpro Glycine Prophy Powder для пескоструйного аппарата в наборе – флаконы с порошком (не более 2 шт.), это профилактический порошок для щадящего и профессионального удаления поддесневого и наддесневого налета, включая удаление биопленки зубного налета и дисколорита, с использованием стандартных устройств для воздушно-абразивного полирования. В случае поддесневого применения он может быть использован в качестве дополнительного средства для оказания поддерживающей терапии в лечении пародонтита и перимиплантита.

Такой символ на этикетках бутылок означает: перед применением встряхните бутылку.

☞ Данная инструкция по применению должна храниться на протяжении всего срока использования продукта.
Изделие разрешено к использованию только, если маркировка изделия хорошо читаема.

Области применения
- Профессиональная чистка зубов: удаление поддесневой и наддесневой биопленки зубного налета и пигментированного налета.
- Также можно использовать при наличии установленных ортодонтических приспособлений (брекетов), реставрационных и ортопедических материалов и имплантатов.
- Для поддерживающей терапии в лечении пародонтита после завершения первоначальной обработки с использованием стандартных аппаратов для десневых карманов глубиной до 5 мм.
- Для поддерживающей терапии в лечении перимиплантита после завершения первоначальной обработки с использованием стандартных аппаратов для десневых карманов глубиной до 5 мм.

Меры предосторожности
- Камни и твердые зубные отложения не могут быть удалены с помощью порошка стоматологического Clinpro Glycine Prophy Powder.
- Использ порошок стоматологический Clinpro Glycine Prophy Powder у пациентов с хроническим бронхитом или астмой, необходимо соблюдать повышенную осторожность, т.к. содержащиеся в воздухе мельчайшие частицы порошка могут привести к проблемам с дыханием.
- При использовании устройств для воздушно-абразивной обработки зубов оператору и пациенту необходимо надеть защитные очки. Случайно распыленный в глаза порошок может вызвать различные травмы глаз. Состоящая из мелкодисперсного порошка пыль, может вызвать раздражение в случае попадания под контактные линзы. Пациенты, носящие очки, должны надеть защитные очки поверх своих очков, чтобы избежать их загрязнения.
- Можно также надеть защитную маску для защиты от пыли (например, при заполнении приборов).
- Не направлять в ходе обработки распыляющие сопло непосредственно на десны. Надлежащее расположение сопла описано в разделе «Осуществление обработки зубов пациента». Как и для любых других профилактических порошков, существует риск возникновения подкожной эмфиземы при внутриротовом использовании сжатого воздуха.
- Примите во внимание возможные ограничения при использовании у пациентов, входящих в группу риска (общий слабый иммунитет, эндокардит), т.к. при использовании в глубоких пародонтальных карманах может возникнуть бактериемия.
- Во время обработки всегда пользуйтесь аспиратором стоматологическим (пылесосом).
- Никогда не используйте устройство для воздушно-абразивного полирования без воды, поскольку это затруднит всасывание воздушно-порошковой смеси и может привести к повреждениям в области обработки.

Действующие информационные листы по мерам безопасности компании 3M доступны на www.mmm.com или в вашем местном филиале.

Применение
Порошок стоматологический Clinpro Glycine Prophy Powder предназначен для использования в стандартных устройствах для воздушно-абразивного полирования. Для работы с соответствующим устройством, пожалуйста, следуйте указаниям, приведенным в инструкции по эксплуатации.

Заполнение порошка
- Посредством продувки воздухом полностью удалите из устройства остатки других чистящих порошков; нельзя использовать бикарбонатный или карбонатный порошок для поддесневой очистки!
  - **Не** очищайте устройство водой или влажным воздухом, т.к. влажный порошок может закупорить распылительную насадку.
- Встряхните бутылку перед засыпкой порошка в отделение для порошка на устройстве.
- Открыть вверх горлышко бутылки.
- Засыпайте профилактический порошок в отделение для порошка до тех пор, пока не будет достигнут максимальный уровень (см. метку на устройстве). Во избежание пылеобразования заполнять медленно.

Настройки устройства для воздушно-абразивного полирования
Эффективность чистки профилактическим порошком зависит от нескольких факторов, включая используемое устройство для воздушно-абразивного полирования и установленных значений давления сжатого воздуха и потока воды.
- Следуйте указаниям инструкции по эксплуатации устройства и протестируйте настройки, чтобы подобрать оптимальные настройки перед началом работы. По вопросам настроек устройства для воздушно-абразивного полирования или зубораачебного кресла обратитесь к соответствующей фирме-производителю.
- Направьте распылительную насадку, например, во влажную раковину и распыляйте смесь воды и порошка в течение 10 секунд, пока смесь порошка и воды не станет гомогенной.

Подготовка пациента
- Смазать уголки рта пациента вазелином, чтобы предотвратить высушивание и растрескивание этих областей.
- Установить слюноотсос в углу полости рта пациента так, чтобы отсасываемое под языком пространство оставалось сухим.
- Для отсасывания отраженной зубами смеси воды и порошка использовать аспиратор стоматологический (пылесос).

Осуществление обработки зубов пациента
- **Обработка наддесневой области или оголенные шейки зубов:** удерживайте распылительную насадку у поверхности зуба на расстоянии максимум 4 мм и под углом от 30° до 90° к поверхности зуба; обрабатайте каждую сторону зуба в течение не более 5 сек., постоянно перемещая насадку круговыми движениями.
- **Обработка поддесневой области:** удерживайте распылительную насадку у десневого края на расстоянии максимум 4 мм и под углом от 30° до 60° к поверхности зуба. Очистите зуб вдоль десневого края, двигаясь плавно и равномерно, чтобы порошок очистил поддесневую область. Чем меньше угол, тем глубже поток порошка войдет в десневую борозду, и тем меньше преломится в них струя из смеси воды и порошка.
- Избегайте направлять струю все время на одно и то же место. Очищайте вдоль поверхности для достижения равномерной очистки.
- Во время обработки держите аспиратор стоматологический (пылесос) рядом с зубом, на который осуществляется распыление.

Подготовка устройства к следующей обработке
- В конце дня очистите отделение для порошка воздушно-абразивного устройства и полностью удалите остатки порошка при помощи сухого воздуха. Затем вновь закройте отделение для порошка и включите устройство примерно на 5 сек., чтобы удалить все остатки порошка внутри устройства.
- В случае использования разных порошков, перед каждой сменой порошка необходимо опустошить отделение для порошка и полностью продуть его сухим воздухом, чтобы удалить все остатки порошка. Не допускайте контакта профилактического порошка с влагой; влажный порошок может закупорить распылительную насадку.
- Очистить устройство в соответствии с указаниями, приведенными в инструкции по эксплуатации.

Хранение и срок годности при хранении
Всегда хранить порошок стоматологический Clinpro Glycine Prophy Powder в закрытом, сухом и чистом контейнере.
Хранить продукт при 15–25 °C/59–77 °F.
Не используйте продукт после истечения срока годности.
Годен до: см.на упаковке.

Утилизация
Утилизировать медицинское изделие с соответствии с локальными/региональными/национальными/международными требованиями законодательства.

Транспортные условия
Гарантированный срок службы изделий соответствует указанному на этикетке при хранении согласно рекомендованным условиям хранения. Во время транспортировки изделия могут подвергаться кратковременным колебаниям температур, это не влияет на их безопасность и эффективность.
Транспортировка медицинского изделия осуществляется самолетом.

Информация для покупателя
Запрещается предоставлять информацию, которая отличается от информации, содержащейся в данной инструкции.

Гарантийные обязательства
Компания 3M Deutschland GmbH гарантирует отсутствие в своей продукции дефектов, связанных с исходными материалами и производственным процессом. КОМПАНИЯ 3M Deutschland GmbH НЕ ДАЕТ НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, ВКЛЮЧАЯ ЛЮБЫЕ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ТОВАРНОГО СОСТОЯНИЯ ИЗДЕЛИЙ И ИХ ПРИМЕНИМОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ. Пользователь несет ответственность за определение пригодности данного изделия к использованию в соответствии с его (пользователя) задачами. В случае обнаружения дефектов изделия в гарантийный период ответственность фирмы 3M Deutschland GmbH ограничивается ремонтом и заменой данного изделия.

Ограничение ответственности
За исключением ситуаций, прямо предусмотренных законодательством, компания 3M Deutschland GmbH не несет никакой ответственности за любые отрицательные последствия или ущерб, связанные с использованием данной продукции: прямые, косвенные, умышленные, случайные или опосредованные, независимо от выдвинутых обоснований, включая гарантии, контракты, небрежность или объективную ответственность.

Информация по состоянию на февраль 2019 года

RUS: Уполномоченный представитель производителя в РФ:
АО «3М Россия», 108811, г. Москва, п. Московский, Киевское ш., 22-й км, домовл. 6, стр. 1, тел.: +7 495 784 74 74

(bg) БЪЛГАРСКИ

Описание на продукта
Прахът Clinpro™ Glycine Prophy Powder е профилактичен прах за нежно и професионално под- и надвенечно почистване на зъбите, включително за отстраняване на плака биофилм и петна, с помощта на предлаганите в търговската мрежа апарати за въздушно полиране. При поденечна апликация, той може да се използва като допълнение към терапия при периодонтит и перимиплантит.



Този символ на етикетка бутилка означава: Разклатете бутилката преди употреба.

☞ Указанията за употреба не бива да се изхвърлят по време на употребата на продукта.
Продуктът може да се използва само когато продуктовият етикет е ясно четлив.

Области на приложение
- Професионално почистване на зъби: Отстраняване на под- и надвенечен плака биофилм и петна
- Може да се използва и при наличие на неснемаеми ортодонтски апарати (брекети), възстановителни и протетични материали и импланти
- За поддържане в терапия при периодонтит след привършване на началното лечение – когато се използват стандартни апарати – при венечни джобове с дълбочина до 5 мм
- За поддържане в терапия при перимиплантит след привършване на началното лечение – когато се използват стандартни апарати – при венечни джобове с дълбочина до 5 мм

Предпазни мерки
- С праха Clinpro Glycine Prophy Powder не може да се отстранява зъбен камък.
- Да се подхожда внимателно, когато прахът Clinpro Glycine Prophy Powder се използва за лечение при пациенти, страдащи от хроничен бронхит или астма, тъй като фината струя от въздух и прах може да причини дихателни проблеми.
- Когато се използва апарат за въздушно полиране, по време на използване операторът и пациентът трябва да носят защитни очила. Неволно впръснатият в очите прах може сериозно да ги нарани. Финият прашец може да причини дразнение, ако попадне под контактни лещи. Пациенти с очила трябва да носят защитните очила над очилата си, за да избегнат замърсяването им по време на процедурата.
- Можете да носите маска като защита от праховите частици (напр. когато пълните апарата).
- По време на обработката, не насочвайте дозата директно към венците. Правилното разположение на дозата е описано в раздела „Третиране на пациента". Както е и при всички професионални прахове, съществува риск от провокиране на подкожен емфизем при интраорално използване на сгъстен въздух.
- Моля, обърнете внимание на възможните ограничения при лечение на високорискови пациенти (общо отслабен имунитет, ендокардит), тъй като при третиране на дълбоки периодонтални джобове може да възникне бактериемия.
- Винаги използвайте аспиратор по време на обработката.
- Никога не използвайте апарата за въздушно полиране без вода, защото това затруднява аспирацията на сместа въздух/прах и предизвиква увреждания на обработваната участък.

Можете да получите информационни листове за безопасност на материалите на 3M от www.mmm.com или да се свържете с вашия местен филиал.

Употреба
Прахът Clinpro Glycine Prophy Powder е предназначен за употреба в предлаганите в търговската мрежа апарати за въздушно полиране. За работа с конкретния апарат, моля следвайте неговите указания за експлоатация.

Пълнене с прах
- Отстранете напълно всички остатъци от други почистващи прахове, като продухвате апарата с въздух; никога не използвайте бикарбонатен или карбонатен прах за поденечно почистване!
  - **Не** използвайте вода или влажен въздух за почистване на апарата, тъй като влажният прах може да причини запушване на дозата.
- Разклатете бутилката преди да напълните с прах резервоара на апарата.
- Огънете човката на бутилката нагоре.
- Добавете профилактичен прах в резервоара за прах на апарата, докато достигне максималното ниво (вж. маркировката на апарата). Пълнете бавно, за да не се вдига прах.

Настройване на апарата за въздушно полиране
Ефективността на почистване на профилактичния прах зависи от няколко фактора, включително използвания апарат за въздушно полиране и настройките на налягането на въздуха и водната поток.
- Спазвайте инструкциите за експлоатация на апарата и изпробвайте настройките, за да определите кои са оптималните за вашия случай преди да започнете процедурата. Свържете се с производителя на апарата за въздушно полиране или на стоматологичния стол, ако имате въпроси относно настройките.
- Насочете дозата напр. към влажно корито на мивка и пръскайте за около 10 секунди, докато се хомогенизира сместа прах/вода.

Подготовка на пациента
- Намажете устните на устата на пациента с вазелин, за да избегнете изсушаване и напукване.
- Поставете слюноизсмукателя в ъгъла на устата на пациента, така, че подвижната област да се почиства.
- За аспирране на отразената от зъбите смес вода/прах, използвайте голямата аспирационна канюла.

Третиране на пациента
- **Надвенечно третиране или открити коренови повърхности:** Придържайте дозата близо до повърхността на зъба на максимално разстояние 4 мм и под ъгъл от 30° до 90° спрямо повърхността на зъба; напръскайте всяка от страните на зъба за максимум 5 секунди, като постоянно движите дозата с кръгово движение.
- **Поденечно третиране:** Придържайте дозата близо до венечния ръб на максимално разстояние от 4 мм и под ъгъл 30° до 60° спрямо повърхността на зъба. Пръскайте директно върху зъба по протежение на венечния ръб с плавно, равномерно движение, за да може прахът да почисти под венеца. Колкото по-малък е ъгълът, толкова по-дълбоко ще проникне праховата струя в сулкуса и ще има по-малко разсеяна водно-праховa струя.
- Избягвайте задържането на струята върху една точка. Пръскайте по протежение на повърхността, за да постигнете равномерен почистващ ефект.
- Дръжте аспирационната канюла в съседство с обработваните зъб.

Подготовка на апарата за следваща обработка
- В края на деня изпразнете резервоара за прах на апарата и отстранете напълно остатъците от прах с помощта на сух въздух. След това затворете резервоара за прах и включете апарата да работи за около 5 секунди, за да отстраните всички остатъци от прах в апарата и тръбите му.
- Ако използвате различни прахове, преди всяка смяна на прахоа изпразнете резервоара за прах на апарата и го продухайте със сух въздух, за да отстраните всички остатъци от прах. Не допускайте профилактичният прах да внесе в контакт с влага; влажен прах може да причини запушване на дозата.
- Почистете апарата съобразно с неговите Инструкции за експлоатация.

Съхранение и срок на годност
Винаги съхранявайте праха Clinpro Glycine Prophy Powder в затворен, сух, чист контейнер.
Съхранявайте продукта при 15–25 °C/59–77 °F.
Да не се използва след изтичане на срока на годност.

Информация за потребителя
Никой няма право да дава информация, различна от включената в настоящата брошура с инструкции.

Гаранция
3M Deutschland GmbH гарантира, че този продукт няма дефекти по отношение на материала и производството. 3M Deutschland GmbH НЕ ПОЕМА ДРУГИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТАКИВА ЗА ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ПРИГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ. Отговорност на потребителя е да определи пригодността на продукта за целите на неговите нужди. Ако този продукт покаже дефект в гаранционния период, Вашата единствена компенсация и единствено задължение на 3M Deutschland GmbH е поправката или замяната на продукта на 3M Deutschland GmbH.

Ограничена отговорност
Освен ако това изрично не се запрещава от закона, 3M Deutschland GmbH не носи отговорност за загуби или вреди, произтичащи от този продукт, преки, косвени, специални, инцидентни или като последица, независимо от защитаваната теория, включително гаранции, договори, неизпълнение или стриктна отговорност.

Последна актуализация февруари 2019 г.

(hr) HRVATSKI

Opis proizvoda
Clinpro™ Glycine Prophy Powder je profilaktički prah za nježno i profesionalno subgingivno i supragingivno čišćenje zubi, uključujući uklanjanje naslaga zubnog plaka i mrlja, uz primjenu uobičajenih uređaja za zračno poliranje. Kad se primjeni subgingivalno, može se koristiti kao dodatak terapiji periodontitisa i perimiplantitisa.



Tozi simvol na etiketa na butilката означава: Преди употреба разбъркайте бутилката.

☞ Za detalje o niže navedenim proizvodima pročitajte odgovarajuće upute za uporabu.
Proizvod se smije koristiti samo ako je naljepnica proizvoda jasno čitljiva.

Područja primjene
- profesionalno čišćenje zubi: uklanjanje subgingivnih i supragingivnih naslaga plaka i mrlja
- može se koristiti i u prisutnosti trajnih ortodontskih aparata, materijala za restauraciju i protetskog materijala te implantata
- za održavanje u terapiji periodontitisa nakon dovršetka početnog tretmana – pri upotrebi standardnih uređaja – za gingivne džepove do 5 mm dubine
- za održavanje u terapiji perimiplantitisa nakon dovršetka početnog tretmana – pri upotrebi standardnih uređaja – za gingivne džepove do 5 mm dubine

Mjere predostrožnosti
- Zubni kamenac se ne može ukloniti pomoću proizvoda Clinpro Glycine Prophy Powder.
- Potreban je oprez kada Clinpro Glycine Prophy Powder primjenjujete za tretman pacijenata s kroničnim bronhitisom ili astmom jer fini mlaz zraka i praha može uzrokovati respiratorne probleme.
- Tijekom upotrebe uređaja za zračno poliranje, rukovatelj i pacijent moraju imati zaštitne naočale. Prah koji se slučajno upuše u oči može izazvati ozbiljne ozljede očiju. Fina prašina, ako dospije ispod leća, može izazvati iritaciju. Pacijenti koji koriste naočale trebaju imati zaštitne naočale preko svojih naočala tijekom tretmana kako se one ne bi zaprljale.
- Preporučujemo nošenje maske kao zaštitu od čestica prašine (npr. prilikom usipanja u uređaj).
- Tijekom tretmana mlaznicu ne usmjeravajte izravno na desni. Ispravno postavljanje mlaznice opisano je u odjeljku „Tretiranje pacijenta". Kao i kod svih sredstvih profilaktičkih prašina, postoji opasnost od izazivanja potkožnog emfizema prilikom intraoralne upotrebe stlačenog zraka.
- Obratite pozornost na ograničenja prilikom tretiranja pacijenata visokog rizika (opći smanjeni imunitet, endokarditis) jer kod tretmana dubokih periodontnih džepova može doći do pojave bakteriemije.
- Tijekom tretmana uvijek koristite sisaljku.
- Nikada ne upotrebljavajte uređaj za zračno poliranje bez vode jer se time otežava usisavanje mješavine zrak/prah, što dovodi do ozljeda u tretiranom području.

Podaci o tehničkoj sigurnosti 3M proizvoda dostupni su na www.mmm.com ili kontaktirajte Vašeg dobavljača.

Upotreba
Clinpro Glycine Prophy Powder namijenjen je za upotrebu u uobičajenim uređajima za zračno poliranje. O upotrebi specifičnoga proizvoda pročitajte odgovarajuće upute za upotrebu.

Ispunite prahom
- U potpunosti uklonite ostatke preostalog praha iz uređaja ispuhavanjem zraka kroz uređaj; nikada nemojte upotrebljavati bikarbonatni ili karbonatni prah za subgingivno čišćenje!
  - **Nemojte** upotrebljavati vodu ili vlažan zrak za čišćenje uređaja jer vlažan prah može začepiti mlaznicu.
- Protresite bočicu prije usipanja praha u komoru za prah uređaja.
- Gršć bočice prelomite prema gore.
- Uspite profilaktički prah u komoru za prah uređaja do vrha (oznake maksimalnog ispuna). Usipajte polako da izbjegnete stvaranje prašine.

Postavke na uređaju za zračno poliranje
Učinkovitost čišćenja profilaktičkog praha ovisi o nizu čimbenika, uključujući uređaj koji se koristi za zračno poliranje i postavke zračnog tlaka te protoka vode.
- Pridržavajte se uputa za upotrebu uređaja i isprobajte postavke prije početka tretmana kako biste utvrdili koje su postavke optimalne za vaše potrebe. Stupite u kontakt s proizvođačem uređaja za zračno poliranje ili stomatološke stolice ako imate pitanja o postavkama.
- Usmjerite mlaznicu npr. prema vlažnom umivaoniku i pustite mlaz tijekom 10 sekundi dok miješavina prah/voda ne postane homogena.

Priprema pacijenta
- Rubove pacijentovih usta premažite vazelinom da spriječite isušivanje i pucanje.
- Postavite ejektor sline u kut pacijentovih usta tako da se područje ispod jezika u potpunosti uiše.
- Za usisavanje mješavine voda/prah odbijene od zuba koristite veliku sukcijsku kanilu.

Tretman pacijenta
- **Supragingivni tretman ili izložene površine korijena:** Držite mlaznicu uz površinu zuba najdalje 4 mm i pod kutom između 30° i 90° u odnosu na površinu zuba; mlaz usmjerite na svaku površinu zuba najviše 5 sekundi, pritom stalno pomičite mlaznicu kružnim kretnjama.
- **Subgingivni tretman:** Držite mlaznicu uz rub gingive najdalje 4 mm i pod kutom između 30° i 60° u odnosu na površinu zuba. Mlaz usmjerite izravno na zub uzduž ruba gingive glatkim, stalnim kretnjama kako bi prah očistio subgingivno. Što je kut manji, prah će ući dublje u sulkus i manje će se odbijati mlaz vode i praha.
- Ne usmjeravajte mlaz stalno na pojedino mjesto. Mlaz usmjeravajte uzduž površine kako biste osigurali ravnomjerno čišćenje.
- Tijekom tretmana sukcijsku kanilu držite u blizini zuba kojeg tretirate.

Priprema uređaja za novi tretman
- Ispraznite komoru za prah uređaja na kraju dana i u potpunosti uklonite ostatke preostalog praha suhim zrakom. Zatim ponovno zatvorite komoru za prah i uključite uređaj približno 5 sekundi kako biste u potpunosti uklonili ostatke preostalog praha iz uređaja i njegovih vodova.
- Ako koristite više različitih prahova, ispraznite komoru za prah uređaja i ispuhite je zrakom kako biste uklonili ostatke preostalog praha prije svake promjene praha. Nemojte dopustiti da profilaktički prah dođe u dodir s vlagom; vlažni prah može začepiti mlaznicu.
- Očistite uređaj u skladu s uputama za upotrebu.

Skladištenje i rok trajanja
Proizvod Clinpro Glycine Prophy Powder skladištite u zatvorenom, suhom i čistom spremniku.
Proizvod čuvajte na temperaturi 15–25 °C/59–77 °F.
Ne koristite nakon isteka roka trajanja.

Obavijesti za kupce
Nitko nije ovlašten davati informacije koje odstupaju od informacija sadržanih u ovim uputama.

Garancija
3M Deutschland GmbH jamči da će ovaj proizvod biti bez greške u materijalu i izvedbi. 3M Deutschland GmbH NE DAJE NIKAKVA DRUGA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI SVA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA KAO I SVA JAMSTVA KOJA SE ODNOSE NA MOGUĆNOSTI PRODAJE ILI PRIMJERNOST ODREĐENOJ NAMJENI. Korisnik mora sam prosuditi je li proizvod primjeren određenoj namjeni. Ako se u jamstvenom roku na proizvodu utvrdi greška, vaše će isključivo pravo, a jedina obaveza kompanije 3M Deutschland GmbH biti da proizvod popravi ili ga zamijeni.

Ograničenje odgovornosti
Osim u slučajevima gdje je to zakonom zabranjeno, 3M Deutschland GmbH neće biti odgovoran za štete nastale iz ovog proizvoda, bilo izravne, neizravne, posebne, slučajan ili posljedičan gubitak ili štetu, prouzročen tim proizvodom, neovisno o pravnoj podlozi zahtjeva, uključujući jamstvo, ugovor, nemar i striktnu odgovornost.

Informacije od veljače 2019.

(hu) MAGYAR

Termékismertető
A Clinpro™ Glycine Prophy Powder a fogak ínyszél alatti (subgingivális) és ínyszél feletti (supragingivális) tisztítására, valamint a plakkbiofilm és az elszíneződések szokványos homokfúvó készülékkel való eltávolítására szolgáló profilaktikus por. Subgingivális alkalmazás esetén kiegészítőként alkalmazható a periodontitis és perimiplantitis terápia támogatására.

A palackon látható szimbólum jelentése: Használat előtt rázza fel a palackot.

☞ Ezt a használati útmutatót a termék használatának teljes időtartama alatt meg kell őrizni.
A terméket csak akkor szabad felhasználni, ha a termékmegjelölés egyértelműen olvasható.

Alkalmazási területek
- Professzionális fogtisztítás: Az ínyszél alatti (subgingivális) és ínyszél feletti (supragingivális) plakkbiofilm és az elszíneződések eltávolítása
- Rögzített fogszabályozó készülékek, brackettek, tömések és pótlások, valamint implantátumok jelenlétében is alkalmazható
- Periodontitis terápiában a kezdeti kezelés befejezése utáni fenntartó kezeléshez – standard eszközök alkalmazása esetén – legfeljebb 5 mm mélységű tasakokhoz
- Perimiplantitis terápiában a kezdeti kezelés befejezése utáni fenntartó kezeléshez – standard eszközök alkalmazása esetén – legfeljebb 5 mm mélységű tasakokhoz

Óvintézkedések
- Lerakódás és fogkő nem távolítható el a Clinpro Glycine Prophy Powder segítségével.
- Krónikus hörghurutban vagy asztmában szenvedő betegek nem kezelhetők Clinpro Glycine Prophy Powderrel, mivel a levegő és a por finom permete légzési problémákat okozhat számukra.
- Használat idején mind a kezelőnek, mind a betegnek védőszemüveget kell viselnie. A véletlenül a szembe szórt por súlyos szemsérülést okozhat. A kontaktlencse alá kerülve a finom por irritációt okozhat. A szemüveget viselők a szemüveg fölé vegyenek fel védőszemüveget, hogy az előbbit ne érje szennyeződés.
- A porképződés elleni védekezésként (pl. a készülékbe való betöltéskor) viseljet maszkot.
- Ne irányítsa a szórófejet közvetlenül az ínyre a kezelés során. A szórófej megfelelő pozicionálását „A beteg kezelése" pont ismerteti. Mint minden profilaktikus port, ha intraorálisan sűrített levegőt alkalmaz, akkor subcutan empysemát válthat ki.
- Mély periodontális tasakok kezelése betartaásemát okozhat. Nagy kockázatu betegek kezelésekor (általánosan legyengült védekezőképesség, szívbelhártya-gyulladás) kérjük, vegye figyelembe a lehetséges korlátozásokat.
- A kezelés során mindig használjon elszívóberendezést.
- Sohase használja a porszóró készüléket víz nélkül, mivel ez megnehezíti a levegő/víz keverék felszívását, és sérülést okozhat a kezelendő területen.

3M biztonsági adatlapok a www.mmm.com honlapon, ill. az Ön helyi képviselőjénél elérhetők.

Használat
A Clinpro Glycine Prophy Powder szokványos porszóró készülékekkel alkalmazható. A konkrét készülék működtetésével kapcsolatban kérjük, kövesse annak Használati utasítását.

A por betöltése
- Az egyéb tisztítóporok maradékát teljesen távolítsa el a készülékből – bikarbonát-vagy karbonátport nem szabad ínyszél alatti tisztításhoz használni!
  - A készülék tisztításához **ne** használjon vizet vagy nedves levegőt, mivel ez megnehezíti a szórófejet.
- Rázza fel a palackot, miellőtt a port betölti a készülék porkamrájába.
- Pattintsa fel a tetejét.
- A profilaktikus port töltse be a készülék porkamrájába a maximális szintig (lásd a készüléken lévő jelölést). A felesleges porolás elkerülése érdekében vegyesz lassan a betöltést.

A porszóró készülék beállításai
A profilaktikus por tisztítási hatékonysága számos tényezőtől függ, például az alkalmazott porszóró készüléktől valamint a légnyomás és a vízmennyiség beállításától.
- Kövesse a készülék használati útmutatóját, és kezelés előtt ellenőrizze a beállításokat annak megállapítására, hogy az Ön általi használathoz mi az optimális. Ha a beállítással kapcsolatban kérdése van, forduljon a porszóró készülék vagy a fogorvosi kezelőegység gyártójához.
- Irányítsa a szórófejet pl. nedves mosdókagylóba, és szórja az anyagot mintegy 10 másodpercig a mosdókagylóba, amíg a por/víz keverék homogénné nem válik.

A beteg előkészítése
- Kenjen fehér vazelint a beteg szájának sarkaira, a kiszáradás és a kirepedezés megakadályozása érdekében.
- Helyezzen nyálszívót a beteg szájának sarkába, hogy a nyelv alatti területet tisztára szívja.

ste dosiahli subgingiválny čistiaci efekt. Čím je uhol menší, tým hĺbšie vnikne prúd prášku do sulku a o to menej sa bude zmes vody a prášku rozstrekovať.
► Vyhýbajte sa bodovému otryskávaniu. Otryskávajte pozdĺž povrchu, aby sa dosiahol rovnomerný čistiaci efekt.
► Odsávaciu kanylu pridržajte v blízkosti zuba, ktorý čistíte.

Príprava zariadenia na následujúce použitie
► Vyprázdniteľné práškové komoru prístroja každý večer a suchým vzduchom vyfúkajte všetky zvyšky prášku. Potom práškovú komoru zatvorte a pritisnite na asi 5 sekúnd spustite, aby sa odstránili všetky zvyšky prášku z prístroja a vedení.
► Pokiaľ používate rôzne prášky, vyprázdniteľné práškovú komoru pri každej zmene prášku a zvyšky predchádzajúceho prášku dôkladne vyfúkajte suchým vzduchom. Profylaktický prášok sa nesmie dostať do kontaktu s vlhkosťou, pretože vlhký prášok by mohol upchať aplikačnú dýzu.
► Zariadenie vyčistite podľa návodu na obsluhu.

Skladovanie a trvanlivosť
Vždy skladujte Clinpro Glycine Prophy Powder v uzatvorenej, suchej a čistej nádobe.
Skladujte pri teplote 15–25 °C/59–77 °F.
Nepoužívajte po uplynutí dátumu exspirácie.

Užívateľské informácie
Žiadna osoba nie je oprávnená podávať informácie odlišné od informácií podaných v tomto návode.

Záruka
3M Deutschland GmbH zaručuje výrobok bez defektov materiálu a výrobných chýb. 3M Deutschland GMBH NEDÁVA ŽIADNE INÉ ZÁRUKY VRÁTANE AKÝCHKOĽVEK NAVRHNUTÍ ZÁRUK NA PREDAJNOSŤ ALEBO VHODNOSŤ PRE URČITÝ ÚČEL. Spotrebiteľ je zodpovedný za vymedzenie vhodnosti produktu pre použitie. Ak sa objaví poškodenie produktu v rozsahu záručnej lehoty, jediné riešenie a povinnosť 3M Deutschland GmbH je produkt 3M Deutschland GmbH opraviť alebo vymeniť.

Vymedzenie zodpovednosti
Pokiaľ zákon neurčí inak, 3M Deutschland GmbH nie je zodpovedná za akékoľvek straty alebo poškodenia vychádzajúce z tohto produktu, či priame, nepriame, špeciálne, náhodné, alebo následné, bez ohľadu na predkladanú vetu, vrátane záruky, zmluvy, nedbalosti alebo presne vymedzenej zodpovednosti.

Stav informácie: február 2019

SI SLOVENŠČINA

Opis proizvoda
Clinpro™ Glycine Prophy Powder je preventivni prah za nje v prehrani za profesionalno subgingivalno in supragingivalno čiščenje zob, vključno z odstranjevanjem biofilma oblog in madežev s pomočjo trgovsko obiajnih zračnih polirnih naprav. Pri subgingivalni uporabi lahko služi kot podpora pri zdravljenju periodontitisa in perimplantitisa.



☞ Ta simbol na etiketi steklenice pomeni: steklenico pred uporabo pretresite.

☞ Med uporabo proizvoda ohranite navodila za uporabo.
Izdelek je dovoljeno uporabljati le, če je etiketa izdelka jasno berljiva.

Področja uporabe
- Profesionalno čiščenje zob: odstranjevanje subgingivalnega in supragingivalnega biofilma oblog ter madežev
- Se lahko uporablja tudi pri prisotnosti fiksnih ortodontskih priprav (zobni aparat), restavracijskih in protetičnih materialov ter implantatih
- Za vzdrževanje pri zdravljenju parodontitisa po končani začetni terapiji – pri uporabi standardnih pripomočkov – za obzobne žepe do globine 5 mm
- Za vzdrževanje pri zdravljenju perimplantitisa po končani začetni terapiji – pri uporabi standardnih pripomočkov – za obzobne žepe do globine 5 mm

Previdnostni ukrepi
- Zobnega kamna ni mogoče odstraniti s prahom Clinpro Glycine Prophy Powder.
- Pri uporabi praha Clinpro Glycine Prophy Powder za zdravljenje pacientov, obolelih za kroničnim bronhitisom ali astmo, je treba postopati previdno, ker lahko fino prašilo iz praha in prahu povzroči respiratorne težave.
- Pri uporabi zračne polirne naprave morata tako uporabnik kot pacient med uporabo naprave nositi zaščito oči. Naključno vbrizganje praha v oči lahko povzroči resno poškodbo. Če fini prah pride pod kontaktne leče, lahko povzroči draženje oči. Pacienti, ki nosijo očala, naj zaščito nosijo na očalih, da se ta med posegom ne umažejo.
- Kot zaščito pred delci prahu (npr. pri polnjenju uporabe) lahko nosite masko.
- Med uporabo curka ne usmerjajte direktno v dlesen. Pravilna usmeritev curka je opisana v poglavju »Delo s pacientom«. Tako kot pri vseh preventivnih prahovih obstaja tveganje povzročitve podkožnih emfizemov, če se stisnjeni zrak uporablja intraoralno.
- Bodite pozorni glede morebitnih omejitev posegov pri pacientih z visokim tveganjem (s spleošno šibkejšo imunostjo, endokarditisom), ker lahko pri obolelavi globokih parodontalnih žepov pride do bakteriemije.
- Med uporabo vedno uporabljajte sesalnik.
- Zračne polirne naprave nikoli ne uporabljajte brez vode, ker je sesanje mešanice zraka in praha tako bolj tveženo in lahko pride do poškodb v delovnem področju.

Varnostne liste 3M MSDSs dobite na spletnem naslovu www.mmm.com ali kontaktirajte lokalno podružnico.

Uporaba
Clinpro Glycine Prophy Powder je predviden za uporabo v trgovsko obiajnih zračnih polirnih napravah. Pri uporabi sledite navodilom za njegovo uporabo.

Polnjenje s prahom
► Popolnoma odstranite vse ostanke drugih čistilnih prahov iz naprave s pihanjem zraka; za subgingivalno čiščenje nikoli ne uporabljajte bikarbonatnega ali karbonatnega prah
– Za čiščenje naprave **ne** uporabljajte vode ali vlažnega zraka, saj lahko vlažen prah zamaši šobo.
► Pred polnjenjem naprave s prahom steklenico potresite.
► Preklopite izhodni nastavek steklenice navzgor.
► Preventivni prah stresajte v predvideni predel naprave, dokler ne doseže maksimalne ravni (glejte oznako na napravi). Polnite počasi, da se ne praši.

Nastavitve zračne polirne naprave
Učinkovitost čiščenja s preventivnim prahom je odvisna od vel dejavnikov, vključno z zračno polirno napravo, ki se uporablja, in nastavitvijo zračnega tlaka ter pretoka vode.
► Sledite navodilom za uporabo naprave in pred začetkom posega preverite nastavitve, da ugotovite, katere so optimalne za vašo uporabo. Če imate vprašanja o nastavitvah naprave, se obrnite na proizvajalca zračne polirne naprave ali zobozdravniškega stola.
► Prašilno šobo usmerite npr. v moker umivalnik in prište približno 10 sekund, dokler mešanica praha in vode ni homogena.

Priprava pacienta
► Nanesite vazelin na ustne kote pacienta, da se izognete izsušitvi in nastanku razpok.
► Sesalnik za slino vstavite v kot pacientovih ust tako, da je področje pod jezikom mogoče prosto posesati.
► Za sesanje mešanice vode in praha, odbite od zob, uporabljajte veliko sesalno kanilo.

Delo s pacientom
► **Supragingivalno zdravljenje ali izpostavljene površine korenin:** Držite šobo v bližini površine zoba največ na razdalji 4 mm in pod kotom 30° do 90° do površine zoba; prište na vsako stran zob največ 5 sekund, pri tem šobo nenehno premikajte s krožnimi gibi.
► **Subgingivalno zdravljenje:** Držite šobo v bližini gingivalnega roba največ na razdalji 4 mm in pod kotom 30° do 60° do površine zoba. Za subgingivalno čiščenje s prahom prište z neprekinjenim, enakomernim gibom neposredno na zob ob gingivalnem robu. Čim manjši kot uporabljate, tem globlje bo curek praha prodrl v sulkus in tem manj se bo prišlo iz vode in prahu razpršilo po okolici.
► Ne prište na posamezne točke za dlje časa. Prište po celotni površini, da dosežete enakomeren rezultat čiščenja.
► Velika sesalna kanila naj bo med pršenjem v bližini zoba.

Priprava naprave za naslednjega pacienta
► Ob koncu dneva vedno odstranite prah iz naprave in vse ostanke praha popolnoma odstranite s suhim zrakom. Potem zaprite predel naprave za prah in napravo zaženite za približno 5 sekund, da odstranite vse ostanke praha iz naprave in njenih vodov.
► Če uporabljate različne prahove, pred vsako menjavo praha izpraznite predel naprave za prah in ga izpihajte s suhim zrakom, da odstranite vse ostanke praha. Preventivni prah nikakor ne sme priti v stik z vodo; vlažen prah lahko povzroči blokado šobe.
► Napravo očistite v skladu z navodili za uporabo.

Shranjevanje in rok trajanja
Prah Clinpro Glycine Prophy Powder vedno hranite v zaprti, suhi in čisti posodi.

Hranite pri temperature od 15–25 °C/59–77 °F.
Ne uporabljate ga po poteku roka uporabe.

Informacije za kupca
Nobena oseba nima pooblastil za posredovanje kakršnih koli informacij, ki odstopajo od informacij v tem navodilu.

Garancija
3M Deutschland GmbH jamči, da bo ta izdelek brez napak v materialu in izdelavi, 3M Deutschland GmbH NE DAJE NOBENIH DRUGIH JAMSTEV, VKLJUČNO Z NAVEDENIMI JAMSTVI ALI JAMSTVI ZA PRODAJO ALI PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. Uporabnik mora sam presoditi, ali je proizvod primeren za določeno uporabo. Če se ta izdelek pokvari v garancijskem obdobju, bo vaša izključna odškodnina in obveznost družbe 3M Deutschland GmbH, da popravi ali zamenja svoj izdelek.

Omejitev odgovornosti
Če to ni prepovedano z zakonom, družba 3M Deutschland GmbH ne bo odgovorna za kakršno koli izgubo ali škodo, izhajajočo iz tega izdelka, ne glede na to, ali je posredna, neposredna, posebna, naključna ali posledična, ne glede na pravno podlago zahtevka, vključno z garancijo, pogodbo, malomarnostjo ali striktno odgovornostjo.

Datum informacije: februar 2019

CS ČESKY

Popis výrobku
Clinpro™ Glycine Prophy Powder je profylaktický prášek pro šetrné profesionální subgingivální a supragingivální čištění k odstranění biofilmu plaku a zabarvení pomocí běžných air flow přístrojů. Při subgingiválním použití může podporovat léčbu periodontitidy a perimplantitidy.



☞ Tento symbol na etiketě lahvičky znamená: Lahvičku před použitím protřepejte!

☞ Tento návod k použití je třeba uchovávat po celou dobu použitelnosti výrobku.
Produkt se smí používat jen tehdy, když je jednoznačně čitelné označení produktu.

Indikace
- Profesionální čištění zubů: Odstranění subgingiválního a supragingiválního biofilmu plaku a zabarvení
- Použití je také v současnosti možné u fixních ortodontických aparátů (brackets), výplňových a protetických materiálů, stejně jako implantátů
- K následnému ošetření periodontitidy po provedeném iniciálním ošetření – při použití standardních přístrojů – v případě kapes do hloubky do 5 mm
- K následnému ošetření perimplantitidy po provedeném iniciálním ošetření – při použití standardních přístrojů – v případě kapes do hloubky do 5 mm

Bezpečnostní opatření
- Zubní kámen není možno získáním Clinpro Glycine Prophy Powder odstranit.
- Pacienti, kteří trpí chronickou bronchitidou nebo astma, smějí být ošetřeni práškem Clinpro Glycine Prophy Powder pouze opatrně, protože by jemné rozprášení ze vzduchu a prášku mohlo způsobit dýchací potíže.
- Při použití přístroje s proudem prášku a vody musí mít ošetřující i pacient vhodné ochranné brýle. Proud prášku neúmyslně namířený do očí by mohl na očích způsobit těžké poranění. U kontaktních čoček by mohl jemný prach z prášku způsobit podráždění, pokud by se dostal pod kontaktní čočku. Pacienti, kteří nosí brýle, by si měli v každém případě dát přes své brýle ochranné brýle, protože by při ošetření mohlo dojít ke znečištění.
- K ochraně před prachem např. při plnění přístroje můžete nosit ústenku.
- Nesmějte proudovou tryskou během ošetření přímo na dáseň. Správná pozice tysky je popsána v části „Ošetření pacienta". Stejně jako u všech profylaktických prášků existuje při intraorálním ošetření stlačeným vzduchem riziko způsobení emfyzému.
- Dbejte na omezení ošetření u rizikových pacientů (všeobecné oslabení imunity, endokarditida), protože při ošetření hlubokých periodontálních kapes může dojít k bakteriemii.
- Používejte při ošetření stále odsávací zařízení.
- Nepoužívejte air flow přístroj nikdy bez vody, odsávání směsi vzduchu a prášku by tím bylo ztíženo a mohlo by dojít ke zraněním v oblasti ošetření.

Bezpečnostní listy 3M získáte na www.mmm.com nebo u své místní pobočky.

Použití
Clinpro Glycine Prophy Powder je určen k použití ve všech běžných air flow přístrojích. Při obsluze přístroje postupujte prosím podle příslušného návodu k použití.

Plnění práškem
► Odstraňte důkladně vyčištěním vzduchem zbytky jiného čisticího prášku z přístroje, protože se bikarbonátový a karbonátový prášek nesmí používat pro subgingivální čištění!
– **Nečistěte** přístroj vodou nebo vlhkým vzduchem, protože vlhký prášek by mohl upcat proudovou trysku.
► Protřepejte láhev před plněním prášku do práškové komory.
► Vyklopte nahoru hubici lahve.
► Naplňte profylaktický prášek až do maximální výše naplnění do práškové komory přístroje (viz značení v přístroji). Naplňte prášek pomalu, aby nedošlo k tvoření prachu.

Nastavení air flow přístroje
Efektivita čištění profylaktického prášku závisí m.j. na používaném air flow přístroji a nastaveném tlaku vzduchu a vodním proudu.
► Postupujte podle návodu k obsluze přístroje a vyzkoušejte optimální nastavení před ošetřením. V případě dotazů k nastavení air flow přístroje nebo křesla se obraťte na příslušného výrobce.
► Směrujte proudovou trysku např. do vlhkého umývadla a nechte tryskat cca 10 vteřin, než vznikne stejnoměrná směs prášku a vody.

Příprava pacienta
► Natřete koutky úst pacienta vazelínou. Zabráníte tak vysušení a popraskání ústních koutků.
► Zaviďte malý odsavač slin přes ústní koutek pacienta tak, aby moh volně odsávat pod jazykem.
► K odsávání směsi vody a prášku, která se odráží od zubů, použijte velkou odsávací kanylu.

Ošetření pacienta
► **Při supragingiválním ošetření nebo v případě odkrytých zubních krčků:** Zaveďte trysku na povrch zubu a tryskejte s odstupem max. 4 mm v úhlu 30° – 90° k povrchu zubu. Tryskejte na každou stranu zubu max. 5 vteřin v krouživém pohybu.
► **Při subgingiválním ošetření:** Zaveďte trysku na okraj sulku a tryskejte s odstupem max. 4 mm v úhlu 30° – 60° k povrchu zubu. Tryskejte přímo na zub v stejnoměrných pohybech podél okraje sulku, abyste dosáhli stejnoměrného čisticího efektu. Čím je menší úhel zvolíte, tím hlouběji pronikne proud prášku do sulku a o to méně se vytřská směs vody a prášku.
► Vyhýbejte se bodovému tryskání. Tryskejte podél povrchu, abyste dosáhli stejnoměrného čisticího efektu.
► Během ošetření držte kanylu v blízkosti zubu, na který se tryska směřuje.

Příprava přístroje na další ošetření
► Vyprázdněte každý večer práškovou komoru přístroje a odstraňte všechny zbytky prášku suchým vzduchem. Nakonec práškovou komoru opět uzavřete a nechte přístroj běžet cca 5 vteřin, aby se z přístroje a vedení odstranily všechny zbytky prášku.
► Pokud používáte různé prášky, vyprázdněte práškovou komoru přístroje při každé výměně prášku a odstraňte všechny zbytky prášku vyfouknutím suchým vzduchem. Profylaktický prášek nesmí přijít do kontaktu s vlhkostí, protože vlhký prášek by mohl ucpat trysku.
► Vyčistěte přístroj podle návodu k použití.

Skladování a stabilita
Clinpro Glycine Prophy Powder přechovávejte v uzavřené, suché a čisté nádobě.
Výrobek skladujte při teplotě 15–25 °C.
Nepoužívejte po uplynutí data expirace.

Informace pro uživatele
Žádná osoba nebyla pověřena k tomu, aby poskytovala jakékoli informace lišící se od těch, které jsou uvedeny na tomto příbalovém letáku.

Záruka
3M Deutschland GmbH zaručuje, že tento výrobek nemá materiálové ani výrobní chyby. 3M Deutschland GMBH NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ DALŠÍ ZÁRUKY VČETNĚ IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY VYSTAVENÉ ZA ÚČELEM PRODEJNOSTI ČI VHODNOSTI KE ZVLÁŠTNÍMU ÚČELU. Uživatel je odpovědný za určení vhodnosti výrobku pro daný účon. Jestliže se u tohoto výrobku objeví závada během záruční doby, bude Vaším výlučným právem právo na opravu nebo výměnu tohoto výrobku 3M Deutschland GmbH, což bude jedinou povinností firmy 3M Deutschland GmbH.

Omezení odpovědnosti
Kromě případů stanovených zákonem nebude firma 3M Deutschland GmbH odpovědná za jakoubu zkoušku tohoto produktu, ať již přímou, nepřímou, zvláštní, náhodnou či následnou, bez ohledu na doložené tvrzení, včetně záruky, smlouvy, nedbalosti či přímé odpovědnosti.

Stav informací: únor 2019

TR TÜRKÇE

Ürün Tanımı
Clinpro™ Glycine Prophy Powder, air polishing/air flow cihazları ile birlikte kullanılmak üzere, plak biyofilmi ve lekelerin uzaklaştırılması da dahil olmak üzere, hassas ve profesyonel subgingival ve supragingival diş temizleme işlemleri için geliştirilmiş profilaktik bir tozdur. Subgingival olarak, periodontal ve peri-implantitis tedavisini destekler.



☞ Şişe etiketindeki bu simgenin anlamı şudur: Kullanımdan önce şişeyi çalkalayın.

☞ Kullanma talimatları, ürün kullanımda olduğu sürece saklanmalıdır.
Bu ürün ancak ürün etiketi rahatlıkla okunabilir olması durumunda kullanılabilir.

Uygulama Alanları
- Profesyonel diş temizliğinde: Subgingival ve supragingival plak biyofilmin ve lekelerin uzaklaştırılması
- Sabit ortodontik apareylerin (braketler), restoratif ve protetik malzemelerin ve implantların bulunması durumunda da kullanılabilir
- Periodontal tedavi sırasında; primer tedavi sonrası – standart cihazların kullanılması halinde – derinlikleri 5 mm'yi geçmeyen gingival ceplerde kullanılabilir
- Peri-implantitis tedavisi sırasında; primer tedavi sonrası – standart cihazların kullanılması halinde – derinlikleri 5 mm'yi geçmeyen gingival ceplerde kullanılabilir

Güvenlik Önlemleri
- Diş taşları Clinpro Glycine Prophy Powder ile temizlenemez.
- İnce hava ve tozdan oluşan sprey, solunum sorunlarına yol açabileceğinden Clinpro Glycine Prophy Powder, kronik bronşit veya astımı olan hastaların tedavisinde dikkatli kullanılmalıdır.
- Air polishing/air flow cihazı kullanılırken hallede operatör de, hasta da uygun bir koruyucu gözlük takmalıdır. Yanlışlıkla göze püskürtülen toz, ciddi göz yaralanmalarına yol açabilir. İnce toz zerrecikleri, kontakt lenslerin altına girerse irritasyonlara neden olabilir. Gözlük kullanan hastalar, gözlüklerinin uygulama sırasında kirlenmesini önlemek için her halükarda, kendi gözlüklerinin üzerine koruyucu gözlük takmalıdır.
- Toz partiküllerinden (örn. cihazın doldurulması sırasında) korunmak için koruyucu maske kullanabilirsiniz.
- Tedavi sırasında püskürtme ucunu doğrudan diş etine tutmayın. Püskürtme ucunun doğru hizalandırılması ile ilgili bilgiler "Hastanın Tedavisi" başlığı altında yer alır. Her profilaksi tozunda olduğu gibi, intraoral basınçlı hava uygulamalarında subkutan amfizem oluşma riski bulunmaktadır.
- Yüksek riski (genel olarak zayıf bağışıklık, endokardit) hastaların tedavisi sırasında, derin periodontal ceplerin tedavisi sırasında bakteriyemin gelişebileceğinden lütfen, olası tedavi kısıtlamalarını göz önünde tutun.
- Tedavi sırasında her zaman bir aspiratör kullanın.
- Hava-toz karışımının emilmesinin zorlaşmasına ve bunun sonucu tedavi bölgesinde yaralanmaların meydana gelmesine yol açabileceğinden, air polishing/air flow cihazını kesinlikle su ile etmeden kullanmayın.

3M Materyal Güvenlik Bilgi Formları'nı, www.mmm.com adresinden veya yerel şubemizden temin edebilirsiniz.

Kullanım
Clinpro Glycine Prophy Powder, yaygın olarak kullanılan air polishing/air flow cihazları ile birlikte kullanılmak üzere geliştirilmiştir. İlgili cihazı çalıştırırken lütfen üreticinin kullanma talimatlarına uyun.

Tozun Doldurulması
► Hava püskürteterek cihazdaki diğer temizleme tozları kalıntılarını tamamen uzaklaştırın; subgingival temizleme sırasında bikarbonat veya karbonat tozu kesinlikle kullanılmamalıdır!
– Nemli toz, püskürtme deliğinin tıkanmasına yol açabileceğinden cihazı, su veya nemli hava ile **temizlemeyin**.
► Tozu cihazın toz haznesine doldurmadan önce, şişeyi çalkalayın.
► Şişenin ucunu aşağı indirin.
► Profilaktik tozu, maksimum seviyeye gelecek şekilde, cihazın toz haznesine doldurun (cihazdaki işaretlemeye bakın). Etrafa toz yayılımını önlemek için, tozu yavaşça doldurun.

Air Polishing/Air Flow Cihazı Ayarları
Profilaktik tozun temizleyici etkisi, kullanılan air polishing/air flow cihazı ve ayarlanan hava basıncı ve su akışı gibi çeşitli etkenlere bağlıdır.
► Cihazın kullanım talimatlarını uyun ve tedaviye başlamadan önce ayarları test ederek sizin için en uygun olanını belirleyin. Air polishing/air flow cihazının veya dişçi koltuğunun ayarları ile ilgili herhangi bir sorunuz olması halinde ilgili üretici ile irtibata geçin.
► Püskürtme ucunu diş etine, nemli bir lavaboya hizalandırın ve yaklaşık 10 saniye boyunca, homojen bir toz-su karışımı oluşana kadar püskürtün.

Hastanın Hazırlanması
► Ağız kenarlarının kurumasını ve çatlamasını önlemek için, hastanın ağız kenarlarına vazelin sürün.
► Hastanın ağzı kenarına, dil altındaki bölgeyi boş tutacak şekilde bir tükürük emici yerleştirin.
► Dişten geri çarpan su/toz karışımını emmek için geniş tükürük emici kullanın.

Hastanın Tedavisi
► **Supragingival tedavide veya açığa çıkan kök yüzeylerinde:** Püskürtme ucunu, diş yüzeyine 4 mm'yi geçmeyecek mesafede ve diş yüzeyine 30 – 90° açılı gelecek şekilde tutun; dişin her bir yüzeyine, püskürtme ucunu sürekli dairesel hareketler yaptırarak, en fazla 5 saniye olmak üzere püskürtün.
► **Subgingival tedavide:** Püskürtme ucunu, gingival sınıra en fazla 4 mm'lik mesafe uzaklıkta tutarak ve açısı diş yüzeyine 30 – 60° olacak şekilde tutun. Tozun subgingival temizleyici etkisini gösterebilmesi için, sulkus çizgisi boyunca eşit hareketlerle doğrudan dişe püskürtün. Açı ne kadar küçük tutulursa toz akımı sulkusun o kadar derinine nüfuz edecektir ve su-toz karışımı o kadar az yanlış tarafa sapacaktır.
► Noktasal püskürtme yapmaktan kaçının. Eşit temizleme elde etmek için tüm yüzey boyunca püskürtün.
► Tükürük emiciyi tedavi sırasında püskürtülecek dişe yakın tutun.

Cihazın Bir Sonraki Tedavi İçin Hazırlanması
► Cihazın toz haznesini her akşam boşaltın ve toz kalıntılarını kuru hava sıkarak tamamen uzaklaştırın. Ardından toz haznesini tekrar kapatın ve, tüm toz kalıntılarının cihazdan ve cihaz hatlarından uzaklaştırılması için, cihazı yaklaşık 5 saniye boyunca çalıştırın.
► Farklı tozlar kullanmanız durumunda cihazın toz haznesini her toz değişiminden önce boşaltın ve toz kalıntıларını kuru hava sıkarak uzaklaştırın. Profilaktik tozun nem ile temas etmesine izin vermeyin; nemli toz püskürtme deliğinin tıkanmasına neden olabilir.
► Cihazı, ilgili çalıştırma talimatlarını referans alarak, temizleyin.

Saklama ve Stabilite
Clinpro Glycine Prophy Powder tozunu daima kapalı, kuru ve temiz bir kapta saklayın.
Ürünü 15–25 °C/59–77 °F sıcaklıkta saklayın.
Son kullanma tarihinden sonra kullanmayın.

Müşteri Bilgisi
Hiç kimse bu kullanım bilgilerinde verilenlerden farklı herhangi bir bilgi vermeye yetkili değildir.

Garanti
3M Deutschland GmbH, bu ürünün üretim sürecinden ve kullanılan malzemelerden kaynaklanan kusurları olmadığını garanti eder. 3M Deutschland GmbH, ÜRÜNÜN BELİRTİLEN AMACI DİŞİNDA KULLANILABİLİRLİĞİ VEYA SATILABILIRLIĞI KONULARINDA HİÇBİR GARANTİDE BULUNMAZ. Bu ürünün, kendi uygulama amacına uygunluğunu belirlemek kullanıcının sorumluluğundadır. Eğer bu ürün garanti süresi içerisinde bozuk çıkarsa, 3M Deutschland GmbH'nin tek sorumluluğu 3M Deutschland GmbH ürününü onarmak veya değiştirmek olacaktır.

Sınırlı Sorumluluk
Yasalar tarafından engellenmediği sürece, 3M Deutschland GmbH bu ürünün kullanımından doğabilecek doğrudan, dolaylı, özel durum, tesadüfi veya nihai kayıp veya zarardan, garanti, kontrat, ihmal veya salt sorumluluk da dahil olmak üzere her ne olursa olsun sorumlu olmayacaktır.

Bilginin güncelliği: Şubat 2019

ET EESTI

Toote kirjeldus
Clinpro™ Glycine Prophy Powder on sub- ja supragingivaalseks professionaalseks hammaste puhastamiseks mõeldud profülaktiline pulber, mis eemaldab tavalisites õhkabrasioonseadmetes (liivapritsides) kasutamisel säästvalt katt-biofilmi ja pigmenteerunud kohad. Subgingivaalsel kasutamisel võib see toetada periodontiidi ja perimplantiidi ravi.

☞ See sümbol pudeli etiketil tähendab järgmist: loksuta pudelit enne kasutamist.

☞ Kasutusjuhendit tuleks säilitada kogu toote kasutusaja vältel.
Toodet tohib kasutada üksnes siis, kui toote märgistus on selgelt loetav.

Kasutusalad
- Professionaalne hammaste puhastamine: sub- ja supragingivaalse katt-biofilmi ja pigmenteerunud kohtade eemaldamine.
- Saab kasutada ka fikseeritud ortodontiliste aparaatide (brekette), restauratiivsete ja proteetiliste materjalide ning implantaatide olemasolul.
- Periodontiidi ravi järelhooldus, pärast esmase ravi toimumist – standardseadmete kasutamisel – mitte üle 5 mm sügavate igemetaskute korral.
- Perimplantiidi ravi järelhooldus, pärast esmase ravi toimumist – standardseadmete kasutamisel – mitte üle 5 mm sügavate igemetaskute korral.

Ettevaatusabinõud
- Clinpro Glycine Prophy Powder'iga ei saa eemaldada konkremente ja hambakivi.
- Patsiente, kellel on krooniline bronhiit või astma, tuleks Clinpro Glycine Prophy Powder'iga ravida ettevaatlikult, sest õhu ja pulbri peen udu võib põhjustada hingamishäireid.
- Õhkabrasioonseadmega töötamise ajal peavad nii seadme kasutaja kui ka patsient kandma sobivaid kaitseprille. Kogemata silma suunatud pulbriseade võib põhjustada silmade raskeid vigastusi. Kontaktläätsede puhul võib peen pulbritolm põhjustada kontaktläätsede alla sattumisel ärritust. Prillikandjad peaksid kindlasti kandma oma prillide peal kaitseprille, selleks et vältida protseduuri käigus prillide määrdumist.
- Kaitseks tolmuosakeste eest (nt seadme täitmisel) soovitatakse kanda maski.
- Ära suuna protseduuri ajal pritsi otsakut otse igemetele. Otsaku korektse asendi valimist on kirjeldatud „Raviprotseduur" all. Nii nagu kõikide profülaktiliste pulbrite puhul esineb suruõhu intraoraalsel kasutamisel emfüseemide tekke oht.
- Palun arvesta võimalikke piiranguid riskigrupi patsientide puhul (üldine immuunpuudulikkus, endokarditi), sest sügavate periodontaalsete igemetaskute puhastamisel võib tekkida bakteriteemia.
- Protseduuri ajal tuleb alati kasutada süljeimurit.
- Ära kasuta õhkabrasioonseadet mitte kunagi ilma veeta, õhu-/pulbrisegu vool võib seeläbi olla takistatud ja see võib põhjustada ravitavas piirkonnas vigastusi.

3M MSDS on kättesaadav aadressilt www.mmm.com või kohalikult esindajalt.

Kasutamine
Clinpro Glycine Prophy Powder on näidustatud kasutamiseks tavalisele õhkabrasioonseadmetega. Seadmega töötamisel tuleb järgida vastava seadme kasutusjuhendit.

Seadme täitmine pulbriga
► Eemalda seadmest õhujoaga väljapuhumise teel täielikult teiste puhastuspulbrite jäägid, sest vesinikkarbonaadi- või karbonaadipulbreid ei tohi kasutada subgingivaalseks puhastamiseks!
– Ära puhasta seadet **mitte** kunagi vee ega niiske õhuga, sest niiske pulber ummistab otsaku.
► Raputa pudelit enne seadme pulbrikambri pulbriga täitmist.
► Ava pudeli väljakallamisava.
► Täida seadme pulbrikamber profülaktilise pulbriga kuni maksimaalse täitekõrguseni (vaata markeeringut seadmel). Kalla pulber sisse aeglaselt, et vältida tolmu teket.

Õhkabrasioonseadme töökorda panek
Profülaktiline pulbri puhastamistõhusus sõltub mh kasutatud õhkabrasioonseadmest ning seadistatud õhusurvest ja veejoa tugevusest.
► Järgi seadme kasutusjuhendit ja testi enne raviprotseduri alustamist optimaalset seadistust. Küsimuste korral õhkabrasioonseadme seadistuste või ravitooli kohta pöördu palun vastava seadme tootja poole.
► Suuna seadme otsak nõtniskesse kraanikausi ja pihusta pulbri-/veesegu ca 10 sek ühtlaseks kuni see muutub ühtlaseks.

Patsiendi ettevalmistamine
► Kreemita patsiendi suunurgad vaseliiniga sisse. See takistab protseduurist tingitud suunurkade kuivamist ja lõhenemist.
► Aseta väike süljeimur patsiendi suunurka selliselt, et see imeks sülge keele alt.
► Hambalt purskava vee/pulbrisegu imemiseks kasuta suurt süljeimurit (imurikanüüli).

Raviprotseduur
► **Supragingivaalse ravi või paljaste hambakaelte korral.** Vii seadme otsak hambapinna lähedale ja tõötle hamnast maksimaalselt 4 mm kauguselt, hamba suhtes 30 – 90° nurga all. Tõötle hammast igast küljest maksimaalselt 5 sekundit ringkuujõiliste liigutustega.
► **Subgingivaalse ravi korral.** Vii seadme otsak igemevao lähedale ja tõötle hammast maksimaalselt 4 mm kauguselt, hamba suhtes 30 – 60° nurga all. Tõötle hammast vahetult ühtaste liigutustega piki igemevagu, et saavutada subgingivaalne puhastustulemus. Mida väiksem on nurk, seda sügavamale igemevakku juga tungib ja seda vähem vee-/pulbrisegu pritsib.
► Väldi hamba tõötlemist punktuaalseste liigutustega. Ühtlase puhastustulemuse saavutamiseks juhi juga mööda hambapinda.
► Raviprotseduuri ajal hoia imurikanüül puhastatava hamba lähedal.

Seadme järgmiseks protseduuriks ettevalmistamine
► Tühjenda igal õhtul seadme pulbrikamber ja eemalda seadmest kuiva õhujoa abil kõik pulbrijäägid. Sulge seejärel uuesti pulbrikamber ja lase seadmel ca 5 sekundit töötada, et seadmest ja voolikutest väljuks kõik pulbrijäägid.
► Kui sa kasutada erinevaid pulbreid, siis tühjenda seadme pulbrikamber pärast iga pulbri vahetust ja eemalda pulbrijäägid kuiva õhujoa abil. Profülaktiline pulber ei tohi puutuda kokku niiskusega, sest niiske pulber ummistab otsaku.
► Puhasta seade vastavalt kasutusjuhendile.

Säilitamine ja kõlblikkusaeg
Clinpro Glycine Prophy Powder'it säilitada alati suletud, kuivas ja puhtas anumas.
Toodet säilitada temperatuuril 15–25 °C/59–77 °F.
Pärast kõlblikkusaja lõppu toodet mitte kasutada.

Kliendiinfo
Kellelgi pole volitusi anda teistsugust informatsiooni kui see, mis on esitatud käesolevas juhendis.

Garantii
3M Deutschland GmbH garanteerib materjali- ja tootmisvigade puudumise selle toote juures. 3M Deutschland GMBH EI ANNA MUID GARANTIISID, SEALHULGAS GARANTIID TURUSTATAVUSE EELDUSE VÕI KOKKUREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE OSAS. Toote sobivuse määratlemise eest konkreetsel eesmärgil kasutamiseks vastutab kasutaja. Kui see toode osutub garantiiperioodi jooksul defektseks, on Teil täielik õigus ja 3M Deutschland GmbH-l kohustus 3M Deutschland GmbH toode parandada või uuega asendada.

Piiratud vastutus
Välja arvatud seaduses kehtestatud juhud, ei vastuta 3M Deutschland GmbH ükskõik millise tootest johtuva otsese, kaudse, erakordse, juhusliku või tuleneva kahjumi või kahju eest põhjendustele vaatamata, sealhulgas garantii, leping, hooletus või absoluutne vastutus.

Info uuendatud veebruar 2019

LV LATVIEŠU

Produkta apraksts
Clinpro™ Glycine Prophy Powder (Glicīnu saturošs pulveris profilaksei) ir profilaktiskais pulveris sauszīgošai zemsmagumu un virssmagumu profesionālai zobu tīrīšanai, noņemot bioloģiskā aplikuma plēvi un pigmentāciju, lietošanai parastajos, pārdodamā esošajos pulvera – ūdens strūklas aparātos. Lietojot zemsmagumu rajonā, tas var sekmēt periodontīta un perimplantīta ārstēšanu.



☞ Šis simbols ant pudeles etiketes nozīmē: pirms lietošanas sakratīt pudeli.

☞ Šo lietošanas instrukciju jāuzglabā visu produkta lietošanas laiku.
Produktu drīkst izmantot tikai tad, ja produkta marķējums ir viennozīmīgi salasāms.

Indikācijas
- Profesionālā zobu tīrīšana: Zemsmagumu un virssmagumu bioloģiskā aplikuma plēves un pigmentu noņemšana.
- Ir iespējama arī izmantošana fiksētu žokļa ortopēdisko aparatūru (brekešu), restaurācijas un protēzu materiālu, kā arī implantātu klātbūtnē.
- Kā uzturošu terapiju pēc periodontīta ārstēšanas sākotnēji, izmantojot standarta iekārtas, smaganu kabatu dziļums nepārsniedz 5 mm.
- Kā uzturošu terapiju pēc perimplantīta ārstēšanas sākotnēji, izmantojot standarta iekārtas, smaganu kabatu dziļums nepārsniedz 5 mm.

Piesardzības pasākumi