




	Std. Name	Std. CIE L	Std. CIE a	Std. CIE b	Std. CIE C	Std. CIE h	Std Instrument Condition	Instrument Serial Number
	Deep Cove DPCV	37.81	-16.35	-7.48	17.98	204.58	%R LAV SCI UV Cal	

	Batch Name	Current Illuminant Name	CIE DL	CIE Da	CIE Db	CIE DC	CIE DH	CIE DE	CMC DE	CMC P/F Determination
	R1117235 B21166908AA-001 1-1 3029200/IV/21	D65 10 Deg	-0.73	-0.19	-0.33	0.32	0.22	0.83	0.48	Pass
		F11 10 Deg	-0.50	-0.68	0.65	0.16	-0.93	1.07	0.86	Pass
		A 10 Deg	-0.82	-0.22	-0.84	0.66	0.57	1.19	0.75	Pass

Delta CMC

D65 / 10

F11 / 10

A / 10

