

Standard Name 145 of 192

↑

21C 0886 BRL

↓

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std	Update Std
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 14-Oct-21 Time: 13:58:48

Batch Name 2 of 3

↑

3T18157 B22166210AA-002 1-1 3048589/VIII/22

↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat	Update Bat
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 01-Sep-22 Time: 11:09:14


CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

▼

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments		
F3T18157 B22166210AA-002 1-1 3048589/VIII/22	D65 10 Deg	-0.55	-0.07	0.67	-0.20	0.72	-0.05	0.75		Pass	too dark	too bright	too yellow
F3T18157 B22166210AA-002 1-1 3048589/VIII/22	F11 10 Deg	-0.53	-0.00	0.72	-0.19	0.73	0.02	0.75	0.09	Warn	too dark	too bright	too green
F3T18157 B22166210AA-002 1-1 3048589/VIII/22	A 10 Deg	-0.51	0.11	0.68	-0.18	0.73	0.14	0.77	0.21	Warn	too dark	too bright	too yellow



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form