

	Std. Name	Std. CIE L	Std. CIE a	Std. CIE b	Std. CIE C	Std. CIE h	Std Instrument Condition	Instrument Serial Number
▶	21C 0282 ERL	68.56	-1.30	0.76	1.50	149.47	%R LAV SCI UV Cal	8813429

	Batch Name	Current Illuminant Name	CIE DL	CIE Da	CIE Db	CIE DC	CIE DH	CIE DE	CMC DE	CMC P/F Determination
▶	F3T18157 B22010810AA-002 6-1 3051035/VII/21	D65 10 Deg	-1.44	0.11	0.13	-0.02	-0.17	1.45	0.62	Pass
▶		F11 10 Deg	-1.42	0.01	0.11	0.05	-0.10	1.42	0.58	Pass
▶		A 10 Deg	-1.42	0.03	0.22	0.22	-0.04	1.44	0.65	Pass

Delta CMC   D65 / 10   F11 / 10   A / 10

