

Standard Name168 of 168

↑

21A 0368 FD L/D

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 29-Jun-21Time: 14:43:29

Batch Name1 of 1

↑

FA22-ITN-S108 FBM15042 1-1 3038206/VI/21

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat


Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 29-Jun-21Time: 14:43:59

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: (2.00 1.00)

DeltaD65 / 10F11 / 10



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
FA22-ITN-S108 FBM15042 1-1 3038206/VI/21	D65 10 Deg	-0.99	0.35	-0.23	-0.51	0.07	0.24	0.57		Pass	too dark	too bright	too red
FA22-ITN-S108 FBM15042 1-1 3038206/VI/21	F11 10 Deg	-1.09	0.71	-0.37	-0.61	0.11	0.44	0.76	0.56	Warn	too dark	too bright	too red