

Standard Name38 of 38

↑

9A 0459 CM

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV 400

Date: 15-Jul-19Time: 17:22:55

Batch Name1 of 1

↑

FA22-ITN-S104 FBM15293 1-1 3033617/V/21.

↓


New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 25-Jun-21Time: 14:57:29

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: (2.00 1.00)



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments		
FA22-ITN-S104 FBM15293 1-1 3033617/V/21.	D65 10 Deg	0.06	-0.14	0.02	0.03	0.05	-0.18	0.19		Pass	too light	too bright	too green
FA22-ITN-S104 FBM15293 1-1 3033617/V/21.	F11 10 Deg	0.04	-0.10	-0.06	0.02	0.12	-0.06	0.14	0.10	Pass	too light	too bright	too green