

Standard Name8 of 29

AE64 Victory BlueF21

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 14-Dec-19Time: 07:56:49

Batch Name11 of 11

70020845 FLTS-L2101483 47-2 3027039/IV/21

New BatRetrieve BatStore BatList Bat


Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 02-Jun-21Time: 17:58:50

Batch Name

70020845 FLTS-L2101483 47-2 3027039/IV/21

70020845 FLTS-L2101483 47-2 3027039/IV/21



Single/AllZoom InZoom OutCMC PlotPrint Form

DataColor TOOLS 2.4.4S/N NO. 8823242

Standard %R

400-450nm 14.18 13.17 12.41 11.78 11.28 10.82

460-510nm 10.25 9.50 8.41 7.24 6.01 5.00

520-570nm 4.27 3.74 3.34 3.09 2.85 2.70

580-630nm 2.59 2.52 2.49 2.48 2.50 2.59

640-690nm 2.75 3.03 3.63 4.79 6.99 10.07

700nm 15.52

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

L:c Ratio: (2.00 1.00)

III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments
D65 10 Deg	0.10	-0.34	1.08	0.07	-0.59	-0.10	0.60		Warn	lighter	less saturated more green
F11 10 Deg	0.27	-0.31	1.09	0.21	-0.55	-0.16	0.61	0.17	Warn	lighter	less saturated more green