

Standard Name 222 of 222

↑

21B 0328 BRD

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 19-Sep-21 Time: 09:28:14

Batch Name 1 of 3

↑

F3T18157 572584 7-2 3052261/VII/21

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 19-Sep-21 Time: 09:28:59

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
F3T18157 572584 7-2 3052261/VII/21	D65 10 Deg	-0.34	-0.37	-0.49	-0.16	-0.23	0.40	0.49		Pass	too dark	too dull	too blue
F3T18157 572584 7-2 3052261/VII/21	F11 10 Deg	-0.54	0.52	-0.82	-0.26	-0.48	-0.37	0.66	0.98	Pass	too dark	too dull	too yellow
F3T18157 572584 7-2 3052261/VII/21	A 10 Deg	-0.41	0.06	-0.74	-0.19	-0.43	-0.12	0.49	0.54	Pass	too dark	too dull	too red



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form