

Standard Name27 of 31

↑

21C 0497-1 ARSC

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 14-Nov-21Time: 16:39:44

Batch Name2 of 3

↑

R1117235 B2241803AA-001 1-1 3076021/X/21

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 17-Nov-21Time: 14:31:08

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
R1117235 B2241803AA-001 1-1 3076021/X/21	D65 10 Deg	0.06	-1.07	-1.64	0.03	-0.58	-0.61	0.85		Warn	too light	too dull	too blue
R1117235 B2241803AA-001 1-1 3076021/X/21	F11 10 Deg	-0.09	-0.85	-1.97	-0.04	-0.62	-0.80	1.01	0.45	Warn	too dark	too dull	too blue
R1117235 B2241803AA-001 1-1 3076021/X/21	A 10 Deg	-0.12	-1.02	-1.93	-0.06	-0.65	-0.62	0.90	0.43	Pass	too dark	too dull	too blue

