

Standard Name31 of 31

ADYY Vivid RedS21

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 04-Sep-19Time: 08:53:09

Batch Name1 of 2

0012609 FTM-L2101330 1-1 3033952/V/21

New BatRetrieve BatStore BatList Bat


Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 25-Jun-21Time: 11:39:38

Batch Name

60012609 FTM-L2101330 1-1 3033952/V/21

60012609 FTM-L2101330 1-1 3033952/V/21



Single/AllZoom InZoom OutCMC PlotPrint Form

DataColor TOOLS 2.4.4S/N NO. 8823242

Standard %R						
400-450nm	8.36	6.40	5.31	4.33	3.63	3.20
460-510nm	2.86	2.68	2.52	2.41	2.35	2.33
520-570nm	2.36	2.45	2.64	2.95	3.71	5.36
580-630nm	8.88	15.73	27.05	41.40	55.28	67.84
640-690nm	76.66	81.03	83.96	84.37	84.41	83.87
700nm	85.59					

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

L:c Ratio: (2.00 1.00)

III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
D65 10 Deg	0.70	0.14	-0.48	0.36	-0.04	-0.31	0.48		Pass	too light	too dull	too blue
F11 10 Deg	0.85	1.07	-0.52	0.41	0.19	-0.74	0.87	1.02	Fail	too light	too bright	too blue