

Standard Name 59 of 102

↑

21B 1092-1 ARL

↓

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std	Update Std
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 10-Jan-22 Time: 15:56:45

Batch Name 2 of 3

↑

R2213455 B2217210AA-001 1-1 3042057/VII/22

↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat	Update Bat
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 22-Aug-22 Time: 09:30:04

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments		
R2213455 B2217210AA-001 1-1 3042057/VII/22	D65 10 Deg	-0.21	0.33	-1.36	-0.08	-0.66	-0.18	0.69		Pass	too dark	too dull	too red
R2213455 B2217210AA-001 1-1 3042057/VII/22	F11 10 Deg	-0.24	0.31	-1.48	-0.09	-0.68	-0.11	0.69	0.12	Pass	too dark	too dull	too yellow
R2213455 B2217210AA-001 1-1 3042057/VII/22	A 10 Deg	-0.23	0.07	-1.28	-0.09	-0.60	-0.15	0.63	0.28	Pass	too dark	too dull	too red



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form