

Standard Name 225 of 226

↑

21C 0973-1 BRD

↓

Visual Hue Request:

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------|------------|
| New Std | Retrieve Std | Store Std | List Std | Update Std |
|---------|--------------|-----------|----------|------------|

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 10-Nov-21 Time: 14:49:35

Batch Name 2 of 2

↑

R2218265 4501574484 1-1 3047988/VIII/22

↓

| | | | | |
|---------|--------------|-----------|----------|------------|
| New Bat | Retrieve Bat | Store Bat | List Bat | Update Bat |
|---------|--------------|-----------|----------|------------|

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 06-Sep-22 Time: 12:32:54

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

| Batch Name | III/Obs | DL* | Da* | Db* | DL*/ISL | DC*/cSC | DH*/SH | CMC DE | M.I. | P/E | Color Comments | | |
|---|------------|------|------|------|---------|---------|--------|--------|------|------|----------------|------------|---------|
| R2218265 4501574484 1-1 3047988/VIII/22 | D65 10 Deg | 0.40 | 0.54 | 0.16 | 0.21 | 0.19 | -0.28 | 0.40 | | Pass | too light | too bright | too red |
| R2218265 4501574484 1-1 3047988/VIII/22 | F11 10 Deg | 0.39 | 0.44 | 0.13 | 0.20 | 0.15 | -0.27 | 0.37 | 0.12 | Pass | too light | too bright | too red |
| R2218265 4501574484 1-1 3047988/VIII/22 | A 10 Deg | 0.48 | 0.57 | 0.31 | 0.23 | 0.22 | -0.25 | 0.41 | 0.10 | Pass | too light | too bright | too red |



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form