

Standard Name231 of 239

↑

9B 0801-1 BRD

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 06-Oct-22Time: 13:33:48

Batch Name1 of 2

↑

220801AA-004 00034127 DOM2201871 IRON B

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 27-Oct-22Time: 10:08:49

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments
MTR17080 B2220801AA-004 00034127 DOM2201871 IRON B D65 10 Deg	-0.66	-0.00	0.52	-0.39	-0.41	-0.23	<b>0.61</b>		Pass	too dark	too dull	too green
MTR17080 B2220801AA-004 00034127 DOM2201871 IRON B F11 10 Deg	-0.59	-0.09	0.65	-0.36	-0.46	-0.35	<b>0.68</b>	0.15	Pass	too dark	too dull	too green
MTR17080 B2220801AA-004 00034127 DOM2201871 IRON B A 10 Deg	-0.62	-0.01	0.60	-0.37	-0.44	-0.26	<b>0.63</b>	0.07	Pass	too dark	too dull	too green



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form