

Standard Name 219 of 219

↑

21B 0346 DRM

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCE UV Cal
Date: 02-Sep-21 Time: 16:12:47

Batch Name 3 of 3

↑

SJS7091 PR2122/68792 1-1 3052704/VII/21

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat


Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal
Date: 19-Sep-21 Time: 09:06:10

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
SJS7091 PR2122/68792 1-1 3052704/VII/21	D65 10 Deg	0.27	-0.63	-1.00	0.11	-0.36	-0.48	0.61		Warn	too light	too dull	too blue
SJS7091 PR2122/68792 1-1 3052704/VII/21	F11 10 Deg	0.20	-0.77	-0.99	0.08	-0.41	-0.39	0.57	0.13	Pass	too light	too dull	too blue



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form