

Standard Name 43 of 74

A1MH RED-SLD

Visual Hue Request:

New Std Retrieve Std Store Std List Std


Instrument Setup: %R MAV SCI UV Cal
Date: 03-Feb-17 Time: 09:14:18

Batch Name 1 of 1

1R2-0902-1521ITC 1-1 70003129, 3010198

New Bat Retrieve Bat Store Bat List Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal
Date: 20-Mar-21 Time: 10:31:01



DataColor TOOLS 2.4.4 S/N NO. 8823242

Standard %R

400-450nm	8.37	6.47	5.20	4.31	3.63	3.16
460-510nm	2.86	2.69	2.52	2.41	2.34	2.29
520-570nm	2.27	2.29	2.40	2.58	2.86	3.62
580-630nm	6.03	11.94	22.32	35.35	48.74	60.40
640-690nm	68.90	73.75	77.03	78.48	79.14	79.30
700nm	79.71					

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Single/All Zoom In Zoom Out CMC Plot Print Form

Batch Name

1R2-0902-1521ITC 1-1 70003129, 3010198/II/21
1R2-0902-1521ITC 1-1 70003129, 3010198/II/21

III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments
D65 10 Deg	-0.40	-0.66	-0.05	-0.21	-0.22	0.16	0.34		Pass	darker	less saturated more yellow
F11 10 Deg	-1.10	-1.36	-1.52	-0.56	-0.70	-0.35	0.96	1.75	Fail	darker	less saturated more blue