

Standard Name 170 of 171

21B 0034-1 CRD

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std	Update Std
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 20-Apr-21 Time: 09:55:27

Batch Name 1 of 3

↑
F3C17109 PR2122/68716 7-1 3052636/VII/21
↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat	Update Bat
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 15-Sep-21 Time: 13:36:19

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00


I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by: ▼

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
F3C17109 PR2122/68716 7-1 3052636/VII/21	D65 10 Deg	-1.73	0.02	0.27	-0.88	-0.05	0.21	0.91		Warn	too dark	too dull	too red
F3C17109 PR2122/68716 7-1 3052636/VII/21	F11 10 Deg	-1.72	0.06	0.33	-0.87	-0.05	0.28	0.91	0.08	Pass	too dark	too dull	too red
F3C17109 PR2122/68716 7-1 3052636/VII/21	A 10 Deg	-1.70	0.11	0.30	-0.85	0.03	0.27	0.89	0.18	Pass	too dark	too bright	too red

DataColor TOOLS 2.8.1

S/N NO. 8823242



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

[Print Form](#)