

Standard Name 2 of 2

↑

21C 0451 ARM

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 10-May-21 Time: 14:23:12

Batch Name 1 of 2

↑

F3T18157 B21228101AA-002 9-1K1 3075826/X/

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 26-Nov-21 Time: 10:18:58

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
F3T18157 B21228101AA-002 9-1K1 3075826/X/21	D65 10 Deg	0.86	-0.34	0.81	0.35	-0.17	-0.87	0.95		Warn	too light	too dull	too yellow
F3T18157 B21228101AA-002 9-1K1 3075826/X/21	F11 10 Deg	0.92	-0.33	0.91	0.37	-0.34	-0.89	1.02	0.14	Warn	too light	too dull	too yellow
F3T18157 B21228101AA-002 9-1K1 3075826/X/21	A 10 Deg	0.89	-0.22	0.84	0.36	-0.33	-0.71	0.86	0.13	Pass	too light	too dull	too yellow



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form