

Standard Name230 of 239

↑

21B 0497 ARSC

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 19-Nov-21Time: 09:20:55

Batch Name2 of 2

↑

22201201AA-001 00032653 EXP2201113 TRUE

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 27-Oct-22Time: 10:07:51

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments			
R1117150 B22201201AA-001 00032653 EXP2201113 TRUE	D65 10 Deg	-1.42	-0.19	0.16	-0.73	-0.03	0.15	0.74		Pass	too dark	too dull	too yellow	
R1117150 B22201201AA-001 00032653 EXP2201113 TRUE	F11 10 Deg	-1.51	-0.49	0.07	-0.73	-0.13	0.23	0.78	0.47	Warn	too dark	too dull	too yellow	
R1117150 B22201201AA-001 00032653 EXP2201113 TRUE	A 10 Deg	-1.42	-0.07	0.10	-0.66	0.00	0.08	0.66	0.41	Pass	too dark	too bright	too yellow	



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form