

Standard Name 161 of 161

↑

21B 0031-1 DRL

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 14-Sep-21 Time: 15:21:21

Batch Name 2 of 2

↑

SJS7091 PR2122/68897 1-1 3053685/VIII/21

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 14-Sep-21 Time: 15:23:51

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
SJS7091 PR2122/68897 1-1 3053685/VIII/21	D65 10 Deg	-0.75	0.16	-0.57	-0.28	0.41	0.16	0.52		Pass	too dark	too bright	too red
SJS7091 PR2122/68897 1-1 3053685/VIII/21	F11 10 Deg	-0.88	0.40	-0.66	-0.33	0.44	0.42	0.69	0.30	Pass	too dark	too bright	too red
SJS7091 PR2122/68897 1-1 3053685/VIII/21	A 10 Deg	-0.78	0.47	-0.74	-0.29	0.46	0.60	0.81	0.35	Pass	too dark	too bright	too red



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form