

Standard Name 47 of 47

↑

9C 0301-3 BRL L/D VAPOR

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 31-Mar-21 Time: 16:15:29

Batch Name 1 of 1

↑

B21112305AA-001 F3T18157 5-1 3010945/II/21

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 17-Apr-21 Time: 10:20:28

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00


I:c Ratio: (2.00 1.00)

Delta

D65 / 10

F11 / 10

A / 10



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments
B21112305AA-001 F3T18157 5-1 3010945/II/21	D65 10 Deg	-0.44	0.66	1.31	-0.16	0.42	-1.95	2.00		Fail	darker more saturated more yellow
B21112305AA-001 F3T18157 5-1 3010945/II/21	F11 10 Deg	-0.16	-0.50	1.02	-0.06	1.62	-0.09	1.63	1.22	Fail	darker more saturated more yellow
B21112305AA-001 F3T18157 5-1 3010945/II/21	A 10 Deg	-0.27	-0.23	2.23	-0.10	1.22	3.04	3.28	1.28	Fail	darker more saturated more red