

Standard Name 13 of 52

↑

21C 0976 CRM

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 10-Nov-21 Time: 14:46:00

Batch Name 4 of 4

↑

SJS7091 PR2223/61844 1-1 3032143/VI/22

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 05-Jul-22 Time: 08:45:35

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
SJS7091 PR2223/61844 1-1 3032143/VI/22	D65 10 Deg	1.42	-0.20	0.30	0.59	-0.04	-0.39	0.71		Pass	too light	too dull	too yellow
SJS7091 PR2223/61844 1-1 3032143/VI/22	F11 10 Deg	1.45	-0.15	0.35	0.61	-0.11	-0.38	0.72	0.11	Pass	too light	too dull	too yellow
SJS7091 PR2223/61844 1-1 3032143/VI/22	A 10 Deg	1.42	-0.18	0.27	0.60	-0.06	-0.33	0.69	0.04	Pass	too light	too dull	too yellow



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form