

Standard Name 171 of 171

9C 1166 BRD

Visual Hue Request:

New Std	Retrieve Std	Store Std	List Std	Update Std
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 24-Dec-19 Time: 09:40:13

Batch Name 1 of 3

↑ F3T18157 572584 5-3 3052261/VII/21 ↓

New Bat	Retrieve Bat	Store Bat	List Bat	Update Bat
---------	--------------	-----------	----------	------------

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal

Date: 15-Sep-21 Time: 13:42:10

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00


I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by: ▼

<u>Batch Name</u>	<u>III/Obs</u>	<u>DL*</u>	<u>Da*</u>	<u>Db*</u>	<u>DL*/ISL</u>	<u>DC*/cSC</u>	<u>DH*/SH</u>	<u>CMC DE</u>	<u>M.I.</u>	<u>P/F</u>	<u>Color</u>	<u>Comments</u>	
F3T18157 572584 5-3 3052261/VII/21	D65 10 Deg	0.87	-0.33	0.14	0.41	-0.08	0.17	0.46		Pass	too light	too dull	too yellow
F3T18157 572584 5-3 3052261/VII/21	F11 10 Deg	0.63	-0.41	-0.52	0.29	-0.21	-0.13	0.38	0.81	Pass	too light	too dull	too blue
F3T18157 572584 5-3 3052261/VII/21	A 10 Deg	0.83	-0.50	0.25	0.36	-0.07	0.36	0.51	0.21	Pass	too light	too dull	too yellow

DataColor TOOLS 2.8.1

S/N NO. 8823242



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

[Print Form](#)