

Standard Name181 of 192

↑

20B 0205-3 BRM

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 18-Jun-20Time: 10:30:56

Batch Name6 of 6

↑

SJS7091 B22160210AA-001 1-1 3046908/VII/22

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 02-Sep-22Time: 09:21:00

CMC DE Pass/Fail Tolerance:1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments		
SJS7091 B22160210AA-001 1-1 3046908/VII/22	D65 10 Deg	0.65	0.07	1.07	0.29	0.74	-0.39	0.88		Warn	too light	too bright	too yellow
SJS7091 B22160210AA-001 1-1 3046908/VII/22	F11 10 Deg	0.79	-0.19	1.14	0.35	0.81	-0.01	0.89	0.31	Warn	too light	too bright	too yellow
SJS7091 B22160210AA-001 1-1 3046908/VII/22	A 10 Deg	0.71	-0.17	1.29	0.32	0.99	0.35	1.10	0.36	Fail	too light	too bright	too green



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form