

🔑	Std. Name	Std. CIE L	Std. CIE a	Std. CIE b	Std. CIE C	Std. CIE h	Std Instrument Condition	Instrument Serial Number
▶	Date Brown DTBN	26.39	20.54	12.97	24.30	32.27	%R LAV SCI UV 400	

🔑	Batch Name	Current Illuminant Name	CIE DL	CIE Da	CIE Db	CIE DC	CIE DH	CIE DE	CMC DE	CMC P/F Determination
▶	F3C17109 B21166008AA-002 1-1 3028999/IV/21	D65 10 Deg	-0.18	1.00	-0.01	0.85	-0.53	1.02	0.75	Pass
▶		F11 10 Deg	-0.02	1.23	0.27	1.14	-0.53	1.26	0.87	Warn
▶		A 10 Deg	-0.08	0.61	0.25	0.64	-0.19	0.67	0.38	Pass

Delta CMC

D65 / 10

F11 / 10

A / 10

