

Standard Name134 of 134

↑

7A 1119-1 FSC

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal
Date: 23-Jun-21Time: 05:15:17

Batch Name1 of 1

↑

FA22-IN-SS108 DKI18362 1-1 3038206/VI/21

↓


New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal
Date: 22-Jul-21Time: 10:58:49

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 0.80

I:c Ratio: (2.00 1.00)

DeltaD65 / 10F11 / 10



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
FA22-IN-SS108 DKI18362 1-1 3038206/VI/21	D65 10 Deg	-1.04	-0.73	-0.24	-0.56	-0.28	0.05	0.63		Warn	too dark	too dull	too yellow
FA22-IN-SS108 DKI18362 1-1 3038206/VI/21	F11 10 Deg	-1.22	-0.94	-0.58	-0.63	-0.41	-0.01	0.75	0.45	Warn	too dark	too dull	too blue