

Standard Name 15 of 15

↑

21B 0415-1 CRL

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 05-May-21 Time: 14:11:11

Batch Name 2 of 2

↑

R1117235 PR2122/615840 1-1 3077455/X/21

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV 400


Date: 28-Nov-21 Time: 13:55:31

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: ( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/F	Color	Comments	
R1117235 PR2122/615840 1-1 3077455/X/21	D65 10 Deg	-0.34	0.58	-0.22	-0.12	-0.25	-0.44	0.52		Pass	too dark	too dull	too yellow
R1117235 PR2122/615840 1-1 3077455/X/21	F11 10 Deg	-0.15	-0.47	-0.15	-0.06	-0.00	0.44	0.44	1.07	Pass	too dark	too dull	too blue
R1117235 PR2122/615840 1-1 3077455/X/21	A 10 Deg	-0.28	-0.04	0.14	-0.10	0.10	0.03	0.14	0.72	Pass	too dark	too bright	too blue



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form