

Standard Name75 of 76

↑

21C 1047 ARD

↓

Visual Hue Request:

New StdRetrieve StdStore StdList StdUpdate Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 16-Dec-21Time: 10:23:22

Batch Name3 of 3

↑

SJS7091 5309723 1-1 3029150/V/22.

↓

New BatRetrieve BatStore BatList BatUpdate Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 06-Jul-22Time: 13:09:27

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments		
SJS7091 5309723 1-1 3029150/V/22.	D65 10 Deg	0.57	-0.07	0.13	0.28	-0.06	-0.04	0.29		Pass	too light	too dull	too green
SJS7091 5309723 1-1 3029150/V/22.	F11 10 Deg	0.59	-0.11	0.24	0.30	-0.11	-0.06	0.32	0.17	Pass	too light	too dull	too green
SJS7091 5309723 1-1 3029150/V/22.	A 10 Deg	0.59	-0.02	0.17	0.30	-0.07	-0.03	0.31	0.16	Pass	too light	too dull	too green



Single/All

CMC Plot

Zoom Out

Zoom In

Print Form