

↑

9B 1157 CRD

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 31-Dec-19Time: 10:43:40

Batch Name3 of 3

↑

SJS7091 PR22223/61881 1-1 3032143/VI/22

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 21-Jul-22Time: 13:26:33

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio:( 2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color Comments		
SJS7091 PR22223/61881 1-1 3032143/VI/22	D65 10 Deg	0.08	-0.02	0.34	0.04	0.35	-0.07	0.36		Pass	too light	too bright	too yellow
SJS7091 PR22223/61881 1-1 3032143/VI/22	F11 10 Deg	0.12	-0.03	0.40	0.07	0.38	-0.14	0.41	0.07	Pass	too light	too bright	too yellow
SJS7091 PR22223/61881 1-1 3032143/VI/22	A 10 Deg	0.09	-0.04	0.37	0.05	0.37	0.15	0.40	0.04	Pass	too light	too bright	too green



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form