

Standard Name 12 of 229

↑

21B 0343 FRD

↓

Visual Hue Request:

New Std

Retrieve Std

Store Std

List Std

Update Std

Instrument Setup:%R LAV SCI UV Cal

Date: 11-Aug-21 Time: 22:37:04

Batch Name 4 of 5

↑

SJS7091 PR2122/68444 1-1 3051721/VII/21 RE

↓

New Bat

Retrieve Bat

Store Bat

List Bat

Update Bat

Instrument Setup: %R LAV SCI UV Cal


Date: 20-Sep-21 Time: 08:45:44

CMC DE Pass/Fail Tolerance: 1.00

I:c Ratio: (2.00 1.00)

Measured by:

Batch Name	III/Obs	DL*	Da*	Db*	DL*/ISL	DC*/cSC	DH*/SH	CMC DE	M.I.	P/E	Color	Comments	
SJS7091 PR2122/68444 1-1 3051721/VII/21 RESUBMIT	D65 10 Deg	0.35	0.88	1.65	0.19	0.83	0.28	0.90		Warn	too light	too bright	too yellow
SJS7091 PR2122/68444 1-1 3051721/VII/21 RESUBMIT	F11 10 Deg	0.42	0.90	1.74	0.22	0.85	0.11	0.88	0.09	Pass	too light	too bright	too yellow
SJS7091 PR2122/68444 1-1 3051721/VII/21 RESUBMIT	A 10 Deg	0.51	0.83	1.87	0.26	0.84	0.37	0.95	0.24	Pass	too light	too bright	too yellow



- Single/All
- CMC Plot
- Zoom Out
- Zoom In
- Print Form