

	Std. Name	Std. CIE L	Std. CIE a	Std. CIE b	Std. CIE C	Std. CIE h	Std Instrument Condition	Instrument Serial Number
▶	20B 0617-3 BRL L/D BLUE LINEN	69.21	-1.86	-13.46	13.59	262.13	%R LAV SCI UV 400	

	Batch Name	Current Illuminant Name	CIE DL	CIE Da	CIE Db	CIE DC	CIE DH	CIE DE	CMC DE	CMC P/F Determination
▶	B21110405AA-001 3-1 MTR17080 3010945/II/21	D65 10 Deg	-0.04	0.26	0.20	-0.23	0.23	0.33	0.31	Pass
▶		F11 10 Deg	-0.01	0.30	0.23	-0.28	0.26	0.38	0.34	Pass
▶		A 10 Deg	0.01	0.30	0.28	-0.36	0.21	0.41	0.32	Pass

Delta CMC D65 / 10 F11 / 10 A / 10

